

Oznaczenie sprawy: ZP-41/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę foteli ginekologicznych w 2 pakietach: tj. Pakiet Nr 1 – Fotel Ginekologiczny – 1 szt., Pakiet Nr 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1 szt. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniach 05.06.2019 roku, 06.06.2019 roku oraz 07.06.2019 roku od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt. pkt. 11):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, wyposażony w uchwyt prześcieradła papierowego umieszczony za segmentem pleców? Jak na zdjęciu poniżej:



Ad.1. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt. pkt. 11

Pytanie 2 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt. pkt. 15):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego siedzisko nie jest demontowane?

Ad.2. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt. pkt. 15

Pytanie 3 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt. pkt. 11):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, wyposażony w uchwyt prześcieradła papierowego umieszczony za segmentem pleców? Jak na zdjęciu poniżej:




Ad.3. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt. pkt. 11

Pytanie 4 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt. pkt. 16):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, wyposażony dodatkowo w:

- wieszak kroplówki,
- podpórkę ręki tapicerowaną, mocowaną do szyny z boku fotela (*jak na zdjęciu poniżej*),
- ?



Ad.4. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt. pkt. 16

Pytanie 5 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z podstawą zabudowaną jednolitą, wyprofilowaną osłoną z tworzywa ABS odporną na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne?



(zdjęcie poglądowe opisanego w pytaniu rozwiązania)

Ad.5. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia, Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1 szt

Pytanie 6 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1 szt.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o długości z podporą nóg wynoszącej 1950mm?

Ad.6. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1 szt


Pytanie 7 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1 szt.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 650 do 950mm?

Ad.7. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1 szt.

Pytanie 8 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1 szt.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z podstawą zabudowaną jednolitą, wyprofilowaną osłoną z tworzywa ABS odporną na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne?



(zdjęcie poglądowe opisanego w pytaniu rozwiązania)

Ad.8. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1 szt.

Pytanie 9 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1 szt.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o długości z podporą nóg wynoszącej 1950mm?

Ad.9. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1 szt.


Pytanie 10 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1 szt.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 650 do 950mm?

Ad.10. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1 szt.

Pytanie 11 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny, który oparty jest na pojedynczej stalowej kolumnie pokrytej wysokiej jakości lakierem proszkowym z dodatkiem antybakteryjnej substancji Biomaster? Dzięki dodatkowi antybakteryjnemu nie ma potrzeby stosowania tworzywowej osłony kolumny, gdyż zanieczyszczenia nie wnikają do środka. Dodatkowo podstawa fotela jest osłonięta jednolitą wyprofilowaną pokrywą z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Poniżej znajduje się fotografia oferowanego przedmiotu zamówienia.



Ad.11. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.

Pytanie 12 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny o szerokości siedziska i szerokości oparcia pleców w najszerszym punkcie: 520 mm, natomiast szerokość zewnętrzna fotela w tym szerokość z prawidłowo ustawionymi do badania podporami nóg wynosi: 720 mm?

Ad.12. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.

Pytanie 13 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją pochylenia sekcji pleców w zakresie 10-75°?

Ad.13. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.

Pytanie 14 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny ze standardowym uchwytem na papierowe prześcieradło umieszczanym z tyłu fotela pod siedziskiem, jak na zdjęciu powyżej?

Ad.14. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia, Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.

Pytanie 15 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny wyposażony w podkolanniki bez pasów do mocowania nóg oraz w miskę ze stali nierdzewnej?

Ad.15. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia, Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt

Pytanie 16 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny wyposażony tylko w funkcję Trendelenburga w zakresie 0 - 12°?

Ad.16. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia, Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt


Pytanie 17 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny bez możliwości montażu siedziska? Bezszywowa tapicerka fotela oraz brak wystających elementów konstrukcyjnych gwarantuje możliwość czyszczenia i dezynfekcji bez potrzeby demontażu siedziska.

Ad.17. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia, Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt

Pytanie 18 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny, który oparty jest na pojedynczej stalowej kolumnie pokrytej wysokiej jakości lakierem proszkowym z dodatkiem antybakteryjnej substancji Biomaster? Dzięki dodatkowi antybakteryjnemu nie ma potrzeby stosowania tworzywowej osłony kolumny, gdyż zanieczyszczenia nie wnikają do środka. Dodatkowo podstawa fotela jest osłonięta jednolitą wyprofilowaną pokrywą z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Poniżej znajduje się fotografia oferowanego przedmiotu zamówienia.



Ad.18. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.

Pytanie 19 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny o szerokości siedziska i szerokości oparcia pleców w najszerszym punkcie: 520 mm, natomiast szerokość zewnętrzna fotela w tym szerokość z prawidłowo ustawionymi do badania podporami nóg wynosi: 720 mm?

Ad.19. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.

Pytanie 20 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją pochylenia sekcji pleców w zakresie 10-75°?

Ad.20. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.

Pytanie 21 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny ze standardowym uchwytem na papierowe prześcieradło umieszczanym z tyłu fotela pod siedziskiem, jak na zdjęciu powyżej?

Ad.21. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt

Pytanie 22 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny wyposażony w podkolanniki bez pasów do mocowania nóg oraz w miskę ze stali nierdzewnej?

Ad.22. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt

Pytanie 23 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny wyposażony tylko w funkcję Trendelenburga w zakresie 0 - 12°?

Ad.23. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt

Pytanie 24 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny bez możliwości montażu siedziska? Bezszwowa tapicerka fotela oraz brak wystających elementów konstrukcyjnych gwarantuje możliwość czyszczenia i dezynfekcji bez potrzeby demontażu siedziska.

Ad.24. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.

Pytanie 25 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny, który posiada podpory rąk mocowane do całej konstrukcji siedziska jak na zdjęciu powyżej?

Ad.25. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.

Pytanie 26 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny, w którym nie ma konieczności stosowania zintegrowanej z fotelem podpory pod stopy operatora? Fotel wyposażony jest w konsolę nożną do regulacji ustawień w tym do regulacji wysokości, pozwala to na sprawne i szybkie ustawienie wysokości siedziska fotela bez konieczności stosowania podpory pod stopy.

Ad.26. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.

Pytanie 27 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na podwójnej kolumnie?

Ad.27. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.

Pytanie 28 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający wymiary leża tj. wymiar segmentu oparcia pleców 690 x 880 mm, wymiar segmentu siedziska 370 x 610 mm, długość z podporą nóg 1840 mm?

Ad.28. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.

Pytanie 29 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację elektryczną wysokości w zakresie od 600 do 920 mm?

Ad.29. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.

Pytanie 30 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację elektryczną siedziska rozumianą jako możliwość pochylenia siedziska dzięki możliwości ustawienia elektrycznego pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Ad.30. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia, Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt

Pytanie 31 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający uchwyt prześcieradła papierowego umieszczony za segmentem oparcia pleców (nie umieszczony w pojemniku)?

Ad.31. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia, Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.

Pytanie 32 (dot. Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści fotel bez możliwości demontowania siedziska w celu łatwiejszego czyszczenia?

Ad.32. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia, Pakiet 1 – Fotel ginekologiczny – 1szt.

Pytanie 33 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na podwójnej kolumnie?

Ad.33. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.

Pytanie 34 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający wymiary leża tj. wymiar segmentu oparcia pleców 690 x 880 mm, wymiar segmentu siedziska 370 x 610 mm, długość z podporą nóg 1840 mm?

Ad.34. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.

Pytanie 35 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację elektryczną wysokości w zakresie od 600 do 920 mm?

Ad.35. TAK Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.

Pytanie 36 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację elektryczną siedziska rozumianą jako możliwość pochylenia siedziska dzięki możliwości ustawienia elektrycznego pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Ad.36. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.

Pytanie 37 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający uchwyt prześcieradła papierowego umieszczony za segmentem oparcia pleców (nie umieszczony w pojemniku)?

Ad.37. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.

Pytanie 38 (dot. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.):

Czy Zamawiający dopuści fotel bez możliwości demontowania siedziska w celu łatwiejszego czyszczenia?

Ad.38. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia. Pakiet 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych
[Signature]
Dziękuję
Dziękuję

12 CZE. 2019