

Oznaczenie sprawy: ZP-52/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w **na dostawę infuzorów do podawania cytostatyków** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniach 17.07.2019 roku, 19.07.2019 oraz 23.07.2019 roku od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści inny system mocowania równoważny do tasiemki (klips do mocowania pompy do dowolnej części ubrania) z dołączoną osobno tasiemką z karabińczykiem, co umożliwi pacjentowi wybór najbardziej komfortowej opcji noszenia pompy.

Ad.1. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści pompy typu infuzor do podawania cytostatyków transparentne, wykonane z materiału zapewniającego barierowość dla promieni UV w pełnym zakresie oddziaływania (w zakresie długości fal 200-400 nm) zachowując przy tym wszystkie wymagania Zamawiającego nie zakłócając jednocześnie możliwości wizualnej kontroli wypływu.

Ad.2. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 dopuści Infusor o przepływie 5 ml/h, o nominalnym czasie pracy 48h, objętości nominalnej 240 ml, objętości maksymalnej 300 ml, posiadający obudowę kodowaną kolorystycznie w zależności od predkości przepływu. Proponowany Infusor posiada filtr cząstek stałych wbudowany w elastomer oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę linii dzięki czemu Personel podczas podłączania Infusora pacjentowi nie musi pamiętać o dodatkowym zabezpieczeniu i mocowaniu ogranicznika przepływu do ciała pacjenta – tak aby ogranicznik przepływu mógł się skalibrować do temperatury ciała pacjenta, jak to ma miejsce w przypadku innych urządzeń dostępnych na rynku. W przypadku proponowanego Infusora ogranicznik przepływu i końcówka dystalna linii są jednym w ziązku z tym podłączenie końcówki dystalnej linii do wkłucia pacjenta i zabezpieczenie go jednocześnie zapewnia odpowiednią kalibrację ogranicznika przepływu.

Infusor posiada również przezroczystą obudowę blokującą promieniowanie UV do długości 380 nm (który blokuje promienie UVB, UVC i większość promieni UVA), oraz linię której objętość wypełnienia wynosi 1ml co gwarantuje iż lek znajduje się w niej około 12minut. Produkt nie posiada filtra powietrza na przebiegu linii infuzyjnej zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym, bez DEHP. Port do napełniania umieszczony na kapturku urządzenia w centralnym miejscu.

Ad.3. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 wymaga aby urządzenie zapewniało dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu?

Ad.4. TAK.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 wymaga przedstawienia badań stabilności leku w Infusorze, który planuje Zamawiający podawać pacjentom przy użyciu tychże pomp elastomerowych?

Ad.5. NIE. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści sterylny przenośny infuzor o przepływie 5ml/h, o objętości minimalnej 180 ml, nominalnej 300 ml i maksymalnej 360 ml, infuzor wyposażony jest w zamknięty układ bezigłowy / bezigłowy zawór do napełniania leków cytostatycznych, umieszczony w górnej części obudowy, co zapobiega przenikaniu leku do otoczenia, w momencie odłączenia strzykawki system automatycznie się zamyka, co zabezpiecza przed rozproszeniem zarówno leku resztkowego, jak również jakichkolwiek oparów przez cały czas podawania leków, przezroczysta obudowa infuzora blokująca promieniowanie UV, umożliwiającą obserwację postępu podawania cytostatyków i przezroczysty dren, na którym umieszczony jest filtr cząsteczkowy oraz odpowietrzający 0,03 µm w jednej obudowie, w zestawie nalepka na dane pacjenta, nazwę leku i czas infuzji, również tasiemka lub saszetka do noszenia infuzora przez pacjenta ?

Ad.6. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR NACZELNY


mgr Elżbieta Gelert