

Oznaczenie sprawy: ZP-50/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w **na dostawę echokardiografu – 1 szt.** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniach 28.07.2019 oraz 29.07.2019 roku od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1 (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia pkt.18)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny echokardiograf renomowanego producenta, który posiada pamięć "Cine loop" dla prezentacji Dopler Pulsacyjny - maksymalnie 300 sekund?

Ad.1. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia pkt.36)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny echokardiograf renomowanego producenta, który posiada sondę sektorową 2D która posiada zakres częstotliwości od 1,0 MHz do 5,0 MHz, kąt skanu 90 stopni, mającą 128 elementów i jest wykonana w technologii Single Crystal Technology?

Ad.2. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia pkt.39)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny echokardiograf renomowanego producenta, który nie posiada modułu zasilania bateryjnego, wbudowany w aparat, umożliwiającą szybki start aparatu (poniżej 5 sek.)?

Ad.3. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia pkt.40)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny echokardiograf renomowanego producenta, który nie posiada możliwości zdalnej diagnostyki i napraw, bezpłatną w okresie gwarancji, umożliwiającą: zdalną diagnostykę i weryfikację usterek, naprawy oprogramowania i błędów w konfiguracji, zmianę para-metrów aplikacyjnych i ustawień aparatu, instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników dla peryferiów? Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Ad.4. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia Sekcja B, pkt. 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 7 lat?

Ad.5. TAK. Zmiana Załącznika Nr 1.

Pytanie 6 (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia Sekcja C, pkt. 1)

Ze względu na fakt, że ustawa o wyrobach medycznych nie definiuje konieczności ani zakresu wykonywania przeglądów sprzętu, a jedynie wskazuje na konieczność ich wykonywania zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu, prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający oczekuje wykonywania przeglądów według zaleceń producenta oferowanego sprzętu.

Ad.6. TAK. Zmiana Załącznika Nr 1.

Pytanie 7 (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia Sekcja C, pkt. 4)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy materiałów eksploatacyjnych wymaganych do wymiany/uzupełnienia w trakcie przeglądów, jeśli przeglądy oferowanego sprzętu wymagają takich materiałów.

Ad.7. TAK. Zmiana Załącznika Nr 1.

Pytanie 8 (dot. Załącznik Nr 3 do zaproszenia Par. 4 ust.1,2)

W naszej opinii zaproponowana kara umowna, wskazana w ust. 1 i 2, jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz ok. 10% 2 przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Ad.8. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert