

Oznaczenie sprawy: ZP-60/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w **na dostawę infuzorów do podawania cytostatyków** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 05.08.2019 roku od Wykonawcy wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 dopuści Infusor o przepływie 5 ml/h, o nominalnym czasie pracy 48h, objętości nominalnej 240 ml, objętości maksymalnej 300 ml, posiadający obudowę kodowaną kolorystycznie w zależności od prędkości przepływu. Proponowany Infusor posiada filtr cząstek stałych wbudowany w elastomer oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę linii dzięki czemu Personel podczas podłączania Infusora pacjentowi nie musi pamiętać o dodatkowym zabezpieczeniu i mocowaniu ogranicznika przepływu do ciała pacjenta – tak aby ogranicznik przepływu mógł się skalibrować do temperatury ciała pacjenta, jak to ma miejsce w przypadku innych urządzeń dostępnych na rynku. W przypadku proponowanego Infusora ogranicznik przepływu i końcówka dystalna linii są jednym w związku z tym podłączenie końcówki dystalnej linii do wkłucia pacjenta i zabezpieczenie go jednocześnie zapewnia odpowiednią kalibrację ogranicznika przepływu.

Infusor posiada również przezroczystą obudowę blokującą promieniowanie UV do długości 380 nm (który blokuje promienie UVB, UVC i większość promieni UVA), oraz linię której objętość wypełnienia wynosi 1ml co gwarantuje iż lek znajduje się w niej około 12minut. Produkt nie posiada filtra powietrza na przebiegu linii infuzyjnej zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym, bez DEHP. Port do napełniania umieszczony na kapturku urządzenia w centralnym miejscu.

Ad.1. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 wymaga przedstawienia badań stabilności leku w Infusorze, który planuje Zamawiający podawać pacjentom przy użyciu tychże pomp elastomerowych?

Ad.2. NIE. Zamawiający nie wymaga.

DYREKTOR NACZELNY

mgr  Gelert