

Znak sprawy 36/2019

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 EURO zamieszczonego w BZP pod numerem 590527-N-2019 w dniu 28.08.2019 r. na dostawę w okresie 24 miesięcy staplerów do zespołów jelitowych oraz ładunków do staplerów w 3 pakietach z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Onkologicznej WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 30.08 – 02.09.2019 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Dot. pakietu Nr 2

Czy Zamawiający z celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych wygiętych z ostrzem standardowym, rozmiary 21, 24mm (wysokość otwartej zszywki 4,5mm), 26, 29, 32, 34mm (wysokość otwartej zszywki 5,0mm), pozostałe wymagania bez zmian.

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Dotyczy pakiet 3 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w technologii ,DST , zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5 mm po zamknięciu (do wyboru przez zamawiającego)stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.

Ad. 2. Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy pakiet 3 pozycja 2 :

Czy zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, w technologii DST, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,8mm przed zamknięciem 1,5mm po zamknięciu do wyboru przez zamawiającego ; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.

Ad. 3. Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy pakiet 3 pozycja 3.

Czy zamawiający dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykającego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, w technologii DST, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu do wyboru przez zamawiającego po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę.

Ad. 4. Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy pakiet 3 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykającego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, w technologii DST zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu do wyboru przez zamawiającego po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę.

Ad. 5. Tak, Zamawiający dopuszcza.