

Oznaczenie sprawy: ZP-64/2019

**Do wszystkich uczestników postępowania**

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę foteli ginekologicznych w 2 pakietach: tj. Pakiet Nr 1 – Fotel Ginekologiczny – 1 szt., Pakiet Nr 2 – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1 szt. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniach 03.09.2019r., 04.09.2019r., 05.09.2019r. oraz 06.09.2019r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

**Pytanie 1** (dot. Pakiet 1 i Pakiet 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny/ fotel ginekologiczny do gabinetu USG z kolumną nośną oraz podstawą fotela zabudowanymi osłonami wykonanymi ze stali malowanej proszkowo? Proponowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym i estetycznym jest tożsame jak wymagane.

**Ad.1. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet A i B – Fotel ginekologiczny – 1szt i Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt**

**Pytanie 2** (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert ostatecznych ZP- 64/2019-PAKIET A, Punkt A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, Punkt 5 tabeli)

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją pochylenia sekcji pleców w zakresie od 0 ° - 65 °?

**Ad.2. TAK. Podany parametr spełnia wymogi zawarte w obecnym zapisie**

**Pytanie 3** (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert ostatecznych ZP- 64/2019-PAKIET A, Punkt A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, Punkt 15 tabeli):

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny bez możliwości demontowania siedziska w celu łatwiejszego czyszczenia?

**Ad.3. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet A – Fotel ginekologiczny – 1szt.**

**Pytanie 4** (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert ostatecznych ZP- 64/2019-PAKIET B, Punkt A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, Punkt 5 tabeli)

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją pochylenia sekcji pleców w zakresie od 0 ° - 65 °?

**Ad.4. TAK. Podany parametr spełnia wymogi zawarte w obecnym zapisie.**

**Pytanie 5** (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert ostatecznych ZP- 64/2019-PAKIET B, Punkt A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, Punkt 15 tabeli):  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny bez możliwości demontowania siedziska w celu łatwiejszego czyszczenia?

**Ad.5. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet B – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.**

**Pytanie 6** (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert ostatecznych ZP- 64/2019-PAKIET B, Punkt A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, Punkt 16 tabeli):  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny bez zintegrowanej z fotelem podpory pod stopy operatora?

**Ad.6. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet A – Fotel ginekologiczny – 1szt.**

**Pytanie 7** (dot. pakietu. 1. Fotel ginekologiczny – 1szt. Pkt. 15):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego siedzisko nie jest demontowane?

**Ad.7. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet A – Fotel ginekologiczny – 1szt.**

**Pytanie 8** (dotyczy pakietu. 2. Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt. Pkt. 15):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego siedzisko nie jest demontowane?

**Ad.8. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet B – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.**

**Pytanie 9** (dotyczy pakietu. 2. Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt. Pkt. 16):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, wyposażony w:

- podpórkę ręki mocowaną do szyny,

- wieszak kroplówki,

bez zintegrowanego z fotelem oparcie na stopy operatora?

**Ad.9. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet B – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.**

**Pytanie 10** (do pakietu A):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny oparty na pojedynczej kolumnie i w obudowie podstawy jak na fotografii poniżej oraz wymiarami długość x szerokość: 720 mm x 1050 mm, regulacja wysokości 520 – 810 mm, fotel z regulacją przechyłu Trendelenburga 0 – 12°.



**Ad.10. TAK** Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet A – Fotel ginekologiczny – 1szt

**Pytanie 11** (do pakietu A):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny z podkolannikami ale bez pasów? Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że lekarze nie stosują pasów do podkolanników podczas badania pacjentek.

**Ad.11. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet A – Fotel ginekologiczny – 1szt.**

**Pytanie 12** (do pakietu A):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny bez możliwości demontażu siedziska?

**Ad.12. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet A – Fotel ginekologiczny – 1szt.**

**Pytanie 13** (do pakietu B):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny oparty na pojedynczej kolumnie i w obudowie podstawy jak na fotografii poniżej oraz wymiarami długość x szerokość: 720 mm x 1050 mm, regulacja wysokości 520 – 810 mm, fotel z regulacją przechyłu Trendelenburga 0 - 12°.



**Ad.13. NIE. Podtrzymujemy obecny zapis. Pakiet B – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.**

**Pytanie 14** (do pakietu B):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny z podkolannikami ale bez pasów? Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że lekarze nie stosują pasów do podkolanników podczas badania pacjentek.

**Ad.14. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet B – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.**

**Pytanie 15** (do pakietu B):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny bez możliwości demontażu siedziska?

**Ad.15. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet B – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.**

**Pytanie 16** (do pakietu B):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel ginekologiczny bez podpory pod stopy operatora?

**Ad.16. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet B – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.**

**Pytanie 17** (do pakietu A, pkt 14):

Czy Zamawiający w pkt 14 SiWZ dopuści fotel ginekologiczny wyposażony regulacje do pozycji Trendelenurga bez regulacji do pozycji Antytrendelenburga?

Uzasadnienie: Nie ma uzasadnienia medycznego aby fotel ginekologiczny wyposażony był w pozycje Antytrendelenburga dla badań czy zabiegów z zakresu Ginekologii.

**Ad.17. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet A – Fotel ginekologiczny – 1szt.**

**Pytanie 18** (do pakietu A, pkt 15):

Czy Zamawiający w pkt 15 SiWZ dopuści fotel ginekologiczny gdzie siedzisko jest trwale i szczelnie obudowane tworzywą osłoną łatwą w czyszczeniu i dezynfekcji ale bez możliwości demontowania siedziska w celu łatwiejszego czyszczenia?

Uzasadnienie: możliwość demontowania elementu siedziska nie jest standardem produkcyjnym dla foteli ginekologicznych natomiast jest to rozwiązanie dla łóżek i foteli porodowych, ponadto wymóg zawęży możliwość oferowania w przedmiotowym postępowaniu oraz podnosi ostateczną cenę sprzętu.

**Ad.18. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet A – Fotel ginekologiczny – 1szt.**

**Pytanie 19** (do pakietu B, pkt 14):

Czy Zamawiający w pkt 14 SiWZ dopuści fotel ginekologiczny wyposażony regulacje do pozycji Trendelenurga bez regulacji do pozycji Antytrendelenburga?

Uzasadnienie: Nie ma uzasadnienia medycznego aby fotel ginekologiczny wyposażony był w pozycje Antytrendelenburga dla badań czy zabiegów z zakresu Ginekologii.

**Ad.19. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet A – Fotel ginekologiczny – 1szt.**

**Pytanie 20** (do pakietu B, pkt 15):

Czy Zamawiający w pkt 15 SiWZ dopuści fotel ginekologiczny gdzie siedzisko jest trwale i szczelnie obudowane tworzywą osłoną łatwą w czyszczeniu i dezynfekcji ale bez możliwości demontowania siedziska w celu łatwiejszego czyszczenia?

Uzasadnienie: możliwość demontowania elementu siedziska nie jest standardem produkcyjnym dla foteli ginekologicznych natomiast jest to rozwiązanie dla łóżek i foteli porodowych, ponadto wymóg zawęży możliwość oferowania w przedmiotowym postępowaniu oraz podnosi ostateczną cenę sprzętu.

**Ad.20. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet B – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.**

**Pytanie 21** (do pakietu B, pkt 16):

Czy Zamawiający w pkt 16 SiWZ dopuści fotel ginekologiczny bez zintegrowanej z fotelem podpory pod stopy dla operatora ?

**Ad.21. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet B – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.**

**Pytanie 22** (do pakietu A):

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o regulacji wysokości w zakresie 610 - 810 mm?

**Ad.22. TAK. Parametr się mieści w obecnym zapisie. Pakiet A – Fotel ginekologiczny – 1szt.**

**Pytanie 23** (do pakietu A):

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania wyposażenia fotela w pasy do mocowania nóg ?

**Ad.23. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet A – Fotel ginekologiczny – 1szt.**

**Pytanie 24** (do pakietu A):

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny, którego siedziska nie można demontować ?

**Ad.24. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet A – Fotel ginekologiczny – 1szt.**

**Pytanie 25** (do pakietu B):

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o regulacji wysokości w zakresie 610 - 810 mm ?

**Ad.25. TAK. Parametr jest zgodny z obecnym zapisem. Pakiet B – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.**

**Pytanie 26** (do pakietu B):

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania wyposażenia fotela w pasy do mocowania nóg ?

**Ad.26. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet B – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.**

**Pytanie 27** (do pakietu B):

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny, którego siedziska nie można demontować ?

**Ad.27. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet B – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.**

**Pytanie 28** (do pakietu B):

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny wyposażony w stopień, który nie jest zintegrowany z fotelem i mogący służyć jako podpora pod stopy operatora jak również stopień dla pacjentki przy wchodzeniu/schodzeniu z fotela?

**Ad.28. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji. Pakiet B – Fotel ginekologiczny do gabinetu USG – 1szt.**

DYREKTOR NACZELNY  
  
mgr Elżbieta Gelert