

Elbląg 18.09.2019r.

Oznaczenie sprawy: ZP-69/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dermatom elektryczny z siatkownicą – 2 szt. dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 17.09.2019r. od Wykonawcy wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści dermatom o szerokość cięcia regulowana od 8 mm do 78mm ?

Ad.1.TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści dermatom o grubość cięcia regulowana 0,1 mm do 1,1 mm co 0,1 mm

Ad.2. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuści dermatom wadze 1,13 kg ?

Ad.3. TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji.

2 up.

18 WRZ. 2019

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych
Dariusz Tomaszewski