

Oznaczenie sprawy: ZP-61/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 10 oraz dokonanie ponownego wyboru w zakresie w/w pakietu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w postępowaniu o zamówienie prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 30.000 euro) na dostawę sprzętu jednorazowego użytku w 32 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Zamawiający w dniu 04.10.2019 roku unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu Nr 10.

UZASADNIENIE:

W dniu 01.10.2019 roku jeden z Wykonawców zgłosił zastrzeżenia dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 10. Wyjaśnia, iż Zamawiający wymagał w pakiecie Nr 10 zaoferowania „**Dren łączący sterylny, gwarantujący pełne bezpieczeństwo pacjentów, wykonany z PVC, posiadający mały łącznik żeński ; 1 vacu stop (automatycznie odcina ssanie, kiedy nie jest w użyciu) o średnicy wewnętrznej drenu 5,6 - 6mm i długości drenu od 200-300cm. Zamawiający wymaga aby dreny były pakowane w podwójne opakowanie czyli wewnętrzny perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co pozwala na jego aseptyczne użytkowanie. Zamawiający dopuszcza: aby dreny były pakowane w podwójne opakowanie czyli wewnętrzny worek foliowy stanowiący otwartą kieszeń i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co pozwala na jego aseptyczne użytkowanie**” natomiast firma Skamex Spółka z o.o. sp.k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź zaoferowała w w/w pakiecie cewnik który nie spełnia wymagań zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty ostatecznej.

W związku z powyższym zwrócono się do firmy Skamex Spółka z o.o. sp.k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź z prośbą o wyjaśnienie.

W przesłanej w dniu 02.10.2019 roku odpowiedzi firma SKAMEX informuje, że zaoferowany w pakiecie 10 produktu „**nie posiada elementu vacu stop, który automatycznie odcina ssanie kiedy nie jest w użyciu. Zaoferowany produkt o numerze ref 16021184 firmy Convatec posiada manualne zamykanie w postaci koreczka, którego użycie spowoduje automatyczne odcięcie ssania**”.

Z powyższego wynika, że złożona oferta faktycznie jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty ostatecznej i podlega odrzuceniu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w postępowaniu na dostawę sprzętu jednorazowego użytku w 32 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w zakresie pakietu Nr 10 w dniu 04.10.2019 roku dokonuje ponownego wyboru oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

BERYL MED POLAND sp. z o.o. sp. k.

ul. Złotej Jesieni 58

05-410 Józefów

Wartość oferty brutto: 1.936,60 zł


DIREKTOR
ds. ekonomicznych i finansowych
04 PAŹ. 2019
Elbląg