

Oznaczenie sprawy: ZP-73/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę pasków do pomiaru poziomu glikemii dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 09.10.2019r. oraz 10.10.2019 roku od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia glukometrów w formie pełnych zestawów do pomiaru stężenia glukozy we krwi, przy czym zestaw taki - zgodnie z instrukcją obsługi - obok glukometru zawierać będzie także na wyposażeniu: paski testowe, lancety, nakłuwacz, przezroczystą nakładkę do badań AST, baterię, a także płyn kontrolny, którego termin ważności wynosić będzie min. 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z płynem?

Ad.1. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zaproszeniu do złożenia ostatecznej oferty cenowej.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe miały zakres temperatury przechowywania wynoszący przynajmniej od minimum 4 do minimum 35°C co potwierdzone jest w instrukcji obsługi pasków?

Ad.2. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty dokumentów: instrukcja obsługi w j. polskim: pasków i glukometrów, które to dokumenty (w przeciwieństwie do ulotek, folderów reklamowych zawierających często wybiórcze informacje) pozwalają jednoznacznie potwierdzić spełnianie parametrów oczekiwanych przez Zamawiającego?

Ad.3. Zamawiający wymaga, wprowadzono zmiany w Zaproszeniu do złożenia ostatecznej oferty cenowej.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający określając parametr: „wymaga spełnienia normy ISO 15197:2015 dla zaoferowanych pasków i glukometrów (konieczność załączenia certyfikatu)” ma na myśli i wymaga przedstawienia przez Oferenta i tym samym dołączenia do oferty CERTYFIKATU w j. polskim z weryfikacji EN ISO 15197:2015(nie OŚWIADCZENIA) wydanego przez Niezależną Jednostkę Notyfikowaną (w j. polskim) potwierdzającego posiadanie i spełnianie w pełnym zakresie (od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A) wymagania najnowszej obowiązującej normy ISO

15197:2015 dla proponowanych pasków testowych, glukometrów i płynów kontrolnych, który świadczy o dokładności, wysokiej precyzji i powtarzalności pomiarów?

Ad.4. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zaproszeniu do złożenia ostatecznej oferty cenowej.

Pytanie 5:

Wnosimy o odstąpienie od wymogu 3.7 k) tj. „paski testowe podlegają refundacji”.

Ad.5. Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu.


D Y R E K T O R
dz. ekonomiczno-finansowych
b. [illegible]
[illegible]
1 1 PAŹ. 2019