

Oznaczenie sprawy ZP-84/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę rękawic diagnostycznych niesterylnych, nitrylowych, teksturowanych co najmniej na końcach palców, z mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu** dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 22.11.2019 roku od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL na poziomie 1,5?

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) z poziomem szczelności AQL 1,5;
 - b) pakowane po 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań;
- zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Jednocześnie w nawiązaniu do nowych przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normami EN 455, EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu.

Ad.2. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert