

Oznaczenie postępowania 19/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.04.2014 r. pod

numerem 2014/S 073-125410 na dostawę sprzętu medycznego w 6 pakietach:

Pakiet nr 1 - laser do kruszenia kamieni w drogach moczowych;

wyposażenie sali endoskopii urologicznej:

Pakiet nr 2 - instrumentarium endourologiczne;

Pakiet nr 3 - diatermia;

Pakiet nr 4 - stół operacyjny;

Pakiet nr 5 - stół – kozetka do badań i zabiegów oraz fotel urologiczny z fotelikiem –

taboret dla lekarza;

Pakiet nr 6 - lampa zabiegowa

dla potrzeb Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w wymaganej formie pisemnej i wymaganym terminie tj. do dnia 28.04.2014 r. od 9 Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 3 – diatermia poz. 4: Czy Zamawiający dopuści diatermię, która na chwilę obecną nie posiada możliwości współpracy ze zintegrowanym systemem sali operacyjnej? Prosimy o informację, w jakim systemie Zamawiający posiada zintegrowaną salę operacyjną.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 3 – diatermia poz. 14: Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o opcję elektroresekcji bipolarnej (TUR) w histeroskopii z mocą dobieraną automatycznie przez aparat? Użytkownik nie musi dobierać ręcznie parametrów mocy.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 3 – diatermia poz. 15: Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym funkcja automatycznego zakończenia koagulacji jest dostępna wyłącznie w trybie zamykania naczyń?

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 3 – diatermia poz. 19: Czy Zamawiający dopuści opisaną elektrodę igłową o dł. igły 20mm? Czy Zamawiający dopuści opisaną elektrodę lancetową o dł. ostrza 28mm? Czy Zamawiający dopuści opisaną elektrodę nożową o dł. ostrza 13mm?

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 3 – diatermia poz. 20: Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych jednorazowych o dł. 4,5m?

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu nr 3 – diatermia poz. 22: Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną silikonową wielorazowego użytku, dużą z kablem, który można odłączyć od elektrody?

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 4 – stół operacyjny mobilny: Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 wymiar blatu: 2100x560mm?

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu nr 4 – stół operacyjny mobilny: Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 stół wyposażony w układ 4 kół o średnicy 125mm z centralną blokadą, w którym jedno z kół dodatkowo posiada funkcję blokady kierunku jazdy na wprost, zamiast piątego koła? Takie rozwiązanie nie odbiega funkcjonalnością od rozwiązania z piątym kołem.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu nr 4 – stół operacyjny mobilny: Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 podstawę wykonaną ze stali kwasoodpornej 1.4301?

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu nr 4 – stół operacyjny mobilny: Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 przy układzie „5 kół” sterowanie pojedyncze?

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu nr 4 – stół operacyjny mobilny: Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 przy układzie „4 kół” sterowanie podwójne?

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu nr 4 – stół operacyjny mobilny: Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 zakres regulacji z materacem 760-1090mm, bez materaca 700-1030mm?

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 4 – stół operacyjny mobilny: Czy Zamawiający dopuści w poz. 15 regulację w zakresie $+85^{\circ}$ / -45° ?

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 4 – stół operacyjny mobilny: Czy Zamawiający dopuści w poz. 16 regulację w jednej płaszczyźnie $+45^{\circ}$ / -45° ?

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu nr 4 – stół operacyjny mobilny: Czy Zamawiający dopuści w poz. 21 długość podpórki 500mm?

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu nr 6 – lampa zabiegowa: Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 reflektor z 36 diodami LED?

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu nr 6 – lampa zabiegowa: Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 zasięg 166cm?

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu nr 6 – lampa zabiegowa: Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 pobór mocy 30W (60klux bez akumulatora)?

Pytanie 19

W dniu 12.04.2014 r. na stronie Zamawiającego: Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu ukazało się ogłoszenie dotyczące przedmiotowego postępowania. Po krótkiej analizie parametrów powołując się na zapisy ustawy pytamy, czy Zamawiający umożliwi oferentowi przedstawienie rozwiązań równoważnych i dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wykonaną w technologii białych diod LED, maksymalnym poborze mocy 40W i o zdecydowanie większym polu operacyjnym regulowanym w zakresie 15÷30 cm co w wyraźny sposób podniesie komfort pracy?

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o napędzie elektromechanicznym? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w tego typu stołach gwarantujące długi okres bezawaryjnej eksploatacji przy zachowaniu wysokich parametrów i jakości pracy. Napęd elektro-hydrauliczny jest bardzo wrażliwy na zapowietrzenie, wycieki oleju i uszkodzenia co może doprowadzić do unieruchomienia stołu uniemożliwiając jego dalsze regulacje. Ponadto serwisowanie stołu elektrohydraulicznego jest bardziej problematyczne i droższe.

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w 4 podwójne koła z centralną i kierunkową blokadą aktywowaną przez pedał nożny, a więc bez piątego koła kierunkowego? W takim przypadku stosowanie piątego koła nie znajduje uzasadnienia, stół dzięki 4 dużym kołom jest w pełni mobilny, a blokada kierunkowa pozwala na jego łatwe prowadzenie na wprost.

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w podwójny elektromechaniczny układ sterowania – poprzez pilota i panel na kolumnie zasilany z dwóch niezależnych akumulatorów, przełączanych przez użytkownika manualnie w razie awarii systemu głównego? Wyposażenie stołu w dodatkowy, niezależny akumulator gwarantuje jego nieprzerwaną pracę przez wiele dni i pełne sterowanie wszystkimi funkcjami. Pompy nożne są niefunkcjonalne i ograniczają swobodę ruchów operatora podczas zabiegu, w tym bezpośredni dostęp do operowanego.

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z możliwością regulacji przechyłów bocznych w zakresie $\pm 18^\circ$? Oferowana wielkość tego parametru jest absolutnie wystarczająca do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, ponadto większe nachylenie spowodowałoby zsuwanie się operowanego z blatu stołu, a tym samym utrudnianie przeprowadzanych zabiegów.

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o wadze 279 kg z materacami? Waga stołu w żaden sposób nie wpływa na jego mobilność czy funkcjonalność, lecz świadczy o stabilności, solidności i wykonaniu z lepszej jakości materiałów, co z kolei gwarantuje długi okres jego eksploatacji.

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu nr 5 – Fotel urologiczny z fotelikiem – taboret dla lekarza – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel urologiczny, którego siedzisko i sekcja pleców mają szerokość 550mm? Jest to rozwiązanie w zupełności wystarczające do zapewnienia komfortowej pozycji pacjenta i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu nr 5 – Fotel urologiczny z fotelikiem – taboret dla lekarza – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel urologiczny o maksymalnym obciążeniu

wynoszącym 150 kg? Wartość tego parametru jest wystarczająca dla zapewnienia pełnej funkcjonalności fotela.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu nr 5 – Fotel urologiczny z fotelikiem – taboret dla lekarza – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel urologiczny bez możliwości zapamiętania funkcji oraz bez wyświetlacza graficznego na pilocie? Wszystkie funkcje fotela regulowane są szybko i płynnie, przez co nie ma potrzeby zapamiętywania pozycji, które i tak są indywidualnie dostosowywane do każdego pacjenta z osobna.

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu nr 5 – Fotel urologiczny z fotelikiem – taboret dla lekarza – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel urologiczny z szynami bocznymi tylko w sekcji plecowej? Jest to rozwiązanie wystarczające, a brak ww. listew w sekcji siedziska rekompensują uchwyty rąk dla pacjentów po bokach siedziska.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu nr 5 – Fotel urologiczny z fotelikiem – taboret dla lekarza – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel urologiczny bez możliwości demontażu siedziska? Demontaż siedziska nie jest konieczny dla użytkowania fotela, a nawet może powodować jego uszkodzenie oraz zagrażać bezpieczeństwu pacjentów.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu nr 5 – Fotel urologiczny z fotelikiem – taboret dla lekarza – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel urologiczny z wysuwaną misą ze stali nierdzewnej, która nie posiada odpływu, zatyczki i węża? Oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym i najpraktyczniejszym, gdyż uniemożliwia ewentualne wycieki i redukuje koszty eksploatacyjne wynikające z dodatkowych elementów składowych.

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu nr 5 – Fotel urologiczny z fotelikiem – taboret dla lekarza – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel urologiczny bez gniazd elektrycznych? Rozwiązanie to nie jest konieczne, gdyż nie praktykuje się podłączania innych urządzeń do fotela.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu nr 5 – Stół – kozetka do badań i zabiegów – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół do badań, w którym regulacja odbywa się w zakresie od 510-880 mm? Oferowany zakres tylko nieznacznie odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie obniża funkcjonalności stołu, gdyż dostosowany jest do potrzeb personelu medycznego o różnym wzroście.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu nr 5 – Stół – kozetka do badań i zabiegów – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół do badań, którego segment pleców ma długość 1350 mm, a długość sekcji głowy 580 mm? Są to wymiary wynikające z konstrukcji stołu i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce użytkowej.

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu nr 5 – Stół – kozetka do badań i zabiegów – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół do badań, w którym regulacja kąta nachylenia sekcji głowy regulowana jest w zakresie 0-80° za pomocą sprężyny gazowej? Jest to zakres korzystniejszy od wymaganego, gwarantujący przeprowadzanie szeregu różnych zabiegów i badań.

Pytanie 35

Dotyczy Pakietu nr 5 – Stół – kozetka do badań i zabiegów – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół do badań o bezpiecznym dopuszczalnym obciążeniu wynoszącym 150 kg? Jest to wartość wystarczająca dla przeprowadzania zabiegów medycznych.

Pytanie 36

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową, w której natężenie światła w odległości 1m wynosi 50 000 lux? Jest to wartość natężenia gwarantująca doskonałe oświetlenie podczas każdego zabiegu i nie ma potrzeby, aby w lampie zabiegowej była na wyższym poziomie.

Pytanie 37

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową, w której pobór mocy wynosi <30W? Oferowane rozwiązanie gwarantuje niskie koszty eksploatacyjne lampy i bardzo małe zużycie energii, poza tym jest to parametr, który nie wpływa na funkcjonalność sprzętu.

Pytanie 38

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o poniższych parametrach:

- 16 białych diod wykonanych w technologii HD-LED
- zużycie prądu <15W
- średnica kopuły 24 cm
- lampa wykonana z bardzo trwałego tworzywa sztucznego PC/ABS pokryta powłoką antybakteryjną Polygiene
- średnica plamy świetlnej: 190 mm
- natężenie światła: 60000 @ 0,5
- indeks odwzorowania barw $R_a \geq 93$
- indeks odwzorowania barwy czerwonej ≥ 90
- temperatura barwowa: dwustopniowa 3500 i 4500°K
- wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga <1°C
- żywotność diod LED >40 000h?

Oferowana lampa jest przystosowana do przeprowadzania zabiegów medycznych, gwarantuje wysokie parametry światła i doskonałe oświetlenie obszaru zabiegowego, przy jednocześnie niskim poborze energii i żywotności powyżej 40 000 godzin.

Pytanie 39

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z napędem elektro-mechanicznym?

Pytanie 40

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 2000 x 960 mm?

Pytanie 41

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści stół jezdny o wysokiej mobilności z systemem centralnego blokowania kół, trzy podwójne koła o średnicy 125 mm, bez piątego koła kierunkowego?

Pytanie 42

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści podwójne sterowanie (elektromechaniczne i mechaniczne) – możliwość sterowania pozycjami blatu przez pilota elektrycznego lub korbę ręczną?

Pytanie 43

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości uzyskiwaną mechanicznie i przy pomocy pilota w zakresie min. 750-1050 mm?

Pytanie 44

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści regulację nachylenia segmentu pleców w zakresie min. +80° / -40°?

Pytanie 45

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa – 1 szt: Zamawiający pisząc „Lampa dwuramienna sufitowa” ma na myśli lampę dwuczaszową (lampa główna + sufitowa), czy jedna czasza na dwóch ramionach?

Pytanie 46

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści zasięg ramion 165 cm?

Pytanie 47

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści natężenie światła (w odległości 1m) 50 kLux?

Pytanie 48

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści współczynnik oddawania barw (CRI) min. 90?

Pytanie 49

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową 5000K?

Pytanie 50

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści średnicę pola bezcieniowego min. 14 cm?

Pytanie 51

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści pobór mocy 40W?

Pytanie 52

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa: Prosimy o informację na temat sufitu w sali, gdzie montowana będzie lampa:

- Czy jest tam sufit podwieszany? I na jakiej wysokości?
- Na jakiej wysokości jest strop? Jaka jest konstrukcja stropu?
- Czy są doprowadzone kable? Jeśli tak to jakie i o jakich średnicach?
- Czy na suficie jest nawiew laminarny?

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa: Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy o następujących parametrach:

- natężenie światła: 50 000 lux
- pobór mocy: 50W przy 5 projektorach LED?

Pytanie 54

Dotyczy pkt 1, 11, 12 Załącznika nr 4A do SIWZ – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy stół z napędem elektromechanicznym? Jest to rozwiązanie nowocześniejsze niż napęd elektro-hydrauliczny.

Pytanie 55

Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z podstawą jezdnią wyposażoną w 4 podwójne koła o średnicy 150 mm. Stół posiada możliwość przełączenia trybu do jazdy swobodnej z manewrowaniem i do jazdy na wprost zamiast piątego koła?

Pytanie 56

Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuszcza stół z podstawą wykonaną ze stali nierdzewnej bez osłon z tworzywa sztucznego co daje nam lepszą wytrzymałość stołu?

Pytanie 57

Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuszcza stół ze sterowaniem elektromechanicznym z pilota przewodowego i sterowaniem awaryjnym umieszczonym w bocznej stronie kolumny stołu?

Pytanie 58

Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją elektromechaniczną wysokości stołu w zakresie 700-1120 mm?

Pytanie 59

Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją płyty plecowej w zakresie -45° / $+85^{\circ}$?

Pytanie 60

Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuszcza stół z obciążeniem w pozycji horyzontalnej 225 kg?

Pytanie 61

Dotyczy pkt 13 Załącznika nr 6A do SIWZ – Lampa zabiegowa – 1 szt: Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o poborze mocy 35W, ale posiadającą większe natężenie niż jest wymagane tj. 80 000lux? Jest to wartość korzystniejsza dla Zamawiającego.

Pytanie 62

Dotyczy pkt 4.2. SIWZ, Załącznik nr 11 § 4 ust. 2: Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących odsetek na: Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Pytanie 63

Dotyczy Załącznika nr 4A i 6A gwarancja i serwis pkt 5: Wnosimy o modyfikację tego zapisu tak, aby otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku, gdy naprawa danego podzespołu (bloku) w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, podzespół (blok) podlega wymianie na nowy”.

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jakichkolwiek jego podzespołów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Pytanie 64

Dotyczy Załącznika nr 4A i 6A gwarancja i serwis pkt 6, Załącznika nr 11 § 6 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążyący na Wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy, a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Pytanie 65

Dotyczy Załącznika nr 11 § 6 ust. 1: Wnosimy o modyfikację ww. zapisu tak, aby otrzymał następujące brzmienie: „Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto wartości niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki”.

Pytanie 66

Dotyczy Załącznika nr 11 § 7: Wnosimy o modyfikację ww. zapisu tak, aby otrzymał następujące brzmienie: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Pytanie 67

Dotyczy Załącznika nr 11 § 8: Wnosimy o modyfikację ww. zapisu tak, aby otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy z wyznaczonym mu w tym celu terminem, nie krótszym jednak niż 21 dni.”

Pytanie 68

Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/ elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Pytanie 69

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 2000 x 550 mm?

Pytanie 70

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści stół o wysokiej mobilności z systemem blokowania za pomocą 2 wysuwanych stopek, wyposażony w 4 podwójne koła o średnicy ok. 8 cm, bez 5 koła?

Pytanie 71

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści stół o konstrukcji i podstawie ze stali nierdzewnej?

Pytanie 72

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w bezszwowe, antystatyczne, odejmowalne materace poliuretanowe przystosowane do dezynfekcji?

Pytanie 73

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy w rozumieniu zapisów pkt. 7 i 8 tabeli parametrów wymaganych Zamawiający dopuści stół posiadający napęd alternatywny tzn. niezależny napęd sterowania hydrauliczno-mechaniczny poza podstawowym elektrohydraulicznym zasilanym z akumulatora realizowanym za pomocą pilota?

Pytanie 74

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający celem podniesienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania wymaga pozycji sterowanych z pilota: regulacja wysokości, wychylenie boczne, przechyły wzdłużne, funkcja O, regulacja segmentu siedziska i pleców, pozycja krzesłkowa?

Pytanie 75

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości uzyskiwaną elektrycznie przy pomocy pilota i hydraulicznie w zakresie 650-1100 mm?

Pytanie 76

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłów wzdłużnych uzyskiwanych elektrycznie przy pomocy pilota i hydraulicznie w zakresie $\pm 35^\circ$?

Pytanie 77

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłów bocznych uzyskiwanych elektrycznie przy pomocy pilota i hydraulicznie w zakresie $\pm 25^\circ$?

Pytanie 78

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający, w rozumieniu zapisów pkt. 13 odnośnie segmentów i celem zwiększenia dostępu do operowanego pacjenta wymaga wyposażenia stołu w segmenty z możliwością funkcji wypiętrzenia lędźwiowo-krzyżowego?

Pytanie 79

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści regulację pionową podnóżków w zakresie $+30^\circ / -90^\circ$, co stanowi parametr korzystniejszy od oczekiwanego?

Pytanie 80

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający wymaga regulacji poziomej - rozchylania nóg w zakresie do ok. 180° , celem zapewnienia lepszego dostępu do pacjenta?

Pytanie 81

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu pleców w zakresie $+80^{\circ} / -90^{\circ}$?

Pytanie 82

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu podglówka w zakresie $+30^{\circ} / -45^{\circ}$?

Pytanie 83

Dotyczy Pakietu nr 4 – Stół operacyjny mobilny – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści i wymaga bezpiecznego obciążenia stołu w każdym ułożeniu segmentów na poziomie 185 kg?

Pytanie 84

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści 7 źródeł LED?

Pytanie 85

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści natężenie światła 55000 lx?

Pytanie 86

Dotyczy Pakietu nr 6 – Lampa zabiegowa – 1 szt: Czy Zamawiający dopuści żywotność źródła światła 30000 h?

Pytanie 87

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ "Parametry wymagane, warunki serwisu oraz szkolenia Pakiet nr 2 Instrumentarium endourologiczne do pkt V. WÓZEK ENDOUROLOGICZNY DO TORU WIZYJNEGO - 1 szt. - w powiązaniu z pkt I Monitor: Czy Zamawiający oczekuje podstawy pod monitor czy/lub ramienia ruchomego z możliwością pozycjonowania (góra/dół/lewa/prawa), mocowanego do konstrukcji wózka?

Pytanie 88

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ "Parametry wymagane, warunki serwisu oraz szkolenia Pakiet nr 2 Instrumentarium endourologiczne do pkt XII. MINI NEFROSKOP- ppkt 6 .Płaszcz typ amplatz, 18-19 Charr., długość robocza 130-140 mm (1 sztuka)": Prosimy o dopuszczenie dłuższego płaszcza typ amplatz o długości roboczej 184 mm., pozwala to na lepszą osłonę/zabezpieczenie optyki podczas zabiegu.

Pytanie 89

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ "Parametry wymagane, warunki serwisu oraz szkolenia Pakiet nr 2 Instrumentarium endourologiczne do pkt XIV. RESEKTOR - ppkt 3 Płaszcz z dziurkami irygacyjnymi oraz bruzdami podłużnymi tzw. "ryflowaniem", końcówka ścięta/ukośna" oraz ppkt 4 - .Płaszcz wewnętrzny re sektora minimum 24 Charr., z systemem zapięcia zatrzaskowego, oraz portem odpływ/dopływ medium z wymiennym/wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu": Prosimy o dopuszczenie płaszczy resektora z portem/portami odpływ/dopływ medium z wymiennym/wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu na płaszczu zewnętrznym - spełniających pozostałe wymogi zapisów siwz.

Pytanie 90

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ "Parametry wymagane, warunki serwisu oraz szkolenia Pakiet nr 2 Instrumentarium endourologiczne do pkt XIV. RESEKTOR - ppkt 14 "Kabel monopolarny resektor/diatermia" oraz do ppkt Xv. ROZBUDOWA RE SEKTORA DO OPCJI BIPOLARNEJ - ppkt 6 "Kabel bipolarny resektor/ diatermia" oraz do ppkt XVII. KABLE DO DIATERMII - ppkt "Kabel do diatermii resektor/ diatermia monopolarny: Prosimy o określenie typu lub producenta diatermii, do której mają być przeznaczone kable (np. ERBE, MARTIN) lub dopuszczenie ze

względu na występowanie diatermii w przetargu w odrębnym pakiecie na potwierdzenie w tabeli wymogów w formie np.; "Tak - Kabel monopolamy resektor/diatermia współpracujący z diatermią ERBE VIO 300D nr kat..... lub MARTIN MAXUS - akceptujemy wybór Zamawiającego po rozstrzygnięciu pakietu diatermia), zapis analogiczny dla kabli bipolarnych.

Pytanie 91

Dotyczy Załącznika Nr 3A do SIWZ "Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwitu oraz szkoleń - Pakiet nr 3 Diatermia - 1 szt. Do pkt 14 "CIECIE BIPOLARNE: - minimalna moc znamionowa ok. 120 W, - możliwość rozbudowy o opcję elektroresekcji bipolarnej (TUR) w histeroskopii z mocą min. 320W": Prosimy o potwierdzenie czy w związku z zapisem „możliwość rozbudowy o opcję elektroresekcji bipolarnej (TUR)” czy jest to opcja do rozbudowy w przyszłości? Czy parametr/ funkcja elektroresekcji bipolarnej (TUR) w endourologii z mocą min 320W jest wymagany dla oferowanej diatermii?

Zamawiający odpowiada

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie posiada zintegrowanego systemu sali operacyjnej, ale planuje rozbudowę o taki system w przyszłości.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 3

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza opisaną elektrodę igłową o dł. igły 20 mm.

Zamawiający dopuszcza opisaną elektrodę lancetową o dł. ostrza 28 mm.

Zamawiający nie dopuszcza opisaną elektrodę nożowej o dł. ostrza 13 mm.

Ad. 5

Zamawiający dopuszcza kabel do elektrod neutralnych jednorazowych o dł. 4,5 m.

Ad. 6

Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną silikonową wielorazowego użytku, dużą z kablem, który można odłączyć od elektrody.

Ad. 7

Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny o wymiarze blatu 2100 x 560 mm.

Ad. 8

Zamawiający dopuszcza stół wyposażony w układ 4 kół o średnicy 125mm z centralną blokadą, w którym jedno z kół dodatkowo posiada funkcję blokady kierunku jazdy na wprost, zamiast piątego koła.

Ad. 9

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 10

Zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. 11

Zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. 12

Zamawiający dopuszcza zakres regulacji z materacem 760–1090 mm, bez materaca 700-1030 mm.

Ad. 13

Zamawiający dopuszcza regulację w zakresie +85° / -45°.

Ad. 14

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 15

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 16

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 17

Zamawiający dopuszcza zasięg 166 cm.

Ad. 18

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 19

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę zabiegową wykonaną w technologii białych diod LED, maksymalnym poborze mocy 40W i o zdecydowanie większym polu operacyjnym regulowanym w zakresie 15÷30 cm.

Ad. 20

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 21

Zamawiający dopuszcza stół operacyjny wyposażony w 4 podwójne koła z centralną i kierunkową blokadą aktywowaną przez pedał nożny, a więc bez piątego koła kierunkowego.

Ad. 22

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 23

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 24

Zamawiający dopuszcza stół operacyjny o wadze 279 kg z materacami.

Ad. 25

Zamawiający dopuszcza fotel urologiczny, którego siedzisko i sekcja pleców mają szerokość 550mm.

Ad. 26

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 27

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 28

Zamawiający dopuszcza fotel urologiczny z szynami bocznymi tylko w sekcji plecowej.

Ad. 29

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 30

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 31

Zamawiający dopuszcza fotel urologiczny bez gniazd elektrycznych.

Ad. 32

Zamawiający dopuszcza stół do badań, w którym regulacja odbywa się w zakresie od 510-880 mm.

Ad. 33

Zamawiający dopuszcza stół do badań, którego segment pleców ma długość 1350 mm, a długość sekcji głowy 580 mm.

Ad. 34

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 35

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 36

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 37

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 38

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 39

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 40

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 41

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 42

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 43

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 44

Zamawiający dopuszcza regulację nachylenia segmentu pleców w zakresie min. +80° / -40°.

Ad. 45

Zamawiający pisząc „Lampa dwuramienna sufitowa” ma na myśli jedną czasza na dwóch ramionach.

Ad. 46

Zamawiający dopuszcza zasięg ramion 165 cm.

Ad. 47

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 48

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 49

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 50

Zamawiający dopuszcza średnicę pola bezcieniowego min. 14 cm.

Ad. 51

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 52

- Nie ma sufitu podwieszanego.
- Strop jest na wysokości 297 cm. Strop Ackerman gr. 25 cm z płyty prefabrykowanej.
- Są doprowadzone kable, które są dostosowane do wymaganej mocy lampy.
- Na suficie nie ma nawiewu laminarnego.

Ad. 53

- Zamawiający nie wyraża zgody.
- Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 54

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 55

Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z podstawą jezdnią wyposażoną w 4 podwójne koła o średnicy 150 mm, stół posiadający możliwość przełączenia trybu do jazdy swobodnej z manewrowaniem i do jazdy na wprost zamiast piątego koła.

Ad. 56

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 57

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 58

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 59

Zamawiający dopuszcza stół z regulacją płyty plecowej w zakresie -45° / $+85^{\circ}$.

Ad. 60

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 61

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 62

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Ad. 63

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Ad. 64

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 65

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

Ad. 66

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

Ad. 67

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

Ad. 68

Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/ elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji.

Ad. 69

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 70

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 71

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, tj. konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej z podstawą z wysokoudarowego tworzywa sztucznego.

Ad. 72

Zamawiający dopuszcza stół wyposażony w bezszwowe, antystatyczne, odejmowalne materace poliuretanowe przystosowane do dezynfekcji, pod warunkiem, że posiadają funkcję pamięci kształtu.

Ad. 73

Zamawiający dopuszcza stół posiadający napęd alternatywny tzn. niezależny napęd sterowania hydrauliczno-mechaniczny poza podstawowym elektrohydraulicznym zasilanym z akumulatora realizowanym za pomocą pilota.

Ad. 74

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ (Załącznik nr 4A pkt 9, 10, 11, 12).

Ad. 75

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 76

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 77

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 78

Zamawiający nie wymaga.

Ad. 79

Zamawiający dopuszcza regulację pionową podnóżków w zakresie $+30^{\circ}$ / -90° .

Ad. 80

Zamawiający nie wymaga.

Ad. 81

Zamawiający dopuszcza regulację segmentu pleców w zakresie $+80^{\circ}$ / -90° .

Ad. 82

Zamawiający dopuszcza regulację segmentu podglówka w zakresie $+30^{\circ}$ / -45° .

Ad. 83

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ (Załącznik nr 4A pkt 18, 19).

Ad. 84

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 85

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 86

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 87

Zamawiający oczekuje ramienia ruchomego.

Ad. 88

Zamawiający dopuszcza dłuższy płaszcz typ amplatz o długości roboczej 184 mm.

Ad. 89

Zamawiający dopuszcza płaszcze resektora z portem/portami odpływ/dopływ medium z wymiennym/ wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu na płaszczu zewnętrznym - spełniających pozostałe wymagania zapisów siwz.

Ad. 90

Kable mają być przeznaczone do diatermii opisanej w pakiecie nr 3. Zamawiający nie określa typu ani producenta, gdyż nie może przewidzieć, jaka diatermia i jakiego producenta zostanie wybrana w przetargu.

Ad. 91

Parametr/ funkcja elektroresekcji bipolarnej (TUR) w endourologii z mocą min 320W jest parametrem wymagany dla oferowanej diatermii.