

Oznaczenie postępowania 19/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.04.2014 r. pod numerem 2014/S 073-125410 na dostawę sprzętu medycznego w 6 pakietach:

Pakiet nr 1 - laser do kruszenia kamieni w drogach moczowych;

wyposażenie sali endoskopii urologicznej;

Pakiet nr 2 - instrumentarium endourologiczne;

Pakiet nr 3 - diatermia;

Pakiet nr 4 - stół operacyjny;

Pakiet nr 5 - stół – kozetka do badań i zabiegów oraz fotel urologiczny z fotelikiem –

taboret dla lekarza;

Pakiet nr 6 - lampa zabiegowa

dla potrzeb Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu.

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – zmienia treść SIWZ oraz załączników do SIWZ w dniu 12.05.2014 r.

Uwaga!!! zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.06.2014 r. (informacja w załączonym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia).

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:

- pkt 11 ppkt 6 SIWZ (str. 13 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem: „OFERTA dla W.Sz.Z w Elblągu na dostawę sprzętu medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Oddziału Urologicznego – 19/2014” – nie otwierać przed dniem 04.06.2014 r. godz. 10³⁰.

- pkt 12 ppkt 1 SIWZ (str. 13 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 04.06.2014 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

- pkt 12 ppkt 2 SIWZ (str. 13 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 04.06.2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pokój 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

- Załącznik nr 2A do SIWZ (Pakiet nr 2 - Instrumentarium Endourologiczne , str. nr 26) pkt XII Mni Nefroskop ppkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

6. Płaszcz typ amplatz , 18-19 Charr., długość. robocza 130-140 mm (1 sztuka) (Zamawiający

dopuszcza dłuższy płaszcz typ amplatz o długości roboczej 184 mm).

- Załącznik nr 2A do SIWZ (Pakiet nr 2 - Instrumentarium Endourologiczne , str. nr 27) pkt XIV Resektor ppkt 4, 14 otrzymują nowe brzmienie:

4. Płaszcz wewnętrzny resektora minimum 24 Charr., z systemem zapięcia zatrzaskowego, oraz portem odpływ/dopływ medium z wymiennym/wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu (3 sztuki) (Zamawiający dopuszcza płaszcze resektora z portem/portami odpływ/dopływ medium z wymiennym/

wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu na płaszczu zewnętrznym).

14. Kabel monopolarny resekter/diatermia współpracujący z diatermią opisaną w pakiecie nr 3 (1 sztuka).

- Załącznik nr 2A do SIWZ (Pakiet nr 2 - Instrumentarium Endourologiczne , str. nr 27) pkt XV Rozbudowa resektora do opcji bipolarnej ppkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

6. Kabel bipolarny resekter/ diatermia współpracujący z diatermią opisaną w pakiecie nr 3 (1 sztuka).

- Załącznik nr 2A do SIWZ (Pakiet nr 2 - Instrumentarium Endourologiczne , str. nr 27) pkt XVII Kable do diatermii ppkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Kabel do diatermii resekter/ diatermia monopolarny współpracujący z diatermią opisaną w pakiecie nr 3 (10 sztuk).

- Załącznik nr 3A do SIWZ (Pakiet nr 3 - Diatermia, str. nr 33-34) pkt 19, 20, 22 otrzymują nowe brzmienie:

19. Zestawy 5 sztuk różnych elektrod monopolarnych (komplet), w tym:

- igłowa, dł. igły 30 mm (Zamawiający dopuszcza dł. igły 20 mm), trzpień 4mm - 1 szt.
- lancetowa prosta, długość ostrza 27 mm (Zamawiający dopuszcza dł. ostrza 28 mm), trzpień 4mm
- 1 szt,
- nożowa prosta - długość ostrza 30 mm, trzpień 4mm - 1 szt,
- elektrody kulkowe o śr. kulki 2 mm i 4 mm po 1 szt.

20. Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych, dł. 4 m (Zamawiający dopuszcza dł. 4,5 m) (1 sztuka).

22. Elektroda neutralna silikonowa wielorazowego użytku, duża ze zintegrowanym kablem (Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną silikonową wielorazowego użytku, dużą z kablem, który można odłączyć od elektrody) (1 sztuka).

- Załącznik nr 4A do SIWZ (Pakiet nr 4 – Stół operacyjny mobilny, str. nr 36-37) pkt 1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 16, 20 otrzymują nowe brzmienie:

1. Stół operacyjny z napędem elektro-hydraulicznym (Zamawiający dopuszcza napęd alternatywny tzn. niezależny napęd sterowania hydrauliczno-mechaniczny poza podstawowym elektrohydraulicznym zasilanym z akumulatora realizowanym za pomocą pilota).
2. Minimalne wymiary stołu 2130 x 590 mm +/- 10 mm (Zamawiający dopuszcza 2100x560 mm)
3. Stół jezdny o wysokiej mobilności z systemem centralnego blokowania kół; cztery podwójne koła o śr. 125 mm, piąte koło kierunkowe aktywowane poprzez pedał nożny (Zamawiający dopuszcza: stół wyposażony w układ 4 kół o średnicy 125mm z centralną blokadą, w którym jedno z kół dodatkowo posiada funkcję blokady kierunku jazdy na wprost, zamiast piątego koła / stół operacyjny wyposażony

w 4 podwójne koła z centralną i kierunkową blokadą aktywowaną przez pedał nożny, a więc bez piątego koła kierunkowego / stół operacyjny z podstawą jezdnią wyposażoną w 4 podwójne koła o średnicy 150 mm, stół posiadający możliwość przełączenia trybu do jazdy swobodnej z manewrowaniem i do jazdy na wprost zamiast piątego koła).

6. Materace z pamięcią kształtu o grubości min. 50 mm (Zamawiający dopuszcza stół wyposażony w

bezszywowe, antystatyczne, odejmowalne materace poliuretanowe przystosowane do dezynfekcji jeśli posiadają funkcję pamięci kształtu).

10. Regulacja wysokości uzyskiwana mechanicznie i przy pomocy pilota w zakresie min. 720 – 1050 mm (Zamawiający dopuszcza zakres regulacji z materacem 760–1090 mm, bez materaca 700-1030 mm).
14. Dzielona płyta pod nogi z regulacją pionową i poziomą:
 - regulacja pionowa $+20^{\circ}$ / -90° (Zamawiający dopuszcza regulację pionową podnóżków w zakresie $+30^{\circ}$ / -90°),
 - regulacja pozioma – rozchyłanie nóg na min. 55° każda ze stron.
15. Regulacja nachylenia segmentu pleców w zakresie min. $+70^{\circ}$ / -50° (Zamawiający dopuszcza regulację w zakresie: $+85^{\circ}$ / -45° ; $+80^{\circ}$ / -40° ; $+80^{\circ}$ / -90°).
16. Regulacja podglówka w zakresie min. $+25^{\circ}$ / -45° z możliwością regulacji kąta nachylenia dwóch płaszczyznach
(Zamawiający dopuszcza regulację segmentu podglówka w zakresie $+30^{\circ}$ / -45°).
20. Maksymalna waga stołu 220 kg (Zamawiający dopuszcza wagę 279 kg z materacami).

- Załącznik nr 5A do SIWZ (Pakiet nr 5 – Stół – kozetka do badań i zabiegów, str. nr 40) pkt 1, 5 otrzymują nowe brzmienie:

1. Regulacja wysokości leża w zakresie 500 – 920 mm (Zamawiający dopuszcza regulację w zakresie od 510-880 mm).
5. Leże o długości min. 1950 mm (± 10 mm) składające się z 2 elementów:
 - sekcji pleców – dł. 1450 mm (± 10 mm) (Zamawiający dopuszcza 1350 mm)
 - sekcji głowy – dł. 500 mm (± 10 mm) (Zamawiający dopuszcza 580 mm).

- Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 5 – Fotel urologiczny z fotelikiem - taboret dla lekarza, str. nr 42-43) pkt 3, 4, 20, 26 otrzymują nowe brzmienie:

3. Szerokość siedziska: min. 580 mm (Zamawiający dopuszcza 550 mm).
4. Szerokość sekcji pleców: min. 560 mm (Zamawiający dopuszcza 550 mm).
20. Szyny boczne zamontowane po obu stronach fotela w sekcji plecowej oraz siedziska (Zamawiający dopuszcza fotel urologiczny z szynami bocznymi tylko w sekcji plecowej).
26. Gniazda elektryczne (2 sztuki) z możliwością załączania przynajmniej jednego gniazda z pilota (Zamawiający dopuszcza fotel urologiczny bez gniazd elektrycznych).

- Załącznik nr 6A do SIWZ (Pakiet nr 6 – Lampa zabiegowa, str. nr 46) pkt 2, 3, 9, 13 otrzymują nowe brzmienie:

2. Bezcieńowy reflektor z min. 3 źródłami światła LED (Zamawiający dopuszcza lampę w technologii białych diod LED).
3. Zasięg ramion min. 170 cm (Zamawiający dopuszcza zasięg 165 / 166 cm).
9. Średnica pola bezcieńowego min. 15cm (Zamawiający dopuszcza średnicę pola bezcieńowego min. 14 cm / Zamawiający dopuszcza pole operacyjne regulowane w zakresie 15÷30 cm).
13. Pobór mocy max. 15W (Zamawiający dopuszcza max. 40W).

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przekazuje do zamieszczenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach. Aktualne zmiany na dzień 12.05.2014 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 12.05.2014 r. pozostają bez zmian.

.....
data i podpis Zamawiającego