

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę sprzętu medycznego w 6 pakietach:

Pakiet nr 1 - laser do kruszenia kamieni w drogach moczowych;

wyposażenie sali endoskopii urologicznej:

Pakiet nr 2 - instrumentarium endourologiczne;

Pakiet nr 3 - diatermia;

Pakiet nr 4 - stół operacyjny;

**Pakiet nr 5 - stół – kozetka do badań i zabiegów oraz fotel urologiczny z fotelikiem –
taboret dla lekarza;**

Pakiet nr 6 - lampa zabiegowa

**dla potrzeb Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w
Elblągu.**

**w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 207.000 euro**

tj. powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31.12.2013 r. (Dz. U. poz. 1735) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Znak sprawy 19/2014

Elbląg, 12 maj 2014 r.

1. Zamawiający

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82 – 300 Elbląg określany dalej jako Zamawiający

NIP: 578 25 17 492 REGON 170 745 930

www.szpital.elblag.pl;

zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu:

Pakiet nr 1 - laser do kruszenia kamieni w drogach moczowych (CPV: 33.12.50.00-2);

wyposażenie sali endoskopii urologicznej;

Pakiet nr 2 - instrumentarium endourologiczne (CPV: 33.12.50.00-2);

Pakiet nr 3 – diatermia (CPV: 33.16.10.00-6);

Pakiet nr 4 - stół operacyjny (CPV: 33.19.22.30-3);

Pakiet nr 5 – stół – kozetka do badań i zabiegów (CPV: 33.19.22.00-4, 33.19.22.10-7) oraz fotel urologiczny z fotelikiem – taboret dla lekarza (CPV: 33.12.50.00-2);

Pakiet nr 6 - lampa zabiegowa (CPV: 33.16.70.00-8).

2. Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 200.000 euro

Podstawa prawna

1. Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa sprzętu medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu:

1.1. Pakiet nr 1:

Laser do kruszenia kamieni w drogach moczowych – 1 szt., którego wymagane funkcje i parametry techniczne oraz warunki gwarancji, serwisu i szkolenia przedstawiono w Załączniku nr 1A do SIWZ.

1.2. Wyposażenie sali endoskopii urologicznej:

a) Pakiet nr 2:

Instrumentarium endourologiczne, którego wymagane funkcje i parametry techniczne oraz warunki gwarancji, serwisu i szkolenia przedstawiono w Załączniku nr 2A do SIWZ.

b) Pakiet nr 3:

Diatermia elektrochirurgiczna mono i bipolarna – 1 szt., której wymagane funkcje i parametry techniczne oraz warunki gwarancji, serwisu i szkolenia przedstawiono w Załączniku nr 3A do SIWZ.

c) Pakiet nr 4:

Stół operacyjny – 1 szt., którego wymagane funkcje i parametry techniczne oraz warunki gwarancji, serwisu i szkolenia przedstawiono w Załączniku nr 4A do SIWZ.

d) Pakiet nr 5:

Stół – kozetka do badań i zabiegów – 1 szt. oraz fotel urologiczny z fotelikiem – taboret dla lekarza – 1 szt., których wymagane funkcje i parametry techniczne oraz warunki gwarancji, serwisu i szkolenia przedstawiono w Załącznikach nr 5A i 5B do SIWZ.

f) Pakiet nr 6:

Lampa zabiegowa – 1 szt., której wymagane funkcje i parametry techniczne oraz warunki gwarancji, serwisu i szkolenia przedstawiono w Załączniku nr 6A do SIWZ.

2. Zaoferowany sprzęt musi posiadać co najmniej 36 miesięcy gwarancji.
3. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
4. Wykonawca po przekazaniu do bieżącej eksploatacji i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego i dla personelu obsługi technicznej.
5. Przedstawione parametry techniczne opisane w Załącznikach Nr 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 5B, 6A do SIWZ są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Wymagane warunki gwarancji, serwisu oraz szkolenia zostały przedstawione w Załącznikach nr 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 5B, 6A do SIWZ.
7. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679).
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się jeden pełny pakiet.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen dla poszczególnego asortymentu przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 12.
12. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:
 - a) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
 - b) ilekroć następuje zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiana stawki podatku VAT – wówczas cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian, natomiast zmianie ulegnie tylko cena jednostkowa brutto.
13. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.
14. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

4. Termin wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin dostawy: **do 8 tygodni.**

2. Warunki płatności: odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku, termin płatności nie krótszy niż **30 dni kalendarzowych** licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego

oraz przekazania do bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag oraz dostarczeniem faktury do siedziby Zamawiającego.

3. Szkolenie personelu Oddziału Urologicznego oraz pracowników personelu obsługi technicznej odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie max. 2 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia sprzętu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
- 5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże:

- 5.2.1. W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca załączy do oferty oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi **Załącznik nr 8 do SIWZ**.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem punktu 6.1. SIWZ.

- 5.2.2. W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. polegającej na dostawie sprzętu medycznego. Każda wykazana dostawa musi obejmować wartość nie mniejszą niż podana poniżej w tabeli przypisana odpowiednio danemu pakietowi (np.

składając ofertę na Pakiet Nr 1 należy wykazać minimum 1 dostawę o wartości większej lub równej kwocie 66.775,00 zł lub jeżeli Wykonawca składa ofertę na co najmniej dwie części zamówienia, dopuszcza się wykazanie min. 1 dostawy o wartości większej lub równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych części zamówienia) tj.:

Nr Pakietu	Kwota wymagana
Pakiet Nr 1	66.775,00 zł
Pakiet Nr 2	312.328,22 zł
Pakiet Nr 3	24.000,00 zł
Pakiet Nr 4	60.000,00 zł
Pakiet Nr 5	26.375,00 zł
Pakiet Nr 6	4.150,00 zł

Dla oceny spełnienia warunku zamawiający weźmie pod uwagę wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, co będzie stanowiło ocenę spełnienia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Dowodami, o których mowa powyżej, jest poświadczenie dotyczące tych dostaw lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, określającego czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty.

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce ilości i wielkości wykonanych dostaw zawartych w wykazie okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe, to „ocenimy”, że wykonawca spełnia warunek.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem pkt. 6.2. SIWZ.

5.2.3. W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Wykonawca załączy do oferty oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi **Załącznik nr 8 do SIWZ.**

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem punktu 6.1. SIWZ.

5.2.4. W zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykaże, że posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie większej lub równej od podanej poniżej dla każdego pakietu (jeżeli Wykonawca składa ofertę na co najmniej dwie części zamówienia, dopuszcza się wykazanie sumy kwot wymaganych dla poszczególnych części zamówienia):

Nr Pakietu	Kwota wymagana
Pakiet Nr 1	66.775,00 zł
Pakiet Nr 2	312.328,22 zł
Pakiet Nr 3	24.000,00 zł
Pakiet Nr 4	60.000,00 zł
Pakiet Nr 5	26.375,00 zł
Pakiet Nr 6	4.150,00 zł

Dla oceny spełnienia warunku zamawiający weźmie pod uwagę informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności finansowej odpowiedniej wielkości zawartej w informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe, to „ocenimy”, że wykonawca spełnia warunek.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem punktu 6.3. SIWZ.

5.3. W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, jeżeli Wykonawca odpowiednio wykaże, że:

- nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert Wykonawca posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
- nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- że nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- że sąd nie orzekł wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- że nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości chyba, że

po ogłoszeniu upadłości zawarł on układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

- że wykonawcy będący osobami fizycznymi nie są prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

- że wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz lub urzędujący członek organu zarządzającego wchodzący w skład spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 6 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

6. Dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) oraz inne dokumenty i oświadczenia.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału określonych w pkt. 5.1.1 oraz 5.1.3, których opis sposobu oceny spełnienia został przedstawiony przez Zamawiającego w pkt. 5.2.1. i 5.2.3 SIWZ Zamawiający żąda dokumentu:

Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi **Załącznik nr 8 do SIWZ**.

6.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału dot. wiedzy i doświadczenia, którego opis sposobu oceny spełnienia warunku został przedstawiony przez Zamawiającego w pkt. 5.2.2 SIWZ Zamawiający żąda:

1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane.
2. Dowody, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa w pkt 2 są:

- a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a).

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na

rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji o której mowa w pkt. 6.2 ppkt. 1, dotyczących tych podmiotów.
4. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, którego opis sposobu oceny spełnienia warunku został przedstawiony przez Zamawiającego w pkt. 5.2.4. SIWZ Zamawiający żąda dokumentu:

1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 6.3 ppkt. 1, dotyczących tych podmiotów.
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
4. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia w/w warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.4. W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:

1. Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 9 do SIWZ.**
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w doniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.4, 6.5 i 6.7. SIWZ.

6.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. ppkt. 2,3,4,6 SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. ppkt. 5 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6 pkt. 1 lit. a i c SIWZ oraz pkt. 6.6 ppkt. 2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.6 ppkt. 1 lit. b SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. ppkt 1 i 2 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt.6.6 ppkt. 3 SIWZ stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.7. W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - informację/ oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do SIWZ.

6.8. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełnione arkusze z parametrami wymaganymi, gwarancją, serwisem i szkoleniem (Pakiet nr 1-6) – Załączniki: Nr: 1A/ 2A/ 3A/ 4A/ 5A i 5B/ 6A do SIWZ.
2. Wypełnione arkusze asortymentowo-cenowe (Pakiet nr 1-6) – Załączniki Nr: 1B/ 2B/ 3B/ 4B/ 5C/ 6B do SIWZ (odpowiednio do zakresu złożonej oferty).
3. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ i zgodnie z treścią oferty.
7. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy /nie powierzy podwykonawcom.
8. Dowód wniesienia wadium.
9. Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty.

6.9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

1. Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17 czerwca 2010 r.).
2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi/ foldery lub ulotki producenta przedstawiające parametry techniczne, fotografie sprzętu itp. w celu potwierdzenia wymaganych parametrów opisanych w Załącznikach Nr: 1A/ 2A/ 3A/ 4A/ 5A i 5B/ 6A/ do SIWZ (parametry wymagane), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

6.10. Oferta wspólna

19/2014 SIWZ - dostawa sprzętu medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu: lasera do kruszenia kamieni w drogach moczowych.; wyposażenia sali endoskopii

urologicznej: instrumentarium endourologicznego, diatermii, stołu operacyjnego, stołu – kozetki do badań i zabiegów oraz fotela urologicznego z fotelikiem – taboret dla lekarza, lampy zabiegowej.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie**.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia **28.04.2014 r.**, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stronie.
7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wymagania dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **9.872,56 zł** (słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 56/100).

2. Oferta obejmująca część przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości tj:

Nr Pakietu	Kwota wadium
Pakiet Nr 1	1.335,50 zł
Pakiet Nr 2	6.246,56 zł
Pakiet Nr 3	480,00 zł
Pakiet Nr 4	1.200,00 zł
Pakiet Nr 5	527,50 zł
Pakiet Nr 6	83,00 zł

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- a/ pieniądzu - wpłacone przelewem na konto Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu – PKO BP S.A. Oddział w Elblągu Nr 33 1020 1752 0000 0102 0006 3727
- b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c/ gwarancjach bankowych,
- d/ gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na dostawę sprzętu medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Oddziału Urologicznego Nr sprawy 19/2014”.
- W pozostałych przypadkach (pkt. 4 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu

wystawionego na rzecz Zamawiającego.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Zwrot wadium
- 8.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

- 8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
- 8.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 8.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.1. jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest mgr Emilia Bartkowska – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych W.Sz.Z. w Elblągu, tel. (55) 234 55 47, godz. udzielania informacji dot. przetargu: 7.30 – 15.00.

10. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.
2. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” (w załączeniu **Załącznik nr 7 do SIWZ**) wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez Wykonawcę arkuszami asortymentowo-cenowymi odpowiednio do złożonej oferty stanowiącymi Załączniki Nr 1B/ 2B/ 3B/ 4B/ 5C/ 6B do SIWZ – odpowiednio do zakresu złożonej oferty.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz).
5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach należy umieścić w dwóch zapieczętowanych kopertach (opakowaniach): zewnętrznej i wewnętrznej; opatrzonych danymi Wykonawcy.
6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:
„OFERTA dla W.Sz.Z w Elblągu na dostawę sprzętu medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Oddziału Urologicznego - 19/2014” – nie otwierać przed dniem 04.06.2014 r. godz. 10³⁰.
7. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formularzy ze SIWZ.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
9. Wykonawcy nie spełniających warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną wykluczeni z postępowania.
10. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia **04.06.2014 r.** do **godz. 10.00** w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

Zmiany lub wycofanie ofert.

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert, każdy Wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie według takich samych zasad, jak składanie oferty tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **04.06.2014 r. o godz. 10.30** w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pokój 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

13. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN i podana do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę dla kompleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawca zaokrągli wartość brutto w każdym wierszu oraz razem wartość brutto w sposób matematyczny tj. do pełnych groszy w dół (do 55 groszy) oraz do pełnych groszy w górę (55 groszy i więcej).
3. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie wypełnionych **Arkuszy asortymentowo-cenowych** odpowiednio do zakresu złożonej oferty stanowiących załączniki **Nr 1B/ 2B/ 3B/ 4B/ 5C/ 6B do SIWZ**. Instrukcja obliczenia ceny znajduje się w tabelach asortymentowo-cenowych (Załączniki Nr 1B/ 2B/ 3B/ 4B/ 5C/ 6B do SIWZ) w wersji 2 zaczynającym się od litery A. Następnie uzyskane wyniki wpisuje cyfrowo i słownie do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik **Nr**

7 do SIWZ.

4. Zamawiający poprawia w ofercie:

oczywiste pomyłki pisarskie

b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

5. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcami w złotych polskich. Jeżeli zaistnieje sytuacja określona w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych do tak złożonej oferty doliczy do niej podatek VAT.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty w danym pakiecie:

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga:

cena	- 100%
Łącznie:	- 100%

Każda oferta w tym pakiecie podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji Przetargowej według podanych wyżej kryteriów .

Cena brutto badanej oferty podana w formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawcy będzie oceniana na podstawie następującego wzoru :

$$P = \frac{C_n \times 100}{C_b}$$

P - Wartość punktowa pakietu

C_n - Cena brutto pakietu, najniższa spośród złożonych ofert

C_b - Cena brutto pakietu badanej oferty

Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN do dwóch cyfr po przecinku i obejmować wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w zakresie danego pakietu otrzyma 100 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

Stosowania punktacja od 0-100 pkt.

Wartość punktowa ceny danej oferty zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 100 %.

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta/ pakiet:

- będzie zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,
- będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- będzie spełniała warunki udziału w postępowaniu,
- w ogólnym bilansie otrzyma największą liczbę punktów wg kryteriów podanych powyżej.

15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- 1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
- 1.4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp. po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 15 ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w terminie:
- 3.1. nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ppkt. 3, jeżeli:
- 4.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Pzp.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.
7. Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym.

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawiera
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

8. Termin wniesienia odwołania:

- 5.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się:

- 8.1. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 7 oraz ppkt.8 wnosi się:

- 9.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Szczegółowy sposób wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm).

13. Skarga do sądu

- 13.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- 13.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy

z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- 13.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania ? Zamawiającego.

13.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargo. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi:

- umowa sprzedaży nr: 19/2014 (Załącznik nr 11 do SIWZ do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

17. Specyfikacja zostanie przekazana w formie pisemnej na wniosek Wykonawcy w terminie 5 dni, za cenę 42,00 zł.

18. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1. Załącznik nr 1A do SIWZ – arkusz z parametrami wymaganymi, gwarancją, serwisem i szkoleniem dla Pakietu nr 1.
2. Załącznik Nr 1B do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 1.
3. Załącznik nr 2A do SIWZ – arkusz z parametrami wymaganymi, gwarancją, serwisem i szkoleniem dla Pakietu nr 2.
4. Załącznik Nr 2B do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 2.
5. Załącznik nr 3A do SIWZ – arkusz z parametrami wymaganymi, gwarancją, serwisem i szkoleniem dla Pakietu nr 3.
6. Załącznik Nr 3B do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 3.
7. Załącznik nr 4A do SIWZ – arkusz z parametrami wymaganymi, gwarancją, serwisem i szkoleniem dla Pakietu nr 4.
8. Załącznik Nr 4B do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 4.
9. Załącznik nr 5A do SIWZ – arkusz z parametrami wymaganymi, gwarancją, serwisem i szkoleniem dla Pakietu nr 5 poz. 1.
10. Załącznik nr 5B do SIWZ – arkusz z parametrami wymaganymi, gwarancją, serwisem i szkoleniem dla Pakietu nr 5 poz. 2.
11. Załącznik Nr 5C do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 5.
12. Załącznik nr 6A do SIWZ – arkusz z parametrami wymaganymi, gwarancją, serwisem i szkoleniem dla Pakietu nr 6.
13. Załącznik Nr 6B do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 6.
14. Załącznik Nr 7 – Formularz ofertowy.
15. Załącznik Nr 8 – Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych.
16. Załącznik Nr 9 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych.
17. Załącznik Nr 10 - Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
18. Załącznik Nr 11 - Umowa sprzedaży 19/2014 - wzór.

19/2014 SIWZ - dostawa sprzętu medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu: lasera do kruszenia kamieni w drogach moczowych.; wyposażenia sali endoskopii

urologicznej: instrumentarium endourologicznego, diatermii, stołu operacyjnego, stołu – kozetki do badań i zabiegów oraz fotela urologicznego z fotelikiem – taboret dla lekarza, lampy zabiegowej.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

Podpisy Członków Komisji:

1. lek. Tomasz Kazik – Przewodniczący Komisji
2. mgr inż. Tadeusz Gutowski – Członek Komisji
3. mgr Emilia Bartkowska - Sekretarz Komisji

Zatwierdził

.....
data i podpis Zamawiającego

**Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu
oraz szkoleń - Pakiet nr 1**

Laser do kruszenia kamieni w drogach moczowych – 1 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ urządzenia:

Nr katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: druga połowa 2013 lub 2014

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

L.p.	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	Laser holmowy wyposażony w port laserowy "otwarty", pozwalający na podłączenie włókien różnych producentów, różnych typów oraz o wszystkich średnicach w granicach min. 150 - 1000 mikrometrów, bez limitacji ilości podłączeń i użyc (włókna wielokrotnego użytku).	TAK	
2.	Długość fali: 2100 nm	TAK	
3.	Moc lasera: min. 30W	TAK	
4.	Energia impulsu w zakresie min. 0,2 - 4 Joula	TAK	
5.	Częstotliwość fali laserowej ustawiana w granicach mi. 3 - 25 Hz	TAK	
6.	Regulowana wiązka naprowadzająca, zielona 532 nm, możliwość ustawienia jako fali ciągłej i przerywanej	TAK	
7.	Szybki dostęp do regulacji bez przerywania pracy i wchodzenia do pod-menu	TAK	
8.	Możliwość wyboru min. 4 różnych programów do: - litotrypsji kamieni twardych, - rozdrabniania kamieni w moczowodach - brak efektu odrzutu nawet lekkich złogów, - ablacji / cięcia, - koagulacji	TAK	
9.	Długość impulsu zmienna w zakresie min: 95 - 1500 mikrosekund zależnie od wybranego programu i ustawionych parametrów pracy	TAK	
10.	Stałe wyświetlanie podczas pracy następujących parametrów: - długość fali, - grubość podłączonego włókna, - częstotliwość pracy,	TAK	

	- energia impulsu, - ustawiona moc, - tryb pracy, - natężenie wiązki pilotującej, - stan lasera, - ilość zaaplikowanych dżuli, - ilość oddanych strzałów.		
11.	System automatycznego wykrywania włókna laserowego, żądanie potwierdzenia przez użytkownika grubości podłączonego światłowodu	TAK	
12.	Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń (tzw. blast-shield)	TAK	
13.	Monitorowanie energii - samoczynne wyłączenie urządzenia wraz ze stosownym komunikatem na wyświetlaczu przy zaistniałej odchyłce o 20% od ustalonej wartości energii	TAK	
14.	Automatyczne przejście w stan "nieuzbrojony" w przypadku bezczynności lasera w określonym czasie, możliwość nastawy tego czasu	TAK	
15.	Laser wykonany w obudowie jezdnej, wyposażony w kółka z hamulcami	TAK	
16.	Obsługa urządzenia za pomocą kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej min. 7 cali	TAK	
17.	Sterowanie lasera za pomocą pedału nożnego	TAK	
18.	Port do blokowania automatycznych drzwi sali operacyjnej w przypadku aktywacji promieniowania laserowego	TAK	
19.	Laser wyposażony w włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączenia	TAK	
20.	Zasilanie standardowe sieciowe 230V, 50 Hz, 16A. Przewody zasilające o długości 4-5 m	TAK	
21.	Praca w temperaturze otoczenia do min. 30 stopni C, podwójny system chłodzenia (wodą i powietrzem)	TAK	
22.	Wyposażenie lasera: - włókno wielorazowe o średnicy 365 mikrometrów, z niebieską otuliną (6 sztuk), - zestaw nożyczek i obieraczek do włókien laserowych (2 komplety), - uchwyt ręczny do zabiegów zewnętrznych - komplet min. 4 końcówek o różnym kształcie i długości, - okulary ochronne (4 sztuki)	TAK	

Gwarancja i serwis

L.p.	Gwarancja i serwis	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
------	--------------------	---------------	-----------------------------------

1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy	
2.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniami producenta (min. 1 przegląd rocznie)	TAK	
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji – maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia	TAK	
4.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji.	TAK	
5.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	TAK, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
6.	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.	TAK	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat.	TAK	
8.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu w zdefiniowanych powyżej czasookresach.	TAK	

Szkolenie

L.p.	Szkolenia	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego).	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych.	TAK	
3.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczona w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy (Pakiet nr 1)

(stanowi minimum wyposażenia Lasera do kruszenia kamieni w drogach moczowych – 1 szt. – przykład)

L.p.	Asortyment	Ilość szt.	J.m.	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	$G=C*F$	$H=G*VAT$	$I=G+H$
1.	Laser do kruszenia kamieni w drogach moczowych	1	szt.					
Razem wartość netto								
Razem kwota podatku VAT								

	Razem wartość brutto
--	----------------------

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

**Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu
oraz szkoleń - Pakiet nr 2**

Instrumentarium Endourologiczne

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ urządzenia:

Nr katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: druga połowa 2013 lub 2014

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

L.p.	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
I. MONITOR – 1 szt.			
1.	Przekątna min. 26"	TAK	
2.	Rozdzielczość 1920 x 1080	TAK	
3.	Jasność min. 800 cd/m ² , kontrast min. 1000:1	TAK	
4.	Wejścia min. DVI-D, HD-SDI, 3G-SDI	TAK	
5.	System mocowania Vessa (100 x 100 mm)	TAK	
II. KAMERA ENDOSKOPOWA HDTV - 1 szt.			
1.	Rozdzielczości min. 1920 x 1080	TAK	
2.	Sterownik kamery z wyświetlaczem dotykowym do obrazowania oraz sterowania wyborem funkcji, w tym min. funkcjami wyboru profilu, ustawienia/ wyboru jasności/doświetlenia obrazu endoskopowego na monitorze, balansu bieli, wyboru menu ustawień	TAK	
3.	Wyjścia min. HDMI, 3G-SDI, HD-SDI	TAK	
4.	Funkcja PIP (Picture in Picture)	TAK	
5.	Głowica kamery 1 CCD dedykowana do oferowanego sterownika kamery, z min. 2 przyciskami sterującymi	TAK	
6.	Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi, głowica typu urologicznego obrotowa/ pozycjonowana 0-90 stopni, obiektyw zintegrowany	TAK	
III. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 1 szt.			
1.	Źródło światła ksenonowe z ekranem dotykowym do obrazowania parametrów i wyboru nastaw, min. 300 W, z uniwersalnym adapterem umożliwiającym podłączenie światłowodów różnych firm, w tym m.in. Storz, Olympus, Wolf	TAK	
2.	Konsola z wyświetlaczem dotykowym do obrazowania	TAK	

	parametrów oraz sterowania/ wyborem funkcji/ nastaw		
IV. ŚWIATŁOWODY STANDARDOWE			
1.	Światłowód, długość min. 2200 mm, średnica wiązki 3,0 - 3,5 mm (5 sztuk)	TAK	
2.	Światłowód, długość min. 2200 mm, średnica wiązki 2,5 - 2,9 mm (10 sztuk)	TAK	
V. WÓZEK ENDOUROLOGICZNY DO TORU WIZYJNEGO - 1 szt.			
1.	Minimum 3 półki umożliwiające ustawienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu toru wizyjnego, w tym minimum dwie o regulowanej wysokości	TAK	
2.	Uchwyt na głowicę kamery endoskopowej	TAK	
3.	Uchwyt na płyny infuzyjne, wysokość regulowana	TAK	
4.	Ramię do zawieszania/ mocowania pojemnika (pojemników) na płyny infuzyjne o pojemności min. 5l	TAK	
5.	Uchwyt do mocowania światłowodu	TAK	
6.	Minimum dwa kółka z blokadą	TAK	
VI. CYSTOSKOP			
1.	Cysto-uretroskop kompaktowy typ/ tzw. „atraumatyczny”, 13-14 Charr., kąt patrzenia 20-30 stopni, dł. robocza 210-230 mm, z owalnym kanałem roboczym 5 Charr (1 sztuka)	TAK	
2.	Kosz do sterylizacji cystoskopu (1 sztuka)	TAK	
3.	Uchwyt kleszczyków (2 sztuki)	TAK	
4.	Część robocza do uchwytu - typ kleszczyki chwytające aligator (1 sztuka)	TAK	
5.	Część robocza do uchwytu - typ kleszczyki biopsyjne (1 sztuka)	TAK	
VII. URETERORENOSKOP ULTRA CIENKI DO LASERA			
1.	Ureterorenoskop typ kompaktowy, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 6,5 Charr, początkowy/ dystalny mniejszy o minimum 2 Charr, co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów min. 3 Charr, wymiar wewnętrzny kanału minimum 3,1x3,1 Charr. Kąt patrzenia optyki 3-5°, długość robocza 430-450 mm, całkowita 550-600 mm (1 sztuka)	TAK	
2.	Kleszczyki typu „aligator” 3 Charr. długie do ureterorenoskopu (2 sztuki)	TAK	
3.	Kleszczyki biopsyjne 3 Charr. długie do ureterorenoskopu (1 sztuka)	TAK	
VIII. URETERORENOSKOP CIENKI			
1.	Ureterorenoskop typ kompaktowy, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 7,5 Charr, początkowy/ dystalny mniejszy o minimum 1,5 Charr, co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów min. 4 Charr, możliwość niezależnego wprowadzenia minimum dwóch instrumentów/ cewników/ sond minimum 2,3 Charr, wymiar	TAK	

	wewnętrzny kanał minimum 4,1x4,5 Charr. Kąt patrzenia optyki 5-10°, długość robocza 430-450 mm, całkowita 550-600 mm (1 sztuka)		
2.	Kleszczyki typu „aligator” 4 Charr. długie do ureterorenoskopu (2 sztuki)	TAK	
3.	Kleszczyki biopsyjne 4/3 Charr. długie do ureterorenoskopu (1 sztuka)	TAK	
IX. URETERORENOSKOP STANDARDOWY			
1.	Ureterorenoskop typ kompaktowy, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 9.9 Charr, początkowy/ dystalny mniejszy o min.1,5 Charr, co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów minimum 5 Charr, możliwość niezależnego wprowadzenia minimum dwóch instrumentów/ cewników/ sond minimum 3 Charr, wymiar wewnętrzny kanału minimum 5,1x6,1 Charr. Kąt patrzenia optyki 10-15 stopni, długość robocza 430-450 mm, całkowita 550-600 mm (2 sztuki)	TAK	
2.	Kleszczyki typu „zab myszy” 5 Charr., długie do ureterorenoskopu (5 sztuk)	TAK	
3.	Nożyczki skośne do moczowodu, 5 Charr.długie do ureterorenoskopu (2 sztuki)	TAK	
4.	Kleszczyki biopsyjne 5 Charr. długie do ureterorenoskopu (7 sztuk)	TAK	
5.	Kleszczyki biopsyjne 5 Charr. długie do ureterorenoskopu (2 sztuki)	TAK	
X. POMPA UROLOGICZNA			
1.	Pompa urologiczna do współpracy z ureterorenoskopami, tłocząca z wyświetlaczem parametrów pracy (1 sztuka)	TAK	
2.	Zestaw drenów autoklawowalnych (2 sztuki)	TAK	
XI. NEFROSKOP			
1.	Zestaw min 7 sztuk rozszerzadeł typu teleskopowego zakres od minimum 9 Charr. do minimum 27 Charr., komplet typ teleskopowy wraz z prowadnicą max 6 Charr (1 sztuka)	TAK	
2.	Płaszcz operacyjny nefoskopu 23-24 Charr. z kranikiem odpływ/dopływ długość 200-220 mm do oferowanej optyki z kanałem roboczym min 3,5 mm (1 sztuka)	TAK	
3.	Optyka nefroskopowa: zakres patrzenia/kąta 20°- 25°, długość robocza 220-230 mm, kanał roboczy dla instrumentów o średnicy minimum 3,5 mm wprowadzanych na wprost. Optyka przepływowa z kranikiem odpływ/dopływ. Typ optyki tzw. „krzesiśko”- łamana pod kątem 90° (1 sztuka)	TAK	
4.	Kleszczyki chwytające minimum dwuelementowe typ aligator tzw podgięty (1 sztuka)	TAK	
5.	Kleszczyki chwytające minimum dwuelementowe typ aligator (1 sztuka)	TAK	
XII. MINI NEFROSKOP			

1.	Optyka operacyjna, kąt patrzenia 10-15 stopni, kanał roboczy na wprost dla instrumentów minimum 6 Charr., długość. robocza 220-250 mm (1 sztuka)	TAK	
2.	Płaszcz operacyjny 15-16 Charr. okrągły, z obrotowym przepływem, długość. robocza 205-210 mm (1 sztuka)	TAK	
3.	Płaszcz operacyjny 17-18 Charr. okrągły, z obrotowym przepływem, , długość. robocza 205-210 mm (1 sztuka)	TAK	
4.	Dylator 12-13 Charr. długość 320-350 mm (1 sztuka)	TAK	
5.	Dylator 14-15 Charr. długość 320-350 mm (1 sztuka)	TAK	
6.	Płaszcz typ amplatz , 18-19 Charr., długość. robocza 130-140 mm (1 sztuka) (Zamawiający dopuszcza dłuższy płaszcz typ amplatz o długości roboczej 184 mm)	TAK	
7.	Obturator do płaszcza nefroskopowego 14-15 Charr. (1 sztuka)	TAK	
8.	Obturator do płaszcza nefroskopowego 17-18 Charr. (1 sztuka)	TAK	
9.	Kleszczyki do wyciągania kamieni, typu/tzw. „zab myszy”, sztywne, 2 mm, długość robocza 360-370 mm (1 sztuka)	TAK	
10.	Kleszczyki typu „aligator” minimum dwuelementowe obrotowe, 6 Charr. typu aligator, długość 400-430 mm (1 sztuka)	TAK	
11.	Sonotroda do generatora ultradźwiękowego posiadanego przez Oddział Urologii (WOLF model 2207), dł. robocza 340-360 mm, średnica 1,9-2,0 mm (1 sztuka)	TAK	

XIII. CYSTO-NEFROSKOP GIĘTKI

1.	Nefroskop giętki max. 15 Charr., kanał płuczący i roboczy min. 7,5 Charr, kąt patrzenia 0 stopni, pole widzenia minimum 120 stopni, zgięcie minimum: 210 stopni w górę i 150 w dół. Długość. robocza minimum 400 mm,. W komplecie: tester szczelności, nakładka do sterylizacji gazowej (2 sztuki)	TAK	
2.	Kleszczyki giętkie biopsyjne, 5 Charr.,, długość 550-600 mm (2 sztuki)	TAK	
3.	Kleszczyki giętkie do ciał obcych, 5 Charr.,, długość 550-600 mm (2 sztuki)	TAK	
4.	Kleszczyki chwytające, giętkie, zab mysi, 5 Charr., długość. robocza 550-600 mm (2 sztuki)	TAK	
5.	Kleszczyki chwytające, giętkie, zab mysi, 6,5 Charr., długość. robocza 550-600 mm (2 sztuki)	TAK	
6.	Nasadka z dwoma końcówkami typu Luer. (2 sztuki)	TAK	
7.	Światłowód, długość minimum 2200 mm , średnica wiązki 2,5-3 mm (2 sztuki)	TAK	
8.	Pojemnik do sterylizacji giętkiego nefroskopu (2 sztuki)	TAK	

XIV. RESEKTOR

1.	Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni długość 305-310 mm (1 sztuka)	TAK	
2.	Uchwyt/napęd elektrod aktywny z uchwytem tzw. zamkniętym (3 sztuki)	TAK	
3.	Płaszcz z dziurkami irygacyjnymi oraz bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem” , końcówka ścięta/ ukośna (3 sztuki)	TAK	

4.	Plaszcz wewnętrzny resektora minimum 24 Charr., z systemem zapięcia zatrzaskowego, oraz portem odpływ/dopływ medium z wymiennym/wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu (3 sztuki) (Zamawiający dopuszcza płaszcze resektora z portem/portami odpływ/dopływ medium z wymiennym/ wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu na płaszczu zewnętrznym)	TAK	
5.	Obturator (3 sztuki)	TAK	
6.	Strzykawka urologiczna 150 ml (1 sztuka)	TAK	
7.	Adapter giętki do strzykawki (1 sztuka)	TAK	
8.	Elektroda tnąca wielorazowa (80 sztuk)	TAK	
9.	Elektroda koagulująca wałeczkowa, wielorazowa (20 sztuk)	TAK	
10.	Elektroda koagulująca kulkowa, wielorazowa (5 sztuk)	TAK	
11.	Elektroda koagulująca punktowa, wielorazowa (2 sztuki)	TAK	
12.	Elektroda nożowa wielorazowa (2 sztuki)	TAK	
13.	Elektroda haczykowa wielorazowa (2 sztuki)	TAK	
14.	Kabel monopolarny resektor/diatermia współpracujący z diatermią opisaną w pakiecie nr 3 (1 sztuka)	TAK	
XV. ROZBUDOWA RESEKTORA DO OPCJI BIPOLARNEJ			
1.	Uchwyt/napęd elektrod bipolarnych aktywny z uchwytem tzw. zamkniętym (1 sztuka)	TAK	
2.	Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa pętlowa (2 sztuki)	TAK	
3.	Elektroda hakowa bipolarna (2 sztuki)	TAK	
4.	Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa (5 sztuk)	TAK	
5.	Elektroda waporyzująca bipolarna jednorazowa - opakowanie min 3 sztuki (20 opakowań)	TAK	
6.	Kabel bipolarny resektor/ diatermia współpracujący z diatermią opisaną w pakiecie nr 3 (1 sztuka)	TAK	
XVI. KLESZCZYKI OPTYCZNE			
1.	Kleszcze optyczne biopsyjne (1 sztuka)	TAK	
2.	Kleszcze optyczne do ciał obcych (1 sztuka)	TAK	
XVII. KABLE DO DIATERMII			
1.	Kabel do diatermii resektor/ diatermia monopolarny współpracujący z diatermią opisaną w pakiecie nr 3 (10 sztuk)	TAK	
XVIII. URETROTOM OPTYCZNY			
1.	Optyka urologiczna 0°, Ø 4 mm długość 300-305 mm (1 sztuka)	TAK	
2.	Napęd/uchwyt uretrotomu z gniazdem mocowania skalpeli/noży (1 sztuka)	TAK	
3.	Plaszcz uretrotomu 20-21 Charr, z kranikami irygacyjnymi oraz portem instrumentów/kateterów min 4 Charr (1 sztuka)	TAK	
4.	Obturator z centralnym otworem tzw. „hollow-obturator” (1 sztuka)	TAK	

5.	Płaszcz uretrotomu zewnętrzny tzw. półpłaszcz (1 sztuka)	TAK	
6.	Skalpel do zwężeń z falowym szlifem. (3 sztuki)	TAK	
7.	Skalpel do zwężeń lancetowy (3 sztuki)	TAK	
8.	Skalpel do zwężeń, zakończony lancetowato (2 sztuki)	TAK	
XIX. POJEMNIK DO STERYLIZACJI AUTOKLAWOWALNEJ			
1.	Wymiary wewnętrzne: - długość 400 – 450 mm, - szerokość 200 – 220 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika (5 sztuk)	TAK	
2.	Wymiary wewnętrzne: - długość 500 – 550 mm, - szerokość 200 – 220 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika (1 sztuka)	TAK	
3.	Wymiary wewnętrzne: - długość 700 – 750 mm, - szerokość 100 – 120 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika (4 sztuki)	TAK	
XX. AKCESORIA WYMIENNE I ZUŻYWALNE			
1.	Uszczelki wewnętrzne do oferowanych ureterorenoskopów opakowanie min 10 szt. (20 op.)	TAK	
2.	Uszczelki zewnętrzne do oferowanych ureterorenoskopów opakowanie min 10 szt. (20 op.)	TAK	
3.	Uszczelki zewnętrzne do oferowanych ureterorenoskopów opakowanie min 10 szt. (10 op.)	TAK	
4.	Kraniki wymienne do ureterorenoskopu - opakowanie min. 5 szt. (2 opakowania)	TAK	
5.	Kraniki wymienne do ureterorenoskopu - opakowanie min. 5 szt. (2 opakowania)	TAK	
6.	Kraniki wymienne do resektora - opakowanie min 5 szt. (2 opakowania)	TAK	
7.	Wymienne uchwyty na kciuk do resektorów (10 sztuk)	TAK	
8.	Przetwornik autoklawowalny ultradźwiękowy do zestawu -waga przetwornika max 300 g., przetwornik z kanałem odsysającym płyny i resztki kamieni do posiadanego generatora przez Oddział urologii - WOLF model 2290 (3 sztuki)	TAK	
9.	Sonotroda do posiadanego generatora - WOLF model 2290 -współpracująca z oferowanym przetwornikiem - średnica 3,5 mm. krótka (4 sztuki)	TAK	
10.	Sonotroda do posiadanego generatora - WOLF model 2290 - współpracująca z oferowanym przetwornikiem - średnica 4 mm. krótka (4 sztuki)	TAK	
11.	Sonotroda do posiadanego generatora - WOLF model 2290 - współpracująca z oferowanym przetwornikiem - średnica 1,5 mm. krótka (2 sztuki)	TAK	
12.	Komplet akcesoriów do generatora i pompy, w komplecie minimum: - butelka na płyn odessany,	TAK	

	- zamknięcie z przyłączami, - czujnik przepływu z kablem - komplet drenów autoklawowalnych - filtry opakowanie min 50 szt. - klucz do dokręcania sonotrod (5 kompletów)		
13.	Sonda do lithoklastu, średnica 0,8 mm, długa do ureterorenoskopu (5 sztuk)	TAK	
14.	Sonda do lithoklastu, średnica 1,0 mm, długa do ureterorenoskopu (5 sztuk)	TAK	
15.	Sonda do lithoklastu, średnica 1,6 mm, długa do ureterorenoskopu. (5 sztuk)	TAK	

Gwarancja i serwis

L.p.	Gwarancja i serwis	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy	
2.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniami producenta (min. 1 przegląd rocznie)	TAK	
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji – maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia	TAK	
4.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji.	TAK	
5.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	TAK, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
6.	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.	TAK	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat.	TAK	
8.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu w zdefiniowanych powyżej czasookresach.	TAK	

Szkolenie

L.p.	Szkolenia	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego).	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych.	TAK	
3.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczona w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy (Pakiet nr 2)
(stanowi minimum wyposażenia Instrumentarium Endourologicznego – przykład)

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	$G=D \cdot F$	$H=G \cdot \text{VAT}$	$I=G+H$
Instrumentarium Endourologiczne:								
1.	Monitor	szt.	1					
2.	Kamera endoskopowa HDTV	szt.	1					
2a.	Głowica kamery 1 CCD	szt.	1					
3.		szt.						
4.		szt.						
5.		szt.						
6.								
7.								
8.								

**Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu
oraz szkoleń - Pakiet nr 3**

Diatermia – 1 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ urządzenia:

Nr katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: druga połowa 2013 lub 2014

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

L.p.	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	Diatermia elektrochirurgiczna mono i bipolarna wyposażona w funkcję zamykania naczyń o średnicy do 7 mm z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek,	TAK	
2.	Możliwość integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka argonowa, odsysacz dymu z pola operacyjnego) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej	TAK	
3.	Możliwość utworzenia min. 90 różnych konfiguracji nastaw (programów) i zapisania ich pod nazwą zabiegu lub nazwiskiem lekarza	TAK	
4.	Możliwość współpracy ze zintegrowanymi systemami sali operacyjnej wiodących firm, w tym: Storz / Olympus / Wolf / Maquet	TAK	
5.	Wielokolorowy wyświetlacz obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji między aparatem a użytkownikiem	TAK	
6.	Odporność urządzenia na impuls defibrylacji	TAK	
7.	Układ monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej z graficznym wskaźnikiem stopnia przylegania elektrody	TAK	
8.	Wykrywanie nieprawidłowej pracy, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyświetlaniem komunikatów zapisanych w języku polskim,	TAK	
9.	Liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: - monopolarne - 2 szt. - bipolarne - 2 szt. - elektrody neutralnej - 1 szt.	TAK	
10.	Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym oraz trzypinowym,	TAK	

11.	Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego	TAK	
12.	CIECIE MONOPOLARNE: - maksymalna moc znamionowa min.350 W, - minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego, w tym: papilektomia i polypektomia, cięcie endoskopowe, - aktywacja funkcji monopolarnej i bipolarnej: włącznik podwójny i /lub przycisk na uchwycie,	TAK	
13.	KOAGULACJA MONOPOLARNA: - minimalna moc znamionowa min. 250W, - minimum 8 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym natryskowa, - aktywacja funkcji monopolarnej i bipolarnej: włącznik podwójny i /lub przycisk na uchwycie, - możliwość równoległej pracy dwóch operatorów	TAK	
14.	CIECIE BIPOLARNE: - minimalna moc znamionowa ok. 120 W, - możliwość rozbudowy o opcję elektroresekcji bipolarnej (TUR) w histeroskopii z mocą min. 320W	TAK	
15.	KOAGULACJA BIPOLARNA: - minimalna moc znamionowa min. 100 W, - aktywacja funkcji bipolarnej przez pedał i dodatkowo dla pęset bipolarnych za pomocą funkcji auto-start, - możliwość regulacji czasu zwłoki początku koagulacji funkcji auto-start, - funkcja automatycznego zakończenia koagulacji, nie dopuszczająca do przesuszenia tkanek (auto-stop)	TAK	
16.	BIPOLARNE ZAMYKANIE NACZYŃ: - zamykanie dużych naczyń umożliwiające bipolarną koagulację struktur o średnicy do 7 mm z automatycznie sterowaną mikroprocesorowo regulacją mocy z funkcją automatycznego zakończenia aktywacji, - automatyczne rozpoznawanie narzędzi do zamykania naczyń z jednoczesnym automatycznym ustawieniem parametrów pracy.	TAK	
17.	Podwójny włącznik nożny wodoodporny (1 sztuka)	TAK	
18.	Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami i kablem na min. 100 sterylizacji (2 sztuki)	TAK	
19.	Zestawy 5 sztuk różnych elektrod monopolarnych (komplet), w tym: - igłowa, dł. igły 30 mm (Zamawiający dopuszcza dł. igły 20 mm), trzpień 4mm - 1 szt. - lancetowa prosta, długość ostrza 27 mm (Zamawiający dopuszcza dł. ostrza 28 mm), trzpień 4mm - 1 szt. - nożowa prosta - długość ostrza 30 mm, trzpień 4mm - 1 szt. - elektrody kulkowe o śr. kulki 2 mm i 4 mm po 1 szt.	TAK	
20.	Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych, dł. 4 m (Zamawiający dopuszcza dł. 4,5 m) (1 sztuka)	TAK	
21.	Elektrody neutralne jednorazowe dzielone (min. 50 sztuk)	TAK	

22.	Elektroda neutralna silikonowa wielorazowego użytku, duża ze zintegrowanym kablem (Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną silikonową wielorazowego użytku, dużą z kablem, który można odłączyć od elektrody) (1 sztuka)	TAK	
-----	---	-----	--

Gwarancja i serwis

L.p.	Gwarancja i serwis	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy	
2.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniami producenta (min. 1 przegląd rocznie)	TAK	
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji – maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia	TAK	
4.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji.	TAK	
5.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	TAK, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
6.	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.	TAK	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat.	TAK	
8.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu w zdefiniowanych powyżej czasookresach.	TAK	

Szkolenie

L.p.	Szkolenia	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego).	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych.	TAK	
3.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczona w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub

Formularz asortymentowo-cenowy (Pakiet nr 3)

(stanowi minimum wyposażenia Diatermii – 1 szt. – przykład)

L.p.	Asortyment	Ilość szt.	J.m.	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	$G=C \cdot F$	$H=G \cdot \text{VAT}$	$I=G+H$
1.	Diatermia	1	szt.					
Razem wartość netto								
Razem kwota podatku VAT								
Razem wartość brutto								

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

**Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu
oraz szkoleń - Pakiet nr 4**

Stół operacyjny mobilny – 1 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ urządzenia:

Nr katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: druga połowa 2013 lub 2014

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

L.p.	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	Stół operacyjny z napędem elektro-hydraulicznym (Zamawiający dopuszcza napęd alternatywny tzn. niezależny napęd sterowania hydrauliczno-mechaniczny poza podstawowym elektrohydraulicznym zasilanym z akumulatora realizowanym za pomocą pilota).	TAK	
2.	Minimalne wymiary stołu 2130 x 590 mm +/- 10 mm (Zamawiający dopuszcza 2100x560 mm)	TAK	
3.	Stół jezdny o wysokiej mobilności z systemem centralnego blokowania kół; cztery podwójne koła o śr. 125 mm, piąte koło kierunkowe aktywowane poprzez pedał nożny (Zamawiający dopuszcza: stół wyposażony w układ 4 kół o średnicy 125mm z centralną blokadą, w którym jedno z kół dodatkowo posiada funkcję blokady kierunku jazdy na wprost, zamiast piątego koła / stół operacyjny wyposażony w 4 podwójne koła z centralną i kierunkową blokadą aktywowaną przez pedał nożny, a więc bez piątego koła kierunkowego / stół operacyjny z podstawą jezdnią wyposażoną w 4 podwójne koła o średnicy 150 mm, stół posiadający możliwość przełączenia trybu do jazdy swobodnej z manewrowaniem i do jazdy na wprost zamiast piątego koła).	TAK	
4.	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej z podstawą z wysokoudarowego tworzywa sztucznego	TAK	
5.	Powierzchnia stołu łatwa do czyszczenia i dezynfekcji	TAK	
6.	Materace z pamięcią kształtu o grubości min. 50 mm (Zamawiający dopuszcza stół wyposażony w bezszwowe, antystatyczne, odejmowalne materace poliuretanowe przystosowane do dezynfekcji jeśli posiadają funkcję pamięci kształtu).	TAK	
7.	Zasilanie akumulatorowe podczas pracy z możliwością monitorowania stanu naładowania akumulatorów	TAK	

8.	Podwójne sterowanie (elektrohydrauliczne i mechaniczne) - możliwość sterowania pozycjami blatu przez pilota elektrycznego lub nożną pompę hydrauliczną	TAK	
9.	Pozycje sterowane z pilota: - regulacja wysokości, - wychylenie boczne, - pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, - funkcja „0” uzyskiwana za pomocą przyciśnięcia i przytrzymania jednego przycisku	TAK	
10.	Regulacja wysokości uzyskiwana mechanicznie i przy pomocy pilota w zakresie min. 720 – 1050 mm (Zamawiający dopuszcza zakres regulacji z materacem 760–1090 mm, bez materaca 700-1030 mm).	TAK	
11.	Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga uzyskiwana mechanicznie i przy pomocy pilota w zakresie min. +30° / -30°	TAK	
12.	Wchylenia boczne uzyskiwane mechanicznie i przy pomocy pilota w zakresie min. +20° / -20°	TAK	
13.	Blat stołu co najmniej 4 segmentowy	TAK	
14.	Dzielona płyta pod nogi z regulacją pionową i poziomą: - regulacja pionowa +20° / -90° (Zamawiający dopuszcza regulację pionową podnóżków w zakresie +30° / -90°), - regulacja pozioma – rozchylenie nóg na min. 55° każda ze stron	TAK	
15.	Regulacja nachylenia segmentu pleców w zakresie min. +70°/-50° (Zamawiający dopuszcza regulację w zakresie: +85°/-45°; +80°/-40°; +80° / -90°).	TAK	
16.	Regulacja podglówka w zakresie min. +25° /-45° z możliwością regulacji kąta nachylenia dwóch płaszczyznach (Zamawiający dopuszcza regulację segmentu podglówka w zakresie +30° / -45°).	TAK	
17.	Przesuw wzdłużny w zakresie min. 250 mm,	TAK	
18.	Bezpieczna praca stołu z możliwością zmiany ułożenia blatu min. 185 kg	TAK	
19.	Bezpieczna praca stołu w pozycji horyzontalnej z obciążeniem min. 250 kg	TAK	
20.	Maksymalna waga stołu 220 kg (Zamawiający dopuszcza wagę 279 kg z materacami).	TAK	
21.	Anestezjologiczna podpórka ręki, długa min 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu (1 sztuka)	TAK	
22.	Ramka parawanu anestezjologicznego (1 sztuka)	TAK	
23.	Podnóżki Goepela z klamrami mocującymi - para (1 para)	TAK	
24.	Płyta urologiczna przedłużająca sekcję siedziska (1 sztuka)	TAK	

25.	Miska z sitem i odpływem ze stali nierdzewnej z uchwytem (1 sztuka)	TAK	
26.	Uchwyt nadgarstka z klamrą mocującą do szyny medycznej (1 sztuka)	TAK	

Gwarancja i serwis

L.p.	Gwarancja i serwis	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy	
2.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniami producenta (min. 1 przegląd rocznie)	TAK	
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji – maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia	TAK	
4.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji.	TAK	
5.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	TAK, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
6.	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.	TAK	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat.	TAK	
8.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu w zdefiniowanych powyżej czasookresach.	TAK	

Szkolenie

L.p.	Szkolenia	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego).	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych.	TAK	
3.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczona w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy (Pakiet nr 4)

(stanowi minimum wyposażenia Stołu operacyjnego – 1 szt. – przykład)

L.p.	Asortyment (podać producenta)	Ilość szt.	J.m.	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	$G=C \cdot F$	$H=G \cdot \text{VAT}$	$I=G+H$
1.	Stół operacyjny	1	szt.					
Razem wartość netto								
Razem kwota podatku VAT								
Razem wartość brutto								

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

**Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu
oraz szkoleń - Pakiet nr 5 poz. nr 1**

STÓŁ - KOZETKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW – 1 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ urządzenia:

Nr katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: druga połowa 2013 lub 2014

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

L.p.	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	Regulacja wysokości leża w zakresie 500 – 920 mm (Zamawiający dopuszcza regulację w zakresie od 510-880 mm)	TAK	
2.	Regulacja wysokości wspomagana elektromechanicznie, sterowana przy pomocy sterownika nożnego	TAK	
3.	Centralny wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed przypadkową aktywacją zmiany wysokości	TAK	
4.	Zasilanie sieciowe, kabel zasilający o długości min. 2m	TAK	
5.	Leże o długości min. 1950 mm (+/-10 mm) składające się z 2 elementów: - sekcji pleców – dł. 1450 mm (+/-10 mm) (Zamawiający dopuszcza 1350 mm) - sekcji głowy – dł. 500 mm (+/-10 mm) (Zamawiający dopuszcza 580 mm)	TAK	
6.	Szerokość leża min. 650 mm (+/-10 mm)	TAK	
7.	Możliwość ręcznej regulacji kąta nachylenia sekcji głowy (wspomagana sprężyną gazową) w zakresie do min. -20 do + 40°	TAK	
8.	Pokrycie leża z pianki o grubości min. 70 mm powlekanej odporną tkaniną skóropodobną	TAK	
9.	Możliwość wyboru koloru pokrycia przez zamawiającego	TAK	
10.	Podstawa na 4 podwójnych kołach o śr. min. 100 mm, z centralnym hamulcem nożnym na każdej z osi oraz możliwością blokowania 1 koła kierunkowego	TAK	
11.	Dopuszczalne bezpieczne obciążenie stołu: min. 225 kg	TAK	
12.	Szyny medyczne do mocowania akcesoriów montowane po bokach stołu, dł min. 750 mm (2 sztuki)	TAK	

13.	Uchwyt na sterownik nożny, mocowany z boku stołu (1 sztuka)	TAK	
-----	--	-----	--

Gwarancja i serwis

L.p.	Gwarancja i serwis	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy	
2.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniami producenta (min. 1 przegląd rocznie)	TAK	
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji – maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia	TAK	
4.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji.	TAK	
5.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	TAK, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
6.	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.	TAK	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat.	TAK	
8.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu w zdefiniowanych powyżej czasookresach.	TAK	

Szkolenie

L.p.	Szkolenia	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego).	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych.	TAK	
3.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczona w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	TAK	

data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

**Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu
oraz szkoleń - Pakiet nr 5 poz. nr 2**

FOTEL UROLOGICZNY Z FOTELIKIEM - TABORETEM DLA LEKARZA

– 1 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ urządzenia:

Nr katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: druga połowa 2013 lub 2014

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

L.p.	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	Mobilny fotel urologiczny do badań i zabiegów	TAK	
2.	Siedzisko, sekcja pleców oraz sekcja głowy wyłożone wygodnym materacem w ergonomicznym kształcie	TAK	
3.	Szerokość siedziska: min. 580 mm (Zamawiający dopuszcza 550 mm)	TAK	
4.	Szerokość sekcji pleców: min. 560 mm (Zamawiający dopuszcza 550 mm)	TAK	
5.	Maksymalne bezpieczne obciążenie fotela min. 200 kg	TAK	
6.	Powierzchnia materacy łatwa w czyszczeniu, dostępna w szerokiej palecie kolorów	TAK	
7.	Regulacja wysokości fotela, ustawienia siedziska oraz sekcji pleców wspomagana elektrycznie	TAK	
8.	Możliwość szybkiej zmiany pozycji fotela przy pomocy pilota ręcznego i panelu nożnego	TAK	
9.	Łagodny start oraz ergonomiczne ruchy fotela podczas zmiany pozycji	TAK	
10.	Regulacja wysokości w zakresie min. 680-900 mm dzięki kolumnie	TAK	
11.	Elektryczna regulacja pochylenia sekcji pleców w zakresie min. 0 - 50 st.	TAK	
12.	Pozycja startowa fotela umożliwia pacjentowi łatwe zajęcie miejsca bez potrzeby stosowania podnóżka	TAK	
13.	Możliwość ustawienia elektrycznej pozycji rendelenburga/ Antytrendelenburga +/-19st	TAK	
14.	Możliwość zapamiętania min. 8 różnych ustawień fotela z możliwością wywołania ich z pilota ręcznego i nożnego panelu sterującego	TAK	

15.	Ręczny pilot sterujący z wyświetlaczem graficznym prezentującym wszystkie funkcje fotela	TAK	
16.	Nożny panel sterujący obsługujący wszystkie funkcje fotela	TAK	
17.	Zasilanie fotela 230V, 50Hz, maks. 0,45kW, kabel zasilający o długości min. 3 m	TAK	
18.	Możliwość mocowania rolki z prześcieradłem jednorazowym pod pokrywą sekcji pleców	TAK	
19.	Możliwość demontażu siedziska w celu łatwiejszego czyszczenia	TAK	
20.	Szyny boczne zamontowane po obu stronach fotela w sekcji plecowej oraz siedziska (Zamawiający dopuszcza fotel urologiczny z szynami bocznymi tylko w sekcji plecowej).	TAK	
21.	Podnóżki typu „Göpel” (1 para)	TAK	
22.	Podpórka pod rękę o dł. min 400 mm regulowana w 3 płaszczyznach (1 sztuka)	TAK	
23.	Podglówek (1 sztuka)	TAK	
24.	Wysuwana miska ze stali nierdzewnej z odpływem, zatyczką i wężem (1 sztuka)	TAK	
25.	Płyta pod nogi umożliwiająca uzyskanie pozycji leżącej (1 sztuka)	TAK	
26.	Gniazda elektryczne (2 sztuki) z możliwością załączania przynajmniej jednego gniazda z pilota (Zamawiający dopuszcza fotel urologiczny bez gniazd elektrycznych)	TAK	
27.	Fotel/taboret lekarza z regulowaną wysokością (1 szt.)	TAK	

Gwarancja i serwis

L.p.	Gwarancja i serwis	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy	
2.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniami producenta (min. 1 przegląd rocznie)	TAK	
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji – maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia	TAK	
4.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji.	TAK	
5.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	TAK, po 3 naprawach (wymianach) tego samego	

		podzespołu (bloku)	
6.	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.	TAK	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat.	TAK	
8.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu w zdefiniowanych powyżej czasookresach.	TAK	

Szkolenie

L.p.	Szkolenia	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego).	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych.	TAK	
3.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczona w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy (Pakiet nr 5)

(stanowi minimum wyposażenia Stołu - kozetki do badań i zabiegów – 1 szt. oraz Fotela urologicznego z fotelikiem - taborettem dla lekarza – 1 szt. – przykład)

L.p.	Asortyment (podać producenta)	Ilość szt.	J.m.	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	$G=C*F$	$H=G*VAT$	$I=G+H$
1.	Stół - kozetka do badań i zabiegów	1	szt.					
2.	Fotel urologiczny z fotelikiem - taborettem dla lekarza	1	szt.					
Razem								
wartość netto								

Razem kwota podatku VAT		
Razem wartość brutto		

.....

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

**Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu
oraz szkoleń - Pakiet nr 6**

LAMPA ZABIEGOWA - 1 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ urządzenia:

Nr katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: druga połowa 2013 lub 2014

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

L.p.	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	Lampa dwuramienna sufitowa	TAK	
2.	Bezcieniowy reflektor z min. 3 źródłami światła LED (Zamawiający dopuszcza lampę w technologii białych diod LED).	TAK	
3.	Zasięg ramion min. 170 cm (Zamawiający dopuszcza zasięg 165 / 166 cm)	TAK	
4.	Uchwyty sterylizowane do ustawienia czaszy lampy (min. 3 sztuki)	TAK	
5.	Natężenie światła (w odległości 1m) min. 60 kLux	TAK	
6.	Regulacja natężenia światła na czaszy lampy	TAK	
7.	Współczynnik oddawania barw (CRI) min. 95	TAK	
8.	Temperatura barwowa min. 4500K	TAK	
9.	Średnica pola bezcieniowego min. 15cm (Zamawiający dopuszcza średnicę pola bezcieniowego min. 14 cm / Zamawiający dopuszcza pole operacyjne regulowane w zakresie 15÷30 cm).	TAK	
10.	Przedział roboczy (L1+L2) min. 70-140cm	TAK	
11.	Zasilanie 230V, 50Hz	TAK	
12.	Żywotność źródła światła min. 40 000h	TAK	
13.	Pobór mocy max. 15W (Zamawiający dopuszcza max. 40W)	TAK	
14.	Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami.	TAK	

Gwarancja i serwis

L.p.	Gwarancja i serwis	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy	
2.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniami producenta (min. 1 przegląd rocznie)	TAK	
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji – maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia	TAK	
4.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji.	TAK	
5.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	TAK, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
6.	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.	TAK	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat.	TAK	
8.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu w zdefiniowanych powyżej czasookresach.	TAK	

Szkolenie

L.p.	Szkolenia	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego).	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych.	TAK	
3.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczona w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy (Pakiet nr 6)

(stanowi minimum wyposażenia Lampy zabiegowej – 1 szt. – przykład)

L.p.	Asortyment (podać producenta)	Ilość szt.	J.m.	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	$G=C*F$	$H=G*VAT$	$I=G+H$
1.	Lampa zabiegowa	1	szt.					
Razem wartość netto								
Razem kwota podatku VAT								
Razem wartość brutto								

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

.....
Wykonawca

.....
miejscowość i data

***OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu,
ul. Królewiecka 146***

I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa:

.....

2. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko, tel.):

.....

3. Adres, województwo:

.....

4. Telefon/ faks:

5. Nazwa banku i nr konta bankowego

.....

6. REGON NIP

7. KRS / Nr ewidencyjny:

II. Przedmiot oferty

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w dniu r. na:
dostawę sprzętu medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Oddziału Urologicznego.

Pakiet nr 1 - laser do kruszenia kamieni w drogach moczowych;

Pakiet nr 2 - instrumentarium endourologiczne;

Pakiet nr 3 - diatermia;

Pakiet nr 4 - stół operacyjny;

Pakiet nr 5 - stół – kozetka do badań i zabiegów oraz fotel urologiczny z fotelikiem – taboret dla
lekarza;

Pakiet nr 6 - lampa zabiegowa

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:

.....
/podać numery pakietów/

Pakiet nr 1

1. netto:zł

słownie:

a) stawka podatku VAT:%

b) kwota podatku VAT:zł

2. brutto:zł

słownie:

Pakiet nr 2

1. netto:zł

słownie:

a) stawka podatku VAT:%

b) kwota podatku VAT:zł

2. brutto:zł

słownie:

Pakiet nr 3

1. netto:zł

słownie:

a) stawka podatku VAT:%

b) kwota podatku VAT:zł

2. brutto:zł

słownie:

Pakiet nr 4

1. netto:zł

słownie:

a) stawka podatku VAT:%

b) kwota podatku VAT:zł

2. brutto:zł

słownie:

Pakiet nr 5

1. netto:zł

słownie:

a) stawka podatku VAT:%

b) kwota podatku VAT:zł

2. brutto:zł

słownie:

Pakiet nr 6

1. netto:zł

słownie:

a) stawka podatku VAT:%

b) kwota podatku VAT:zł

2. brutto:zł

słownie:

2. Warunki płatności /przelew/:

- a) wysokość odsetek za ewentualne nieterminowe płatności - nie wyższe niż ustawowe w skali roku.
- b) zapłata za towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie:..... **dni kalendarzowych** (nie krótszym niż 30 dni) od daty dostarczenia towaru i faktury do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Termin realizacji dostawy: **do 8 tygodni** od dnia podpisania umowy.

W przypadku, gdy dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty.

6. Wadium w wysokościzł dla pakietów nr

 zostało wniesione w formie
7. Wykonanie zamówienia **powierzmy/nie powierzmy** * podwykonawcom w części zamówienia dot.

UWAGA! * - niepotrzebne skreślić.
8. Oferta została złożona łącznie na kolejnych stronach
 (uwaga w numeracji proszę uwzględnić wszystkie załączone dokumenty)

.....
 data i podpis Wykonawcy lub
 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Oświadczam

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Oświadczam

.....

.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

że brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Art. 24 ust. 1

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 1a) wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

.....

.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Oddziału Urologicznego – 19/2014”

Zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp informuję, że firma, którą reprezentuję:

.....

(nazwa firmy)

- nie należy do grupy kapitałowej*,
- należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp*

***niepotrzebne skreślić**

.....

data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Uwaga!

Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

UMOWA SPRZEDAŻY Nr 19/2014

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg

REGON: 170745930

konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg
nr: 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

NIP: 578-25-17-492

KRS: 0000003202

reprezentowanym przez:

1. mgr Elżbietę Gelert – Dyrektor
2. mgr Grażynę Sokołowską - Główny księgowy

zwanym dalej **Zamawiającym**

a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego

.....

.....

.....

REGON:

NIP:

KRS:

konto nr

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwaną dalej **Wykonawcą**

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa i oddanie do bieżącej eksploatacji fabrycznie nowego sprzętu dla potrzeb Oddziału Urologicznego: lasera do kruszenia kamieni w drogach moczowych – 1 szt. (Pakiet nr 1) (model)/ instrumentarium endourologicznego (Pakiet nr 2) (model)/ diatermii – 1 szt. (Pakiet nr 3) (model)/ stołu operacyjnego – 1 szt. (Pakiet nr 4) (model)/ stołu – kozetki do badań i zabiegów – 1 szt. oraz fotela urologicznego z fotelikiem – taboretem dla lekarza – 1 szt. (Pakiet nr 5) (model)/ lampy zabiegowej – 1 szt. (Pakiet nr 6) (model), których/ którego rok produkcji datuje się na, produkcji firmy, których/ którego wymagane funkcje i parametry techniczne, gwarancja, serwis i szkolenia przedstawiono w Załącznikach Nr 1A, 2A, 3A, 4A, 5A i 5B, 6A do SIWZ, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany przedmiot umowy jest kompletny i po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679).

§ 2

1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy własnym lub wynajętym przez niego transportem do siedziby Zamawiającego.
2. Dostawa, montaż łącznie z przekazaniem do eksploatacji wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: (**do 8 tygodni**) od dnia podpisania umowy.
3. Termin przekazania przedmiotu umowy do bieżącej eksploatacji ustala się na dzień jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego oraz podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
4. Wykonawca do dostawy przedmiotu umowy zobowiązany jest dołączyć plastyczny skoroszyt wpinany z wpiętymi następującymi dokumentami:
 - protokół odbioru z uzupełnionymi danymi oferowanego wyrobu oraz ewentualnym protokołem braków i rozbieżności wypełniony przez Wykonawcę,
 - kopia podpisanej umowy zakupu z wymaganymi załącznikami,
 - kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie przez oferowane wyroby wymogów ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych,
 - instrukcję obsługi w języku polskim.
5. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag, dostarczy do siedziby Zamawiającego fakturę VAT (zgodnie z ofertą przetargową z dnia r.), która będzie zawierała następujące dane: asortyment, numer katalogowy, nazwę producenta, rok produkcji, numer umowy.
6. Przy dostawie przedmiot zamówienia musi zawierać dane identyfikacyjne: np. numer katalogowy producenta, nazwę producenta, typ, model itp. i tym samym być zgodny z produktem i producentem zaoferowanym w ofercie przetargowej z dnia r.
7. Osobą upoważnioną do odbioru sprzętu i podpisania protokołu odbioru końcowego jest Pan Tadeusz Dłuszczański – Pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego WSzZ.

§ 3

1. Wartość umowy wynosi:zł
Słownie:
2. Cena zawiera podatek VAT w kwocie:zł

§ 4

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr: w terminie: **dni kalendarzowych** (nie mniej niż 30 dni kalendarzowych) licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przekazania do bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag oraz dostarczeniem faktury do siedziby Zamawiającego.
Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Za ewentualne nieterminowe płatności Wykonawca może żądać zapłaty odsetek nie wyższych niż ustawowe w skali roku.
3. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:
 - strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
 - ilekroć następuje zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.
5. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.
6. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

§ 5

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia, które zapewni Wykonawca nastąpią według Załączników nr 1A/ 2A/ 3A/ 4A/ 5A i 5B/ 6A do SIWZ – odpowiednio do zakresu złożonej oferty, stanowiących załączniki do niniejszej umowy, zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie przetargowej z dnia r.

§ 6

Kary umowne:

1. Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy, a w przypadku nie wykonania skutecznej naprawy w zdefiniowanym terminie lub nie zapewnienia urządzenia zastępczego zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia w zapewnieniu dyspozycyjności urządzenia (zakończenia naprawy, lub dostarczenia urządzenia zastępczego) w wysokości i na zasadach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych

§ 7

70

1. Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji.
2. Wykonawca oświadcza, że nie przyjmie poręczenia od jakiegokolwiek podmiotu dotyczącego wierzytelności wynikającej z umowy, ani też nie dokona przekazu wierzytelności.
3. Każda faktura musi zawierać wzmiankę o zakazie cesji.
4. Brak wzmianki powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego.

§ 8

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie.

§ 9

W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostarczonym sprzęcie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, sporządzi protokół stwierdzający nieprawidłowości lub braki, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić sprzęt na pełnowartościowy lub uzupełnić braki.

§ 10

Strony zgodnie ustalają, że negocjacom i kompromisowi dają wymóg pierwszeństwa przed drogą sądową.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY