

**Do wszystkich uczestników postępowania**

na dostawę w 2 Pakietach płytek i śrub tytanowych adaptacyjnych oraz rekonstrukcyjnych do operacji z zakresu traumatologii, onkologii i ortognatyki w obrębie żuchwy, środkowego i górnego piętra twarzoczaszki oraz oczodołów oraz distraktorów kostnych do kości podniebienia, szczęk i żuchwy dla potrzeb Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Oddziału Otolaryngologicznego WSZ. w Elblągu w okresie 24 miesięcy,, **zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2020 r., numer ogłoszenia 519189-N-2020.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w terminie składania zapytań, do dnia 09.03.2020 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

**Dotyczy Pakiet 1:**

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 płytkę adaptacyjną grubość 0,6 mm, 16 otworów, prosta?

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający dopuszcza, przy odpowiednim przeliczeniu ilości płytek tj. wymóg 150 szt.

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 płytę rekonstrukcyjną z gwintowanymi otworami wygięta strona prawa, grubość 2,0 mm 26 otworów?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 płytę rekonstrukcyjną z gwintowanymi otworami wygięta strona lewa, grubość 2,0 mm 26 otworów?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 śrubę korową samogwintującą, kompatybilną z płytkami adaptacyjnymi, długość 6 mm. Do śrubokręta "pogłębiony krzyżak"?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 śrubę korową samogwintującą, kompatybilną z płytkami adaptacyjnymi, długość 9 mm. Do śrubokręta "pogłębiony krzyżak"?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 śrubę korową samogwintującą, kompatybilną z płytkami adaptacyjnymi, długość 13 mm. Do śrubokręta "pogłębiony krzyżak"?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 śrubę korową samogwintującą Ø 2,0 mm długość 9 mm, z gwintowaną główką, do płyt rekonstrukcyjnych. Do śrubokręta "pogłębiony krzyżak"?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10 śrubę korową samogwintującą Ø 2,0 mm długość 11 mm, z gwintowaną główką, do płyt rekonstrukcyjnych. Do śrubokręta "pogłębiony krzyżak"?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 śrubę korową samogwintującą Ø 2,0 mm długość 13 mm, z gwintowaną główką, do płyt rekonstrukcyjnych. Do śrubokręta "pogłębiony krzyżak"?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 12 śrubę stalową do stabilizacji tymczasowej zgryzu Ø2,0 mm, długość 12 mm, ze stali nie rdzewnej. Do śrubokręta "pogłębiony krzyżak"?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 13 dystraktor podniebienny instalowany wewnątrzustnie, stabilizowany śrubami samowiercącymi, blokowany śrubą z kluczem aktywacyjnym. Długość 18 mm?

**Zamawiający odpowiada:**

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga przynajmniej 3 różnych długości dystraktora w określonym przedziale 14,0-20,0 mm.

## **Dotyczy Pakiet2:**

12. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 płytkę adaptacyjną prostą, grubość 0,6 mm, 24 otwory, o niskim stopniu twardości?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 śrubę korową samogwintującą długość 4 mm. Do śrubokręta "pogłębiony krzyżak"?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 śrubę korową samogwintującą długość 6 mm. Do śrubokręta "pogłębiony krzyżak"?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 śrubę korową samogwintującą długość 8mm. Do śrubokręta" pogłębiony krzyżak"?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**16. Pytanie nr 1 do pakietu nr 2 punkt nr 1.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 2, punkt nr 1 płyt o grubości 1,0 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**17. Pytanie nr 2 do pakietu nr 2 punkt nr 2.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 2 punkt nr 2 płyt 16 otworowych, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniu tj. wymóg 50 szt.

**18. Pytanie nr 3 do pakietu nr 2 punkt nr 3.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 2 punkt nr 3 płyt do dna oczodołu, pod śruby 1,5 mm, o profilu 0,3 mm wymiary 28x18mm i 46x30mm oraz o profilu 0,35 mm o wymiarach 30x26 mm i 36x31 mm.

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający dopuszcza płyty do dna oczodołu, pod śruby 1,5 mm, o profilu 0,3 mm wymiary 46x30mm w ilości 25 szt. oraz o profilu 0,35 mm o wymiarach 30x26 mm w ilości 5 szt.

19. Czy nie nastąpiła pomyłka w **nazwie pakietu nr 2, tj. dystraktory kostne do kości podniebienia**, szczęk i żuchwy, dla potrzeb Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Oddziału Otolaryngologicznego WSZ w Elblągu w okresie 24 miesięcy? Dystraktory ujęte są w pakiecie nr 1, natomiast w 2 są zawarte płytki i śruby.

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający poprawia pomyłkę i zmienia błędny zapis.

20. Czy w pakiecie nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki adaptacyjnej prostej o grubości 0,6-1,0mm?

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

21. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści możliwość oferowania śrub z poz. 4-6 w magazynkach po 5 sztuk? W wypadku pozytywnej odpowiedzi jednostką miary będzie 1 opakowanie (1 op.= 5 szt.) natomiast ilości z kolumny F zostaną przeliczone proporcjonalnie na opakowania.

**Zamawiający odpowiada:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**22. Zapytania do w/w postępowania, dot. umowy sprzedaży: Załącznik nr 8**

1. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w:

**a) §6 ust. 1 i §7 ust. 5 z 1% na 0,5%;**

**b) §6 ust. 2 z 20% na 10%?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Zamawiający odpowiada:**

Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

2. **Czy Zamawiający dookreśli w §13, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?**

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Zamawiający odpowiada:**

Nie, Zamawiający nie będzie doprecyzowywał.