

Elbląg, 18.03.2020 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-21/2020

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony **na dostawę kardiomonitorów mobilnych – 3 szt.** dla potrzeb Oddziału Kardiologii i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 16.03.2020 r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji, tj. dostawa i przekazanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia w terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy? W związku ze światową epidemią koronawirusa „COVID-19” znacznemu wydłużeniu ulega czas produkcji kardiomonitorów przez producenta, oraz czas dostawy sprzętu. W związku z powyższym 6 tygodniowy termin realizacji może okazać się niemożliwy do zrealizowania?

Ad.1. TAK. Zamawiający zgadza się na zmianę terminu realizacji zamówienia na 10 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Wprowadzono zmiany w Ofercie (Zał. Nr 2 do zaproszenia) i wzorze Umowy (Zał. Nr 3 do zaproszenia).

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie, które przeszło pozytywnie test na oblewanie urządzenia przez 30 sekund zgodny z normą EN60601-1 i EN60601-2-49 co jest wystarczające dla urządzeń pracujących w środowisku szpitalnym?

Ad.2. NIE. Zamawiający podtrzymuje obecny zapis.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy bez Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych ale z analizą odcinków ST bez Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc ale z analizą ale z możliwością analizy punktu ST z możliwością zmiany punktów oraz granicami alarmowymi oraz z analiza HRV?

Ad.3. NIE. Zamawiający podtrzymuje obecny zapis.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością obsługi za pomocą przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego?

Ad.4. NIE. Zamawiający podtrzymuje obecny zapis.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z zasilaniem bateryjnym na 2 godziny?

Ad.5. NIE. Zamawiający podtrzymuje obecny zapis.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarstwa gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak:

- rzut minutowy metodami: termodylucji, ICG,
- BIS;
- NMT;
- EEG;
- CO ?

Ad.6. NIE. Zamawiający podtrzymuje obecny zapis.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez kompatybilności z posiadaną przez Zamawiającego centralą monitorującą Hypervisor VI. Połączenie z centralą bezprzewodowo?

Ad. 7. NIE. Zamawiający podtrzymuje obecny zapis.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez wymogu od wykonawcy podłączenia i konfiguracji dwóch (z trzech) Kardiomonitorów, do eksploatowanej przez zamawiającego Centrali intensywnego nadzoru Hypervisor VI ?

Ad. 8 NIE. Zamawiający podtrzymuje obecny zapis.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert