

Elbląg, 19.03.2020 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-20/2020

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę i instalację systemu do organizacji kolejki w laboratorium medycznym** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 17.03.2020 r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga terminala kolumnowego z wyświetlaczem dotykowymi i drukarką numerów. Z uwagi na sytuację związaną z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce wnosimy o zmianę wymagań. W opinii wykonawcy ekran dotykowy powinien być antyseptyczny z powłoką antybakteryjną aby nie narażać pacjentów na zakażenia krzyżowe. Dodatkowo z uwagi na podeszły wiek pacjentów monitor powinien być w rozmiarze co najmniej 19" oraz drukarka numerów powinna drukować bilety o szerokości 80mm tak aby automat biletowy zapewniał łatwość w obsłudze osobom niedowidzącym na podstawie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o wymagania na terminal kolumnowy: konstrukcja wolnostojąca, monitor o przekątnej min. 19" z warstwą antyseptyczną/antybakteryjną, drukarka termiczna umożliwiająca wydruki biletów 80mm.

Ad.1. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga 2 szt. wyświetlaczy. Zamawiający określa wymóg czytelności z odległości 15 m. Taki parametr jest subiektywny i niemożliwy do prawidłowej weryfikacji. Dodatkowo wymaga się komunikatów głosowych a nie ma wymagań co do głośników. Wnioskujemy o zmianę wymagań w tym punkcie na: 2x wyświetlacz o rozmiarze min. 21,5", dowolna technologia LED/LCD z wbudowanymi głośnikami min. 2x2W, z wbudowanym komputerem do prezentowania wzywanego numeru z kolejki, ekran zabezpieczony szybą hartowaną umożliwiającą dezynfekcję.

Ad.2. Zamawiający wprowadza dodatkowe parametry do opisu przedmiotu zamówienia: Wysokość znaku na wyświetlaczu nie mniej niż 10 cm. Co najmniej 1 głośnik o mocy nie niższej niż 2W (wbudowany, w którykolwiek wyświetlacz lub jako dodatkowe urządzenie).

Pytanie 3

Zamawiający wymaga kodów kreskowych na bilecie celem późniejszej identyfikacji w autonomicznym punkcie odbioru wyników. Tak sformułowane wymaganie jest nieprecyzyjne. Nie ma opisanego powiązania systemu kolejkowego z punktem odbioru

wyników. W jaki sposób wygenerowane kody kreskowe i powiązane z nim informacje trafią do innego systemu? W tym momencie kod kreskowy będzie powiązany z numerem wyłącznie w systemie kolejkowym. Prosimy o wykreślenie tego zapisu lub uszczegółowienie tego wymagania.

Ad.3. Wykonanie integracji systemu kolejkowego z systemem HIS nie jest elementem niniejszego postępowania. Zamawiający wymaga tylko nadruku kodu na bilecie zgodnie z opisem.

Pytanie 4


Zamawiający pisze, że udostępni serwer wirtualny na potrzeby wdrożenia. Czy wirtualny serwer będzie na Linux?

Ad.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnego systemu operacyjnego dla serwera. Wykonawca musi uwzględnić koszt zakupu licencji systemu operacyjnego (i dla każdego innego składnika oprogramowania) jeżeli taka jest wymagana. Zamawiający przygotowuje i udostępni posiadane zasoby (środowisko wirtualne), na którym Wykonawca wykona instalację systemu.

Pytanie 5

Z uwagi na problem z dostępnością urządzeń i organizacją pracy w warunkach ogłoszenia stanu epidemicznego wnioskujemy o wydłużenie realizacji. Wnioskujemy aby termin realizacji wynosił 45 dni od daty podpisania umowy.

Ad.5. Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do 45 dni.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert