

Znak sprawy 12/2020

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 31.03.2020 r. pod numerem 520509-N-2020 na dostawę środków dezynfekujących i myjących dedykowanych do użytkowanych myjni/dezynfektorów Olympus ETD-3 dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 24 miesięcy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ze w dniu 06 kwiecień 2020 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Dotyczy załącznika Nr 1A do SIWZ: Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia płynów do myjni ETD 3, których użycie nie będzie ingerowało w nastawienia myjni. Ingerencja w nastawienia myjni, niesie ze sobą duże ryzyko niewłaściwego umycia i dezynfekcji endoskopów?

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Dotyczy zapisów SIWZ: Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty / uzupełnień / wyjaśnień / oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)? W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej.

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy 1.3 Kryterium nr III – Termin rozpatrzenia reklamacji oraz formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ), punkt V: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin rozpatrzenia reklamacji był liczony w dniach roboczych?

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy wzoru umowy (załącznika nr 6 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w podpunkcie b) był liczony w dniach roboczych?

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody.