

Elbląg. 02.06.2020r.

Oznaczenie sprawy 22/2020

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w 5 pakietach narzędzi do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych, narzędzi do zabiegów klasycznych i laparoskopowych, elektrod jednorazowego użytku wraz z użyczeniem 3 klem wielorazowych, staplerów i zestawu do przedniej, dolnej niskiej resekcji jelita w okresie 24 miesięcy z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zamieszczonego w BZP Ogłoszenie nr 544371-N-2020 z dnia 2020-05-27

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniu 01.06.2020r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dotyczy zadanie 5 pozycja 1 : Czy zamawiający pozwoli na złożenie oferty na :
Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową.
2. Dotyczy zadanie 5 pozycja 2 : Czy zamawiający pozwoli na złożenie oferty na:
Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową.

Zamawiający odpowiada:


Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę w Pakiecie nr 5 poz. 1 na zaoferowanie: Jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowanego ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową.

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę w Pakiecie nr 5 poz. 2 na zaoferowanie: Jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowanego ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gielert

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych


mgr Tomasz Gielert

02/06/2020