

Strona internetowa

Elbląg dnia 02.07.2020 r.

Znak sprawy 26/2020

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 EURO zamieszczonego w BZP pod nr 536454-N-2020 w dniu 2020-06-22 r. na dostawę i montaż wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego do zakupu w ramach Projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu wraz z doposażeniem”

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 26-29.06.2020 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1. Dotyczy pakietu 1, poz.5 - WÓZEK NA LEKI

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 o konstrukcji wykonanej z profili 25x25 mm z zachowaniem pozostałych wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź nr 1. Tak. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 5 pkt. 2. ppkt. 2.2.).

Pytanie nr 2. Dotyczy pakietu 1, poz.11 – REGAŁ NA PAKIETY STERYLNE

Czy Zamawiający dopuści regał stojący wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. z 5 stałymi półkami z blachy ażurowej ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź nr 2. Tak. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 11 pkt. 2. ppkt. 2.1.).

Pytanie 3. Dotyczy pakietu 1, poz.12 - REGAŁ (ze stali nierdzewnej)

Czy Zamawiający dopuści regał stojący wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. z 5 stałymi półkami z blachy ażurowej ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź nr 3. Tak. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 12 pkt. 2. ppkt. 2.1.).

Pytanie nr 4. Dotyczy pakietu 1, poz.13 13. REGAŁ AŻUROWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Czy Zamawiający dopuści regał stojący wykonany w całości ze stali kwasoodpornej z 5 stałymi półkami z blachy ażurowej ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź nr 4. Tak. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 13 pkt. 2. ppkt. 2.1.).

Pytanie nr 5. Pozycja 7. Stolik anestezjologiczny przejezdny

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 910mm oraz głębokości 715mm?

Odpowiedź nr 5. Tak. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 7 pkt. 2. ppkt. 2.3.).

Pytanie nr 6. Pozycja 8. Szafka przyłóżkowa

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z dwoma szufladami wysuwanymi w obu kierunkach?

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę o budowie/korpusie wykonanym z blachy stalowej, ocynkowanej, lakierowanej proszkowo z możliwością wyboru koloru blatu głównego i bocznego?

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę składającą się z dwóch, obustronnie wysuwanych szuflad, półką pomiędzy szufladami, koszem na kaptcie pod korpusiem szafki, blat główny i boczny z HPL o wymiarach: szerokość 510mm, głębokość 485mm, wysokość 930mm?

Odpowiedź nr 6.

Ad. 1. Tak. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 8 pkt. 2. ppkt. 2.1. i 2.3.).

Ad. 2. Tak. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 8 pkt. 2. ppkt. 2.1., 2.2. i 2.3.).

Ad. 3. Tak. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 8 pkt. 2. ppkt. 2.1. i 2.3.).

Część zamówienia nr 1 – WYPOSAŻENIE MEDYCZNO-TECHNICZNE

Pytanie nr 7. Stolik zabiegowy przejezdny duży - 1szt. Prosimy o określenie czy stolik zabiegowy przejezdny duży ma być wyposażony w szufladę na całą szerokości stolika? Czy Zamawiający dopuści stolik z szufladą w konfiguracji jak na zdjęciu poglądowym poniżej:



Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź nr 7. Z uwagi na duży wymiar stolika zamiast jednej szuflady na całej szerokości stolika Zamawiający wymaga 2 szuflad na całej szerokości stolika. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 2 pkt. 2. ppkt. 2.1.). Zamawiający nie dopuszcza stolika z szufladą w konfiguracji jak na w/w zdjęciu poglądowym.

Pytanie nr 8. Stolik zabiegowy przejezdny duży - 1szt Prosimy o dopuszczenie stolika wyposażonego w dwa blaty z pogłębieniem zamiast jednego (jeden główny oraz jeden w dolnej części stolika), szufladę oraz miskę na odpadki.

Odpowiedź nr 8. Zamawiający dopuszcza stół wyposażony w dwa blaty z pogłębieniem zamiast jednego (jeden główny oraz jeden w dolnej części stołu) oraz misę na odpadki. Zamawiający zamiast jednej szuflady na całej szerokości stołu wymaga 2 szuflad na całej szerokości stołu. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 2 pkt. 2. ppkt. 2.1.).

Pytanie nr 9. Wózek na leki – 1szt. Prosimy o dopuszczenie wózka na leki, którego stelaż wykonany jest z kształtownika o przekroju kwadratowym aluminiowo - stalowym lakierowanym proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającą dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 9. Zamawiający dopuszcza wózek na leki, którego stelaż wykonany jest z kształtownika o przekroju kwadratowym aluminiowo - stalowym lakierowanym proszkowo (przy czym kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) – Zamawiający wprowadza w tym zakresie zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 5 pkt. 2. ppkt. 2.2.).

Zamawiający dopuszcza wózek na stelażu z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającą dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów.

Pytanie nr 10. Stolik narzędziowy przejezdny – 4szt. Prosimy o dopuszczenie stołu narzędziowego z zakresem regulacji wysokości 960-1330 mm? Wskazany parametr nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie zakres ten jest powszechnie stosowany i dostępny na rynku oraz dostosowany do ergonomicznej pracy instrumentarzysty.

Odpowiedź nr 10. Tak. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 6 pkt. 2. ppkt. 2.3.).

Pytanie nr 11. Stolik narzędziowy przejezdny – 4szt. Prosimy o dopuszczenie stołu narzędziowego z nośnością blatu 15 kg przy ustawieniu blatu równoległe do podstawy i 10 kg w pozycji obróconej od podstawy. Stoły o wskazanych parametrach są powszechnie stosowane na blokach operacyjnych zapewniając wygodę i bezpieczeństwo użytkownika.

Odpowiedź nr 11. Zamawiający dopuszcza stolik narzędziowy z nośnością blatu 15 kg przy ustawieniu blatu równolegle do podstawy – Zamawiający wprowadza w tym zakresie zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 6 pkt. 2. ppkt. 2.4.).

Zamawiający dopuszcza stolik narzędziowy z nośnością blatu 10 kg w pozycji obróconej od podstawy.

Pytanie nr. 12. Stolik anestezjologiczny przejezdny – 3szt. Prosimy o dopuszczenie stolika anestezjologicznego o wysokości całkowitej (bez wyposażenia dodatkowego) równej 1000mm. Powyższe rozwiązanie jest optymalne przy zastosowaniu podanej przez Zamawiającego ilości szuflad zachowując ich praktyczną powierzchnię użytkową. Ponadto wysokość ta jest zdecydowanie bardziej ergonomiczna podczas pracy na stojąco.

Odpowiedź nr 12. Nie. Zamawiający nie dopuszcza stolika anestezjologicznego o wskazanych parametrach.

Pytanie nr 13. Stolik anestezjologiczny przejezdny – 3szt. Prosimy o dopuszczenie stolika anestezjologicznego wyposażonego w jednoczęściowe wkłady wykonane z odpornego tworzywa sztucznego ABS, zamiast jednoczęściowych szuflad. Wskazany w SIWZ zapis „pojemniki szuflad jednoczęściowe w formie odlewu” dedykowany jest tylko dla technologii wykonania szuflad z tworzywa sztucznego - wózków ze stali nierdzewnej technologia ta nie ma zastosowania i jest niewykonalna. Prosimy zatem o dopuszczenie wyżej wskazanego rozwiązania.

Odpowiedź nr 13. Nie. Zamawiający nie dopuszcza stolika anestezjologicznego o wskazanych parametrach.

Pytanie nr 14. Stolik anestezjologiczny przejezdny – 3szt. Prosimy o określenie jakiego rodzaju kuwet Zamawiający wymaga, opisując jako wyposażenie dodatkowe stolika anestezjologicznego „dwie małe kuwety” oraz „dwie podwójne kuwety”. Prosimy o wskazanie przykładowego rozwiązania oraz określenie umiejscowienia kuwet.

Odpowiedź nr 14. Zamawiający wymaga kuwet wykonanych ze stali kwasoodpornej lub z trwałego tworzywa sztucznego – Zamawiający wprowadza w tym zakresie zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 7 pkt. 2. ppkt. 2.6.).

Kuwety – pojemniki, które służą do segregacji strzykawek, umiejscowione w nadstawce wózka. Zamawiający nie dysponuje przykładowym rozwiązaniem.

Pytanie nr 15. Półka na kardiotalokograf – 3szt. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju osprzętu wymaga Zamawiający do półki pod kardiotalokograf.

Odpowiedź nr 15. Zamawiający usuwa zapis “(z pełnym osprzętem)” – wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (część I. poz. 10 pkt. 2. ppkt. 2.1.).

Pytanie nr 16. Gwarancja, serwis Prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia przeglądów w zakresie Części nr 1, jeśli oferowane wyposażenie nie jest aparaturą medyczną i zgodnie z oświadczeniem producenta nie wymaga przeglądów.

Odpowiedź nr 16. Zamawiający podtrzymuje wymóg przeprowadzenia przeglądów w zakresie Części nr 1 (jeśli dotyczy). Przeglądy wymagane są wyłącznie dla wyposażenia, którego dotyczą, tj. jeśli producent nie wymaga przeprowadzania przeglądów dla zachowania gwarancji i/lub przeglądy dla danego wyposażenia nie wynikają z obowiązujących przepisów wówczas w części II pkt. 2. i w części III pkt. 1-4 załącznika nr 1 do SIWZ w kolumnie Potwierdzenie/Opis należy wpisać “nie dotyczy”. Ta sama zasada obowiązuje również dla pozostałych 6 pakietów/części zamówienia.

Pytanie nr 17. Szkolenia Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów Załącznik nr 1 do SIWZ dla Część zamówienia nr 1 – WYPOSAŻENIE MEDYCZNO – TECHNICZNE, dotyczących szkolenia pracowników, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta wyposażenie opisane w w/w części nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, a wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?

Odpowiedź nr 17. Zamawiający podtrzymuje dla Części zamówienia nr 1 – WYPOSAŻENIE MEDYCZNO – TECHNICZNE zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ dotyczące szkolenia pracowników.

Zgodnie z treścią pkt. 1. części IV załącznika nr 1 do SIWZ szkolenie zostanie przeprowadzone w zależności od potrzeb, na życzenie Zamawiającego (w zakresie wskazanym na etapie realizacji dostaw wyposażenia), tj. jeżeli Zamawiający uzna, że nie ma potrzeby przeprowadzania szkolenia dla danego wyposażenia a za dokument wystarczający uzna instrukcję obsługi, wówczas odstąpi od szkolenia personelu szpitala. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta przez Zamawiającego na etapie realizacji dostaw.

Pytanie nr 18. - dot. Załącznik nr 15 do SIWZ – Projekt Umowy sprzedaży Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że dla asortymentu określonego w części 1 zamówienia, termin montażu/ instalacji/ rozmieszczenia, określony § 4, może być tożsamy z terminem odbioru określonym w § 5, a Zamawiający dopuszcza by informacja, o której mowa w § 4 ust. 6 i zgłoszenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, zostały przekazane jednym pismem. Pozwoli to na sprawne sfinalizowanie dostawy i ograniczy jednocześnie konieczność przebywania osób realizujących dostawę do koniecznego w okresie pandemii minimum.

Odpowiedź nr 18. Zamawiający wprowadził zmianę w § 5 ust. 1 Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 15 do SIWZ.