

Elbląg, 20.07.2020 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-46/2020

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż i dostawę zestawu cewnika naczyniowego do permanentnej dializoterapii** na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 17.07.2020 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1 (dot.: załącznik Nr 1 do zaproszenia, poz.1, kolumna B-nazwa)

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet zbiorczy dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm, 55/76 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Ad. 1 NIE. Cewnik nie spełnia warunków specyfikacji – wykonany z poliuretanu.

Pytanie 2 (dot.: załącznik Nr 1 do zaproszenia, poz.1, kolumna B-nazwa)

W kolumnie drugiej „Nazwa”, Zamawiający podał następujący opis cewników permanentnych: „Zestaw cewnik naczyniowy do permanentnej dializoterapii: 1) miękkie, warunek: nie wykonany z poliuretanu, 2) symetryczny kształt wylotu cewnika, 3) pierścień znacznikowy

na końcówce cewnika , 4) średnica 14,5 Fr , 5) rozmiary: 19/36 cm; 23/40 cm; 28/45 cm; 33/50 cm; 44/61 cm; 55/72 cm”

Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone.

Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania cewników permanentnych o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność : Zestaw z cewnikiem do długoterminowego dostępu naczyniowego do hemodializy W skład zestawu wchodzi:

1. Cewnik:

- przekrój 15,5 Fr, dwuświatłowy, „podwójne D”,
- długość od mufki: 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50 cm
- zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,
- końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,
- osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,
- posiada mufkę polioesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,
- wykonany z durathanu, materiału wytrzymałego, miękkiego, elastycznego, odpornego na środki dezynfekcyjne,
- końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu.

2. Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm.

3. Prowadnica „J”.

4. Skalpel nr 11.

5. Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr.

6. Prowadnik rozdzielny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika.

7. Bagnet do tunelizacji.

8. Opatrunek samoprzylepny.

9. Nasadki iniekcyjne 2 szt.

Ad. 2 Cewnik nie spełnia warunków specyfikacji – zbyt duża średnica – przy trudnej anatomii jest to istotne.

Pytanie 3 (dot. pakietu na cewniki permanentne)

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2, prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego.

Ad. 3 Z doświadczenia stacji dializ, z którą współpracujemy wynika, że symetryczne końcówki umożliwiają zmianę podłączeń do aparatu dializacyjnego, co jest istotne przy wykrzepianiu w którymś z kanałów cewnika. Umożliwia to dłuższą żywotność cewnika.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gałert