

Elbląg, 23.07.2020 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-44/2020

## Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż, dostawę i oddanie do bieżącej eksploatacji fabrycznie nowego wideogastroskopu HDTV 1080p – 1 szt.** na potrzeby Pracowni Endoskopii GE

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 22.07.2020 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

### Pytanie 1 (dot. formy złożenia oferty).

Czy w związku z możliwością złożenia oferty na adres mailowy, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pliku pdf podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamiast scanu podpisanej ofert?

**Ad. 1 TAK.** Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w pliku pdf podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

### Pytanie 2 (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - B. Gwarancja, serwis, pkt. 4 oraz załącznik Nr 2 do zaproszenia – OFERTA – pkt. VIII).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzeń wynosił do 12 dni roboczych?

**Ad. 2 NIE.** Zamawiający podtrzymuje zapis.

### Pytanie 3 (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - B. Gwarancja, serwis, pkt. 6).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:

„W przypadku, gdy po 3 naprawach (wymianach) **gwarancyjnych** tego samego podzespołu (bloku) w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe”?

*Nie każda naprawa w okresie gwarancji jest naprawą gwarancyjną. Może być ona np. wynikiem niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania.*

**Ad. 3 NIE.** Zamawiający podtrzymuje zapis.

### Pytanie 4 (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, pkt. 4).

Prosimy o dopuszczenie lepszego parametru tj. grubości sondy endoskopowej/wziernika: 9,0 mm.

**Ad. 4 NIE.** Zamawiający podtrzymuje zapis.

**Pytanie 5** (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  
A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, pkt. 7).

Prosimy o dopuszczenie lepszego parametru/ większych kątów wygięcia końcówki tj.: góra/G: 210°,  
dół/D 120°, lewo/L 120°, prawo 120°.

**Ad. 5 NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis.**

**Pytanie 6** (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  
A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, pkt. 10).

Prosimy o dopuszczenie długości sondy roboczej: 1050 mm (różnica 2 cm).

**Ad. 6 NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis.**

**Pytanie 7** (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  
A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, pkt. 11).

Prosimy o dopuszczenie aparatu w pełni szczelnego / zanurzalnego, wymagającego użycia przy myciu  
i dez. nakładki uszczelniającej wtyk elektroniki celem zabezpieczenia pinów przed ew. osadami ze  
środków chemicznych a nie celem uszczelnienia aparatu (aparat bez nakładki jest w pełni szczelny – nie  
ma ryzyka zalania endoskopu).

**Ad. 7 NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis.**

**Pytanie 8** (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  
A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, pkt. 13).


Prosimy o dopuszczenie kompatybilności z posiadanymi przez pracownię procesorami obrazu EPK-i7010  
i EPK-i5000 - rozwiązanie równoważne do opisanego.

**Ad. 8 NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis.**

23 VII 2020

DYREKTOR NACZELNY  
  
mgr Elżbieta Gelert

DYREKTOR  
Zarząd Finansowy

  
mgr Tomasz Seiwski

23/07/2020