

Elbląg, 07.08.2020 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-52/2020

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na sprzedaż i dostawę Zestawu uniwersalnego do mycia pola dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 07.08.2020 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1 (dot. wzoru umowy)

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 11 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Ad. 1 NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie 2 (dot. wzoru umowy)

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:

„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich

zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej."

Ad. 2 NIE. Z odpowiedzialności zwalnia art. 471 kc. Zamawiający podtrzymuje obecny zapis.

Pytanie 3 (dot. wzoru umowy)

W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 6 wzoru umowy proponowanego zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.

Ad. 3 NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie 4 (dot. Załącznik Nr 1)

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard, XL
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL
- 1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Ad. 4 NIE. Zamawiający nie dopuszcza zestawu.

Pytanie 5 (dot. Załącznik Nr 1)

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów?

Ad. 5 NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 (dot. Załącznik Nr 1)

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep, szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarową, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur, fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm?

Ad. 6 NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 (dot. Załącznik Nr 1)

Czy Zamawiający dopuści **fartuch wzmocniony** wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m² wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep, szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarową, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur, fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm?

Ad. 7 NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 (dot. Załącznik Nr 1)


Czy Zamawiający dopuści zestaw na następującym składzie:

serweta z przylepcem	1	Laminat dwuwarstwowy o gram. 56g/m ²	240x150
serweta z przylepcem	1	Laminat dwuwarstwowy o gram. 56g/m ²	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	Laminat dwuwarstwowy o gram. 56g/m ²	90x75
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
kieszonka na płyny z kształtką	1	PE - 1K	40X30
fartuch chir. Perfect wzmocniony długość 140 cm	2	-	XL

Ad. 8 NIE. Zamawiający nie dopuszcza zestawu.

Pytanie 9 (dot. Załącznik Nr 1)

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu równoważnego w składzie i parametrach poniżej:



- 1 x Serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm z wzmocnieniem 75x190cm (stanowiąca owinięcie zestawu)
- 1 x serweta samoprzylepna, nieprzemakalna, dwuwarstwowa o wym. 150x 240cm, z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej
- 1 x serweta samoprzylepna, nieprzemakalna, dwuwarstwowa o wym. 180x180cm, z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej
- 2 x serweta samoprzylepna, nieprzemakalna, dwuwarstwowa o wym. 75x90cm, z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej
- 1 x Serweta na stół Mayo 79x145cm z wzmocnieniem 65x85cm
- 1 x taśma samoprzylepna włókninowa 10x50cm
- 4 x ręcznik celulozowy 30,5 x 34cm
- 3 x fartuch pełnobarierowy wzmocniony, rozm. XL
- 1 x fartuch pełnobarierowy wzmocniony, rozm. L

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60 g/m² + dodatkowa tęta chłonna 80g/m² = 140g/m² w strefie krytycznej. Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m² z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapinanie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku umieszczonego na fartuchu, pozwalającego na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuchy posiadają dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu: włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej, dodatkowo min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 dla powierzchni krytycznych.

Ad. 9 TAK. Zamawiający dopuszcza zestaw.

Pytanie 10 (dot. Załącznik Nr 1)

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Załączniku nr 1, pozycja 1 Zestawu uniwersalnego standardowego z fartuchami** z ręcznikami 30 cm x 35 cm *zamiast* ręczników 30 cm x 40 cm. Pozostałe parametry spełnione.

Ad. 10 NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 (dot. Załącznik Nr 1)

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Załączniku nr 1, pozycja 1 Zestawu uniwersalnego standardowego z fartuchami** z serwetą na stół Mayo 80cm x 140cm *zamiast* serwety na stół Mayo 80cm x 145cm. Pozostałe parametry spełnione.

Ad. 11 NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12 (dot. Załącznik Nr 1)

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Załączniku nr 1, pozycja 1 Zestawu uniwersalnego standardowego z fartuchami** z taśmą samoprzylepną 10x50cm *zamiast taśmy samoprzylepnej 9x50cm*. Pozostałe parametry spełnione.

Ad. 12 NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13 (dot. Załącznik Nr 1)

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Załączniku nr 1, pozycja 1 Zestawu uniwersalnego standardowego z fartuchami** z kieszenią samoprzylepną, foliową 1-komorową o wymiarze 30x40cm *zamiast kieszeni samoprzylepnej, foliowej 1-komorowej 38x40cm*. Pozostałe parametry spełnione.

Ad. 13 NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14 (dot. Załącznik Nr 1)

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Załączniku nr 1, pozycja 1 Zestawu uniwersalnego standardowego z fartuchami** z serwetą samoprzylepną, 2-warstwową o wymiarze 180x200cm *zamiast serwety samoprzylepnej, 2-warstwowej 175x180cm*. Pozostałe parametry spełnione.

Ad. 14 NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15 (dot. Załącznik Nr 1)

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Załączniku nr 1, pozycja 1 Zestawu uniwersalnego standardowego** z fartuchem chirurgicznym wzmocnionym w rozmiarze XL (140 cm) lub XXL (160 cm) *zamiast określonej ściśle długości 150 cm*. Pozostałe parametry spełnione.

Ad. 15 NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 (dot. Załącznik Nr 1)

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Załączniku nr 1, pozycja 1 Zestawu uniwersalnego standardowego z fartuchami** wykonanego z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego **min. 59 g/m² o nieprzemakalności min. 200 cm H₂O** *zamiast gramatury 57,5 g/m²*. Fartuch z włókniny polipropylenowej **min. 45 g/m²** *zamiast gramatury 35g/m²* z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. **Fartuch w rozmiarze XL(140 cm) lub XXL (160 cm) zamiast długości 150 cm** posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu: włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu, dodatkowo dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta oraz kod kreskowy. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 dla powierzchni krytycznych.

Ad. 16 NIE. Zamawiający nie dopuszcza.