

Elbląg, 10.08.2020 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-53/2020

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na sprzedaż i dostawę Zestawu uniwersalnego do mycia pola dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 07.08.2020 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1 (dot. Zał. Nr 1)

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1) włóknina SMS - OWINIĘCIE ZESTAWU, (owinięcie z włókniny SMS)
- 2) FARTUCH CHIRURGICZNY sms NIEWZMOCNIONY xl-138CM - 1 SZT.
- 3) MISKA 250 ML - 1 SZT.
- 4) TUPFER Z GAZY 17-NITKOWEJ 50x50cm- 3 SZT.
- 5) kleszcze plastikowe 23 cm – 1 szt
- 6) FARTUCH sms NIEWZMOCNIONY XXL - 157 CM- 2 SZT. ?

Ad. 1 TAK. Zamawiający dopuszcza zestaw.

Pytanie 2 (dot. Zał. Nr 1)

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o długości 7,5cm?

Ad. 2 TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 (dot. Zał. Nr 1).

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 50,47cm H₂O?

Ad. 3 TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 (dot. Zał. Nr 1).

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 200/179,3 kpa?

Ad. TAK. Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert