

Elbląg, 10.08.2020 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-52/2020

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na sprzedaż i dostawę Zestawu uniwersalnego do mycia pola dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 07.08.2020 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1 (dot. Zał. Nr 1)

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna
- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włóknin 10x50 cm
- 1 x uchwyt na przewody typu rzep 2x11 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny 30x40 cm
- 2x fartuch wzmocniony XL
- 1x fartuch wzmocniony L

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze 55g/m².

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

Ad. 1 NIE. Zamawiający nie dopuszcza zestawu.

Pytanie 2 (dot. Zał. Nr 1)

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie), wzmocniona
- 2 ręczniki 30 x 33 cm
- 1 fartuch chirurgiczny standard 125 cm
- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony 140 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 kieszeń samoprzylepna, foliowa 1-komorowa 43 x 38 cm
- 2 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 75x90cm
- 1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 175 x 170 cm
- 1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 240 x 150 cm
- 1 czyścik do koagulacji 5 x5 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 55 g/m². Fartuch z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m² z zakładanymi połami, zachowujący sterylność obszaru na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, jednoczęściową taśmą wielokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku umieszczonego na fartuchu, pozwalającego na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze 140 cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu: włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu, dodatkowo cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 dla powierzchni krytycznych.

Ad. 2 NIE. Zamawiający nie dopuszcza zestawu.

Pytanie 3 (dot. wzoru umowy)

Wnosimy o zmniejszenie kar umownych, które w aktualnym brzmieniu stanowią kary rażąco wygórowane, i zmianę zapisów umowy na następujące:

§ 6

Kary umowne:

1. Z tytułu nieterminowych dostaw przedmiotu zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej części danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Ad. 3 NIE. Zamawiający podtrzymuje obecny zapis.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert