

Elbląg, 10.09.2020 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-41/2020

### Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż i dostawę zestawu do przedniej, dolnej, niskiej resekcji jelita wraz z utworzeniem nieodpłatnego Magazynu Depozytowego w siedzibie WSZ w Elblągu przez okres 24 miesięcy.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 08.09.2020 r. i 09.09.2020 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

**Pytanie 1** (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia – Arkusz asortymentowo-cenowy).

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestaw do przedniej, dolnej, niskiej resekcji jelita: jeden jednorazowy stapler zamykająco-tnący, długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia kilkukrotne przeładowanie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wys. zszywki otwartej 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu.

ORAZ

jeden jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 21mm lub 26mm lub 29mm lub 32mm. Wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru: 21mm - 4,5 mm; 26mm i 29mm - 4,8 mm; 32mm - 5,0 mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco-tnący i jeden stapler okrężny. Czy Zamawiający każdorazowo określi rodzaje staplerów ?

**Ad. 1 NIE dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.**

**Pytanie 2** (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia – Arkusz asortymentowo-cenowy).

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 ładunek 2,0 mm do staplera zamykająco-tnącego z poz. 1? poz. 1./Magazyn Depozytowy w ilości 4 kpl./ po 1 kpl. z każdego rozmiaru: 21,26,29,32.

poz. 2./Magazyn Depozytowy w ilości 2 szt./ po 1 szt. dla rozmiaru: 2,0 mm

**Ad. 2 NIE dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.**

**Pytanie 3** (dot. Załącznik Nr 1 do zaproszenia – Arkusz asortymentowo-cenowy).

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w Arkuszu asortymentowo cenowym w ramach pozycji nr 2 są pakowane przez wytwórcę po 6 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Ad. 3 NIE. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.**

DYREKTOR NACZELNY  
  
mgr Elżbieta Gelert