

Elbląg. 24.09.2020r.

Oznaczenie sprawy 45/2020

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mobilnego Aparatu RTG z detektorem cyfrowym dedykowanym do śródoperacyjnej radiologii tkanek z funkcjonalnością tomosyntezy wraz z osprzętowieniem dla potrzeb Oddz. Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zamieszczonego w BZP Ogłoszenie nr 587107-N-2020 z dnia 2020-09-18

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniu 23.09.2020r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ. B.Gwarancja, serwis. Punkt 2.

Czy Zamawiający zgodzi się na przeprowadzenie przeglądów tak w miejscu użytkowania z zapewnieniem zdalnego dostępu za pomocą sieci teleinformatycznej do urządzenia jak i też w autoryzowanej przez producenta placówce serwisowej ? Ze względu na odmienną specyfikę urządzeń oferowanych przez Wykonawcę, różnią się one zaleceniom odnośnie wykonywania przeglądów okresowych.

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ. B.Gwarancja, serwis. Punkt 3

Czy w wypadku zgłoszenia serwisowego Zamawiający umożliwi kontakt serwisu Wykonawcy z użytkownikiem / osobą zgłaszającą także po godzinie 14:00 ? Placówki serwisowe Wykonawcy działają do godziny 17:00 w dni robocze.

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ. B.Gwarancja, serwis. Punkt 6

Czy w przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne, wymianę urządzenia na nowsze o zbliżonych lub lepszych parametrach technicznych i właściwościach użytkowych ?

Pytanie 4

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ. B.Gwarancja, serwis. Punkt 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawienia urządzenia zastępczego na czas przeprowadzania naprawy warsztatowej lub u producenta w wypadku mobilnego aparatu RTG.

Ze względów na gabaryty urządzenia a także jego specyfikę techniczną , logistyka urządzenia zastępczego wraz z jego instalacją i deinstalacją w miejscu użytkowania jest zbyt pracochłonnym i kosztownym przedsięwzięciem dla Wykonawcy, co miałyby w efekcie końcowym przełożenie na zawyżoną cenę oferowanego urządzenia.

Pytanie 5

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ. B.Gwarancja, serwis. Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści jako możliwe rozwiązanie zapewnienie zdalnego dostępu do urządzenia za pomocą sieci teleinformatycznej dla upoważnionego pracownika serwisu producenta mieszczącego się w kraju poza obszarem wspólnotowym Unii Europejskiej , w przez i w obecności wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji ?

Zdalny dostęp byłby realizowany z przestrzeganiem wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Pytanie 6

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ. E) Normy. Punkt 1.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku poprzez dostarczenie wystawionej przez producenta urządzenia Deklaracji Zgodności stosownie do Dyrektywy o urządzeniach medycznych 93/42/EEG ?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę.

Ad.2. Tak

Ad.3. Tak

Ad.4. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu podstawienia urządzenia zastępczego na czas przeprowadzania naprawy warsztatowej lub u producenta w wypadku mobilnego aparatu RTG.

Ad.5. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.6. Tak , Zamawiający uzna za spełnienie warunku poprzez dostarczenie wystawionej przez producenta urządzenia Deklaracji Zgodności stosownie do Dyrektywy o urządzeniach medycznych 93/42/EEG.

24 WRZ. 2020

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych
[Signature]
mgr. Andrzej Kozłowski