

Oznaczenie sprawy 29/2014

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków opatrunkowych oraz pakietów i zestawów zabiegowych, leku Aksytynib oraz szwów chirurgicznych w 23 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu ogłoszonego w Dz.Urzędowym Unii Europejskiej 2014/S 097-169071 z dnia 21.05.2014r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 26.05.2014r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

1. dot.Pakietu nr 22 poz. 6 : Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 6 do osobnego pakietu.
2. dot. Pakietu nr 22 poz. 9 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 13 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego.
3. dot. Pakietu nr 21 pozycje 2 i 3 Czy Zamawiający w pakiecie 21 przetargu nr 29/2014 przy określeniu rozmiaru: - w pozycji 2 miał na myśli rozmiar 4,8 x 4,8 x 0,5cm? Na rynku nie występuje gąbka hemostatyczna o wymiarach 4,8x 4,8 x 0,5cm.
- w pozycji 3 miał na myśli rozmiar 9,5x 4,8x 0,5cm? Na rynku nie występuje gąbka hemostatyczna o wymiarach 9,5x4,8 x 0,5cm.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody .

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.3. W Pakiecie nr 21 w poz. 2 wymagany rozmiar to 4,8 x 4,8 x 0,5cm; w pozycji 3 wymagany rozmiar to 9,5x 4,8x 0,5cm .