

Elbląg, 12.10.2020 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-67/2020

## Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji termicznej i niskotemperaturowej oraz mycia i dezynfekcji termicznej w myjniach - dezynfektorach w 15 pakietach dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji WSZ w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 09.10.2020 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

### **Pytanie 1** (dot. zapisów SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Ad. 1 NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 2** (dot. zapisów SIWZ)

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Ad. 2 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

### **Pytanie 3** (dot. pakietu nr 1)

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

**Ad. 3 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

### **Pytanie 4** (dot. pakietu nr 1)

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

**Ad. 4 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

### **Pytanie 5** (dot. pakietu nr 1)

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

**Ad. 5 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 6** (dot. pakietu nr 2)

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

**Ad. 6 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 7** (dot. pakietu nr 2)

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

**Ad. 7 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 8** (dot. pakietu nr 2)

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?

**Ad. 8 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 9** (dot. pakietu nr 3)

Czy Zamawiający dopuści do oceny testy biologiczne o odczynie po 10h?

**Ad. 9 NIE. Zamawiający nie dopuści do oceny testy biologiczne o odczynie po 10h.**

**Pytanie 10** (dot. pakietu nr 7)

Czy Zamawiający wymaga, aby test wykonany był z materiału typu Tyveku, który jest kompatybilny z plazmową metodą sterylizacji?

**Ad. 10 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 11** (dot. pakietu nr 7)

Czy Zamawiający wymaga, aby substancja wskaźnikowa umieszczona była na całej długości testu? Umożliwi to łatwiejszą i dokładniejszą interpretację wyniku.

**Ad. 11 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 12** (dot. pakietu nr 14)

Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach?

**Ad. 12 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 13** (dot. pakietu nr 14)

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

**Ad. 13 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 14** (dot. pakietu nr 15)

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

**Ad. 14 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 15** (dot. pakietu nr 15)

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

**Ad. 15 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 16** (dot. pakietu nr 15)

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

**Ad. 16 NIE. Zamawiający nie wymaga.**

DYREKTOR NACZELNY

*mgr Elżbieta Gelert*