

Znak sprawy 48/2020

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 EURO zamieszczonego w BZP pod nr 591061-N-2020 z dnia 2020-10-05 r na dostawę ureterorenoskopów giętkich (łącznie 4 szt.),jednorazowego osprzętu do ureterorenoskopii giętkiej, systemu do litotrypsji ultradźwiękowej i pneumatycznej do zabiegów endourologicznych (PCNL) w ilości 1 szt. oraz stołu neurochirurgicznego przeziernego w ilości 1 szt. dla potrzeb WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 06.10 -12.10.2020 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 pozycja 1 koszulki dostępu moczowodowego pokryte powłoką hydrofilną o rozmiarach : 12F/14F dł 35 cm i 45 cm oraz 10,7 F/12,7 F dł 35 cm i 45 cm?

Ad. 1. Tak.

2. Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 pozycja 3 system do irygacji w trakcie zabiegu RIRS w kształcie walca z przyłączem typu LUER, sterylny ?

Ad. 2. Tak.

3. dot. Załącznik nr 2 do SIWZ Pozycja nr 2.

Czy Zamawiający dopuści koszulkę dostępową z powłoką hydrofilową na całej długości z automatycznym obturatorem rozszerzającym o rozmiarze 11 lub 12 Charr w zależności od rozmiaru wewnętrznego płaszcza dostępowego z proksymalnym przyłączem typu Luer?

Przykład: Odpowiednio dla rozmiaru koszulki 11/13 - obturator o rozmiarze 11 Charr. Dla rozmiaru koszulki 12/14 Charr - obturator o rozmiarze 12 Charr.

Ad. 3. Tak.

4. dot. Załącznika nr 2 do SIWZ Pozycja nr 3.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli długość koszulki 46 cm oraz 36 cm ?

Ad. 4. Tak.

5. dot. Załącznika nr 2 do SIWZ Pozycja nr 3.

Czy Zamawiający dopuści koszulkę dostępową z powłoką hydrofilową na całej długości, sterylną o rozmiarze: -11/13 Fr – 46cm i 36 cm?

Ad. 5. Tak.

6. dot. Załącznika nr 2 do SIWZ Pozycja nr 4.

Czy Zamawiający dopuści koszulkę dostępową z powłoką hydrofilową na całej długości, sterylą o rozmiarze: -12/14 Fr – 46cm?

Ad. 6. Tak.

7. dot. Pakietu Nr 4 - Stół neurochirurgiczny przezierny poz. 3

Czy Zamawiający dopuści stół z ramą nośną blatu wykonaną z aluminium bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp aparatu RTG? Jest to rozwiązanie nadrzędne względem wymaganego, nieograniczające dostępu aparatu RTG, jednocześnie gwarantujące lżejszą konstrukcję blatu.

Ad. 7. Nie. Zgodnie z SIWZ.

8. dot. Pakietu Nr 4 - Stół neurochirurgiczny przezierny poz. 5

Czy Zamawiający wymaga, aby układ jezdny stołu wyposażony był w koło zmotoryzowane, ułatwiające manewrowanie stołem?

Ad. 8. Nie. Zgodnie z SIWZ.

9. dot. Pakietu Nr 4 - Stół neurochirurgiczny przezierny poz. 9

Czy Zamawiający dopuści stół o długości 2360 mm i szerokości 550 mm blatu, składający się z kilku segmentów, które można dowolnie modyfikować?

Ad. 9. Nie. Zgodnie z SIWZ.

10. dot. Pakietu Nr 4 - Stół neurochirurgiczny przezierny poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego układu sterującego blatu poprzez umieszczenie awaryjnego pilota w podstawie stołu. Jest to rozwiązanie nadrzędne, w pełni zabezpieczające przed przypadkowym uruchomieniem stołu, dodatkowo możliwość sterowania funkcjami stołu drugim pilotem eliminuje konieczność dostępu do panelu sterującego pod obłożeniem operacyjnym.

Ad. 10. Nie. Zgodnie z SIWZ.

11. dot. Pakietu Nr 4 - Stół neurochirurgiczny przezierny poz. 14

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją z pilota wysokości w zakresie: 650-1010 mm oraz pozostałymi funkcjami regulacji zgodnymi z wymaganiami? Podany zakres nieznacznie różni się od wymaganego.

Ad. 11. Nie. Zgodnie z SIWZ.

12. dot. Pakietu Nr 4 - Stół neurochirurgiczny przezierny poz. 17

Czy Zamawiający dopuści stół z sekcją podglówka łatwo demontowaną i regulowaną manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie $-58/+37^{\circ}$? Prosimy zauważyć, iż oferowany parametr jest wyższy niż wymagany.

Ad. 12. Nie. Zgodnie z SIWZ.

13. dot. Pakietu Nr 4 - Stół neurochirurgiczny przezierny poz. 21

Czy Zamawiający dopuści stół z materacami bezszwowymi antystatycznymi o właściwościach przeciwoślizgowych, demontowanych o grubości 75 mm? Prosimy zauważyć, iż oferowana grubość materacy jest wyższa niż wymagana i zapewnia większy komfort pacjenta podczas zabiegu.

Ad. 13. Nie. Zgodnie z SIWZ.

14. dot. Pakietu Nr 4 - Stół neurochirurgiczny przezierny poz. 24

Prosimy o dopuszczenie podpory pod rękę o wymiarach: dł. 620 mm, szer. 170 mm, reszta parametrów zgodna z wymaganiami.

Ad. 14. Nie. Zgodnie z SIWZ.

15. dot. Pakietu Nr 4 - Stół neurochirurgiczny przezierny poz. 25

Prosimy o dopuszczenie podpory pod rękę wymiarach: dł. 500 mm, szer. 60 mm, gr. 30 mm, reszta parametrów zgodna z wymaganiami.

Ad. 15. Nie. Zgodnie z SIWZ.

16. dot. Pakietu Nr 4 - Stół neurochirurgiczny przezierny poz. 26

Prosimy o dopuszczenie płyty karbonowej o długości 820 mm, mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów.

Ad. 16. Nie. Zgodnie z SIWZ.

17. dot. Pakietu Nr 4 - Stół neurochirurgiczny przezierny poz. 27

Czy Zamawiający dopuści podporę piankową pod głowę z wymienną podstawą

Ad. 17. Nie. Zgodnie z SIWZ.

18. dotyczy zapisów Tabeli_Pakiet Nr 1 „**Opis przedmiotu zamówienia Ureterorenoskopy giętkie z osprzętem**” pkt 16 Tabeli „Kompatybilny z oferowanym sprzętem kontener do mycia i sterylizacji endoskopów – 4 szt.”

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie **dedykowanego do dwukanałowych giętkich ureterorenoskopów jak i jednokanałowych giętkich , kosza do mycia dezynfekcji i sterylizacji** , zawierającego zintegrowany koszyczek na drobne elementy jak również amortyzowane leża dla ureterorenoskopu giętkiego.



Ad. 18. Zamawiający dopuszcza.

19. dotyczy zapisów Tabeli_Pakiet Nr 1 „**Opis przedmiotu zamówienia Ureterorenoskopy giętkie z osprzętem**” pkt 19 Tabeli „**Kleszczyki biopsyjne giętkie 3 Charr długość 920 mm-115mm – 4 szt. (w tym 2 szt. łódeczkowe i 2 szt. ząb myszy).**”

Czy nie wkradł się tu błąd tzw pisarki ? (Kleszczyki ~~biopsyjne~~ giętkie)

Czy Zamawiający oczekuje ; Kleszczyki giętkie 3 Charr długość 920 mm-115mm – 4 szt. (w tym 2 szt. łódeczkowe/biopsyjne i 2 szt. ząb myszy).”/

Ad. 19. Tak, ma być zapis : kleszczyki giętkie. Pozostała część opisu zgodna z wprowadzonymi zmianami.

20. Dot. pakietu 1 Pkt.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie cyfrowego ureterorenoskopu giętkiego posiadającego końcówkę dystalną w rozmiarze 8,5 Fr?

Ad. 20. Tak.

21. Dot. pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie optycznego ureterorenoskopu giętkiego posiadającego końcówkę dystalną w rozmiarze 7,5 Fr?

Ad. 21. Tak.

22. Dot. pakietu 1 Pkt.19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dedykowane kleszczyki o typach bransz: łyżeczkowe i aligator?

Ad. 22. Tak.

23. dot. pakietu Nr 3

- a) Czy Zamawiający dopuści w miejsce wstępnie opisanego w pkt 1. Generator ultradźwiękowo-pneumatyczny dwa osobne urządzenia: generator ultradźwiękowy oraz generator pneumatyczny?
- b) W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wprowadzenie oceny punktowej do powyższego parametru: 1 urządzenie: 0 pkt, 2 urządzenia 10 pkt.

Ad. 23a. Tak.

Ad. 23b. Nie.

24. dot. pakietu Nr 3

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie jakich sond oczekuje: z koronką czy bez koronki?

Ad. 24. 20% z koronką i 80% bez koronki

25. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający uzna za spełniony punkt nr 6 w pakiecie nr 3 – jeśli wykorzystane/doprowadzone do urządzenia litotryptor pneumatyczny - zostanie sprężone powietrze pochodzące z gniazda instalacji centralnej obecnej na bloku? Bez konieczności oferowania osobnego kompresora?

Ad. 25. Uzna.

26. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w pakiecie 3 -tj. Uchwyt do słoja, Oprogramowanie urologiczne do pompy oraz kompresor powietrzny- które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Ad. 26. Zamawiający przewidział taką możliwość, dlatego w pkt. 6.5 ppkt. 1 SIWZ zapis brzmi cyt: „ Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – jeżeli dotyczy danego asortymentu”
Aczkolwiek Zamawiający informuje, że urządzenia te powinny zawierać znak CE (dla urządzeń, które tego wymagają)

27. Dotyczy Pakiet 1 oraz 3

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy- jednocześnie wydłużając termin dostarczenia urządzenia zastępczego dla pakietu 1 oraz 3?

Ad. 27. Nie.

28. Czy Zamawiający przychylił się do wniosku o zmniejszenie kary umowne zapisanej we wzorze Umowy załącznik nr 9 w § 4 pkt.2 z 20% do 10% ?

Ad. 28. Nie.

29. Dodatkowo W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej i możliwej do realizacji oferty przetargowej, korzystając z uprawnień przysługujących nam jako wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej – p.z.p. oraz na mocy praw wynikających z dyspozycji Art. 15r.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej – u.o.s.r.), czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązkowi, niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści SIWZ (załącznik nr 9 - istotne postanowienia umowy/wzór) w/w postępowania:

- a) Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 9 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?
- b) Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 2 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?

- c) Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 4 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?
- d) Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 10 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Ad. 29. Nie.

30. dot. pakietu Nr 4; pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie: Podstawa stołu asymetryczna prostokątna profilowana w celu uzyskania lepszego dostępu do pacjenta oraz ramienia C

Ad. 30. Nie. Zgodnie z SIWZ.

31. dot. pakietu Nr 4; pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie: Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze odpornego i bardzo wytrzymałego laminatu.

Ad. 31. Nie. Zgodnie z SIWZ.

32. dot. pakietu Nr 4; pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie : Stół wyposażony w układ jezdny realizowany przez cztery podwójnych kół o średnicy 125 mm. Koła jezdne widoczne niezabudowane i łatwe do utrzymania w czystości.

Ad. 32. Nie. Zgodnie z SIWZ.

33. dot. pakietu Nr 4; pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie centralna blokada w postaci pedału blokującego bez wysuwanych stóp.

Ad. 33. Nie. Zgodnie z SIWZ.

34. dot. pakietu Nr 4; pkt. 14

Prosimy o dopuszczenie : Regulacja z pilota następujących ruchów: wysokości w zakresie 622– 1072 mm pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, +/- 25° poz anty-Trendelenburga , +/- 25° pochylenie poprzeczne „lewo-prawo” +/- 20 ° regulacja płyty siedziska / pleców w zakresie min. -40 ° / +70 °

regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex” powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie

Ad. 34. Nie. Zgodnie z SIWZ.

35. dot. pakietu Nr 4; pkt. 17

Prosimy o dopuszczenie : Sekcja podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie $\pm 47^{\circ}$ - 61°

Ad. 35. Nie. Zgodnie z SIWZ.

36. dot. pakietu Nr 4; pkt. 18

Prosimy o dopuszczenie : Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie min. - 90° ÷ $+0^{\circ}$ w płaszczyźnie pionowej i 180° w płaszczyźnie poziomej.

Ad. 36. Nie. Zgodnie z SIWZ.

37. dot. pakietu Nr 4; pkt. 21

Prosimy o dopuszczenie : Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwoślizgowych, demontowane o grubości 80 mm .

Ad. 37. Nie. Zgodnie z SIWZ.

38. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 videoureterorenokopu o poniższych parametrach technicznych:

Ad. poz. 2: rozmiar endoskopu 8,4Fr/rozmiar w końcu dystalnym 8,5Fr(sama końcówka ścięta),

Ad. poz. 3: nie określony przez producenta,

Ad. poz. 4: pole widzenia 90° stopnia,

Ad. poz. 5: zakres zagięcia góra/dół 275/275 stopni,

Ad. poz. 6 i 12: długość robocza 670mm,

Ad. poz. 7: jeden kanał roboczy 3,6Fr?

Ad. 38. Tak, Zamawiający dopuszcza.

39. dot. załącznika nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany w Pakiecie 1 videoureterorenoskop był kompatybilny z obrazowaniem w wąskim paśmie światła, co umożliwia przeprowadzenie diagnostyki z użyciem technologii, której skuteczność poparta jest badaniami klinicznymi wysokiej próby (metaanaliza) i pozwala na zwiększenie detekcji płaskonabłonkowych zmian nowotworowych takich jak np.: guzy urotelialne?

Ad. 39. Nie

40. dot. załącznika nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany w Pakiecie nr 1 videoureterorenoskop posiadał:

- a. Odcinek o zgięciu pasywnym w części dystalnej endoskopu (strefa średnio miękka przechodząca w miękką)- ułatwia dogięcie w trudno dostępnych częściach nerki
- b. Odcinek proksymalny usztywniony (strefa sztywna przechodząca w bardziej sztywną przy połączeniu z rękojeścią)
- c. Chip CCD w odcinku dystalnym endoskopu
- d. 4 programowalne przyciski funkcyjne na rękojeści endoskopu, umożliwiające sterowanie funkcjami procesora obrazu bezpośrednio z urządzenia (zdjęcia, balans bieli, zmiana metody obrazowania etc.)?

Ad. 40a. dopuszcza

Ad. 40b. dopuszcza

Ad. 40c. dopuszcza

Ad. 40d. nie wymaga

41. dot. załącznika nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 1 aby oferowany z videoureterorenoskopem procesor ze źródłem światła był kompatybilny z technologią obrazowania w wąskim paśmie światła?

Ad. 41. Nie wymaga.

42. dot. załącznika nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający w punkcie D-Szkolenia pakietu nr 1 oczekuje aby szkolenie instruktarzowe przeprowadzone zostało przez uprawnionego przedstawiciela Producenta oferowanego sprzętu, czy też oczekuje przeprowadzenia szkolenia bezpośrednio przy zabiegach RIRS, które zespół lekarzy i instrumentariuszek oddziału urologii Zamawiającego wykona pod nadzorem lekarza urologa z referencyjnego ośrodka medycznego.?

Ad. 42. dla personelu medycznego oczekuje szkolenia pod nadzorem lekarza urologa z referencyjnego ośrodka medycznego.

43. dot. załącznika nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści urządzenie o poniższych parametrach technicznych:

Ad. poz. 1: generator hybrydowy emitujący jednoczasowo-symultanicznie energię mechaniczną i ultradźwiękową co pozwala na zwiększenie efektywności prowadzonych procedur związanych z kruszeniem kamieni układu moczowego,

Ad. poz. 2 i 3 : przetwornik piezoelektryczny łączący w sobie energię mechaniczną i ultradźwiękową jednoczasowo,

Ad. poz. 4: nasek i klucz kompatybilny z oferowanym przetwornikiem i całym systemem do litotrypsji hybrydowej,

Ad. poz. 5-7: brak konieczności używania pompy, gdyż oferowane urządzenie posiada wbudowany kanał ssący (Płynna regulacja siły ssania za pomocą pierścienia zintegrowanego z przetwornikiem Przetwornik wyposażony w przyłącze drenu ssaka o średnicy wewnętrznej 6 mm (zewnętrznej 9 mm) i wystarczy je połączyć z dowolnym dostępnym ssakiem podłogowym lub przyłączem ściennym (oba rozwiązania dostępne na

każdej Sali zabiegowej). W przypadku konieczności zaoferowania ssaka podłogowego prosimy o określenie tegoż wymogu?

Ad. 43. Tak dopuści

44. dot. załącznika nr 3 do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w przypadku zaoferowania urządzenia jednosegmentowego w Pakiecie 3, mieszczącego się na np. wózku medycznym każdego systemu wizyjnego oczekuje zaoferowania dodatkowego wózka?

Ad. 44. Nie.

45. dot. załącznika nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3, poz. 9: 10 szt. wielorazowych sond do PCNL z kanałem ssącym o średnicy 340mm lub 376 mm i długości 396mm, kompatybilnych z hybrydową energią generowaną przez oferowany generator (ultradźwięki i mechaniczna)?

Ad. 45. Nie.

46. dot. załącznika nr 3 do SIWZ

Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi do pytania nr 45 Zamawiający odstąpi od konieczności oferowania w Pakiecie 3, poz. 10: drugi raz takich samych sond do PCNL? Czy też Zamawiający oczekuje zaoferowania sond kompatybilnych z mini PCNL o średnicy 183mm, dł. 418mm?

Ad. 46. Nie.

47. dot. załącznika nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane w pakiecie 3 urządzenie posiadało dwa tryby pracy; standard i high dla zwiększenia efektywności wykonywanej procedury?

Ad. 47. Dopuszcza ale nie wymaga.

48. dot. załącznika nr 1 i 3 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w Pakiecie nr 1, tabela B „Gwarancja, serwis” poz.4 oraz Pakiecie nr 3 tabela B „Gwarancja, serwis” poz.4 na następujący zapis: „Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zastępczych z poza granic RP do 12 dni roboczych”?

Ad. 48. Zamawiający nie wyraża zgody

49. Czy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty/uzupełnień/wyjaśnień/oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)? W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej?

Ad. 49. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.