

Elbląg, dnia 27.10.2020r.

Nr sprawy: 49/2020

Do wszystkich uczestników postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, montaż i instalację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w ramach Projektu pn.: „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2” opublikowanego w BZP Ogłoszenie nr 601166-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 26.10.2020r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

do części 5- urządzenie do dekontaminacji:

1. Czy zamawiający dopuści 2 butelki 2 litrowe zamiast 4 po 950ml?
2. Czy zamawiający wymaga dostarczenia butelek z czynnikiem biobójczym wraz z urządzeniem?
3. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę pkt 10 umowy na wymianę podzespołu a nie całego urządzenia?
4. Czy zamawiający dopuści 36 miesięczną gwarancję?

Dot. Załącznik Nr 3 do SIWZ Pakiet Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia Pompa infuzyjna wraz z wyposażeniem

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

5. Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne pompy infuzyjne renomowanego producenta o klasie ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF?

6. Punkt 24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne pompy infuzyjne renomowanego producenta o następujących rodzajach bolusa:

- ☐ Ręczny
- ☐ Programowany ?

7. Punkt 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne pompy infuzyjne renomowanego producenta bez możliwości wprowadzenia nazwy oddziału bezpośrednio w menu pompy jako możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału?

8. Punkt 52

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne pompy infuzyjne renomowanego producenta z możliwością komunikacji bezpośredniej z pompą za pomocą np. złącza IrDA lub USB?

Znak sprawy: 35/2020 Dostawa, montaż i instalacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w ramach Projektu pn.: „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2”.



9. Punkt 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne pompy infuzyjne renomowanego producenta z ustawianiem poziomu ciśnienia okluzji – 12 poziomów w zakresie 75-900 mmHg?

10. Punkt 46

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne pompy infuzyjne renomowanego producenta bez funkcji alarmu braku lub źle zamocowanej strzykawki? Konstrukcja pompy wyklucza zaistnienie takiej sytuacji.

11. Punkt 47

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne pompy infuzyjne renomowanego producenta bez funkcji alarmu otwartego uchwytu komory strzykawki lub ogólnego alarmu źle założonej strzykawki? Konstrukcja pompy wyklucza zaistnienie takiej sytuacji.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Tak, zamawiający dopuści 2 butelki 2 litrowe zamiast 4 po 950ml.

Ad.2. Tak, zamawiający wymaga dostarczenia butelek z czynnikiem biobójczym wraz z Urządzeniem.

Ad.3. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.4. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.5. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.6. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.7. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.8. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.9. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.10. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.11. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert