

Elbląg, 25 LIS. 2020

Oznaczenie sprawy: ZP-79/2020

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30 000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na dostawę, montaż i instalację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w ramach Projektu pn.: „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Nr projektu: RPWM.09.01.01-28-0028/20.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 23.11.2020 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1 - Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Ad. 1 TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 - Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Ad. 2 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 3 - Dotyczy Umowy

§10 ust 1. 1)2)4) Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych tj. zamiast 2% na 0,2%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego

Ad. 3 NIE. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 4 - Dotyczy Umowy

§10 ust 1. 3) Prosimy o dodanie ustępu o następującej treści „Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw, określonych umową ”Obecne zapisy chronią jedynie Zamawiającego, nie dają Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

Ad. 4 NIE. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 5 - Dotyczy Parametry Techniczne

pkt 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z możliwością pracy w zakresie temperatur 40-60 st. C z wbudowanym systemem bezpieczeństwa wskazującym na możliwość koagulacji białek wewnątrz roztworu gdy płyn osiągnie temperaturę powyżej 40 st. C?

Ad. 5 TAK. Wprowadzono korektę w specyfikacji.

Pytanie 6 - Dotyczy Parametry Techniczne

pkt 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z możliwością ustawienia czasu procesu w zakresie 0-30 minut, możliwością nastawy pracy ciągłej?

Ad. 6 NIE. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

DYREKTOR NACZELNY


mgr Elżbieta Gelert