

29 MAR. 2021

Elbląg, .....

Oznaczenie sprawy: ZP-19/2021

**Do wszystkich uczestników postępowania**

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę ubrań chirurgicznych jednorazowego użytku i kocy ogrzewających jednorazowego użytku** dla potrzeb Bloku Operacyjnego WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 25.03. i 26.03.2021 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

**Pytanie 1** – dot. Pakiet Nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompletów operacyjnych, których spodnie posiadają trok regulujący obwód w pasie, komplety wykonane z włókniny SMMS o gramaturze min. 45g/m<sup>2</sup>, materiał spełnia wymogi normy PN EN 13795.

**Ad. 1 TAK.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2** - dot. Pakiet Nr 2

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania kompletu tylko w kolorze niebieskim.

**Ad. 2 TAK.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3** - dot. Pakiet Nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego wykonanego z materiału SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Bluza wycięta w serek posiada krótki rękaw. Spodnie bez gumek na zakończeniu nogawek, w pasie troki. Ubranie spełnia normy 13795-2:2019 rozmiar S,M,L,XL,XXL?

**Ad. 3 TAK.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4** - dot. Pakiet Nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozmiarze 220 cm x 110 cm, posiadający warstwę zewnętrzną o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>, przy pozostałych parametrach bez zmian?


**Ad. 4 TAK.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5** - dot. Pakiet Nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający posiadający warstwę zewnętrzną o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>, przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Ad. 5 TAK.** Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR NACZELNY

  
mgr Elżbieta Gelert