

Elbląg, 20.04.201 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-21/2021

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę środka do dekontaminacji ambulansów** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 16.04.2021 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania środka kompatybilnego do urządzenia Nocospray (wymagana kompatybilność potwierdzona przez procenta urządzenia Nocospray) na bazie 6% nadtlenu wodoru? Każde urządzenie do dezynfekcji metodą powietrzną dedykowane do obszaru medycznego, na etapie produkcji jest walidowane z daną grupą preparatów, co do których ustala się dawkowanie aby zagwarantować odpowiednie działanie bójcze i bezpieczeństwo dla aparatury medycznej będącej wyposażeniem dezynfekowanych pomieszczeń. Dedykowane/kompatybilne do urządzenia środki Nocolyse posiadają potwierdzoną skuteczność, natomiast stosowanie innych środków nie gwarantuje skuteczności, co mija się z celem.

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie środka o stężeniu nadtlenu wodoru wynoszącym 6% pod warunkiem spełnienia kryterium możliwości jego zastosowania zarówno w urządzeniach HySpray hymetec i NOCOspray OXYPHARM.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby zaoferowane środki dezynfekcyjne posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne min. do 2024 r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor)?

Ad. 2 Zamawiający wymaga, aby zaoferowane środki dezynfekcyjne posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne minimum na dzień dostarczenia przedmiotu zamówienia

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne - system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie Nocospray + środek) posiadał potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) lub PN-EN-17272 (2020) – normami dotyczącymi skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację)?

Ad. 3 TAK. Zamawiający wymaga.