

28 WRZ. 2021
Elbląg,

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę akcesoriów endoskopowych w 12 pakietach** dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 24.09. i 27.09.2021 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1 dot. Pakiet Nr 11

Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką do usuwania polipów, jednorazową, rotacyjną, średnica 2,4 mm, długość 2300 mm, średnica pętli 25 mm?

Ad. 1 NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. Pakiet Nr 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z siatką o wymiarach 30 mm x 60 mm?

Ad. 2 TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dot. Pakiet Nr 7

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji produkt równoważny, czyli sterylne marker stosowany do iniekcji podśluzówkowej, w opakowaniu typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml?

Ad. 3 NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 dot. Pakiet Nr 11

Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką w osłonce o śr. 2,4 mm, rozmiar 25x42 mm lub 35x51,5 mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego?

Ad. 4 NIE, Zamawiający nie dopuszcza pętli rozmiar 25x42 mm.
TAK, Zamawiający dopuszcza pętlę rozmiar 35x51,5 mm.

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych
[Podpis]
Bartłomiej Szczęsny