



Elbląg, 14.01.2022 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-92/2021

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę 8 sztuk materacy grzewczych z pianką przeciwdoleżynową, jednostką sterującą i stojakiem mobilnym z koszem do systemu ogrzewania.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 13.01.2022 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowocześniejszego rozwiązania do opisanego: jednostki sterującej z możliwością podłączenia dwóch materacy grzewczych z możliwością pracy na jednym kanale grzewczym lub na dwóch kanałach grzewczych w zależności od potrzeb użytkownika.

Odp. 1 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga możliwość ustawienia temperatury na dwóch osobnych kanałach grzewczych?

Odp. 2 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga możliwość ustawienia temperatury na dwóch osobnych kanałach grzewczych?

Odp. 3 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie 32-39 st z krokiem regulacji co 0,5.

Odp. 4 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panelu sterującego do komunikacji z użytkownikiem wyposażony w:

–cyfrowy wyświetlacz: temperatury rzeczywistej oraz temperatury docelowej, stany alarmowe, testy urządzenia

–diody Led: alarmu, startu, aktywności urządzenia

–przyciski: włączenia i wyłączenia urządzenia, startu podgrzewania, ustawienia właściwej temperatury oraz testu urządzenia.

Odp. 5 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co miał na myśli odstąpienie od wymogu zabezpieczenia przed przypadkową zmianą parametrów temperatury poprzez wejście w nowe ustawienia, nie jest to znaczące

dla urządzenia, gdyż temperatura materaca nie nagrzewa się z dużą zmienną temperatury, jeśli jest co skok co 1,0 lub co 0,5 st.

Odp. 6 Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ.

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca z Kontrolą temperatury realizowana za pomocą 8 czujników wbudowanych w materac.

Odp. 7 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca grzewczego wielorazowego o większych wymiarach: 1500 x 500 mm oraz wielorazowy pokrowiec grzewczy kompatybilny z materacem. Możliwość podgrzewania ciała pacjenta od spodu i możliwość elastyczności zmian położenia i zawinięcia danego elementu ciała w materac.

Odp. 8 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 9

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie wymogu materaca z wbudowaną przeciwodleżynową pianką lepkością o właściwościach przeciwodleżynowych.

Odp. 9 Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ.

Pytanie 10

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie wymogu oznaczenie strony cieplej materaca w postaci piktogramu oraz oznaczenia kolorem na pokrowcu zewnętrznym.

Odp. 10 Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ.

Pytanie 11

Prosimy Zamawiającego o Element z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych polimerów węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na powierzchni poddanej naciskowi ciała pacjenta bez oznaczeń. Złącza przewodów materaca i jednostki kontrolnej wodoszczelne., Powłoka zewnętrzna elementu grzewczego niezawierająca lateksu.

Odp. 11 Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ.

Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości przewodu łączącego jednostkę kontrolną z elementem 4m.

Odp. 12 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu obudowy wtyków połączeniowych wykonanych z metalu, i dopuszczenie Metalowych złączy z kablem połączeniowym a obudowa plastikowa..

Odp. 13 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okresu użytkowania sprzętu bez określonego limitu użyć, bez określonego czasu.

Odp. 14 Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ.

Pytanie 15

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu urządzenia z określonym terminem przydatności.

Odp. 15 Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ.

Pytanie 16

Prosimy Zamawiającego o niższy pobór mocy 160 W.

Odp. 16 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych, zgodnych z SIWZ.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert Strona 2 z 2