

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU**  
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Elbląg, ..... 07 CZE. 2022 .....

Oznaczenie sprawy: SZP.274.49.Pu.2022

**Do wszystkich uczestników postępowania**

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż i dostawę obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku, kocy ogrzewających, masek chirurgicznych, podkładów na stół operacyjny w 11 pakietach dla potrzeb Bloku Operacyjnego WSZ w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców o następującej treści:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 100cm (+/-2cm) x 225cm (+/-4cm) oraz rdzenia rowkowo - kanalikowego w rozmiarze 50cm (+/-2cm) x 190cm (+/-5cm).

**Odp. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga aby chłonność podkładu była potwierdzona badaniem z niezależnego laboratorium.

**Odp. 2 Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wymaga zaoferowania podkładu o czasie absorpcji min. 1ml x 1 sekundę oraz potwierdzenia skuteczności wg normy WSP 070.7.R4.

**Odp. 3 Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 4 Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy, Gramatura serwety 65g/m2, Zgodność z normą PN-EN 13795

**Skład**

• 1 serweta główna 140 x 150 cm, z otworem 9 x 11 cm wypełnionym folią chirurgiczną. Po dwóch stronach otworu zintegrowane z serwetą prostokątne zbiorniki do przechwytywania płynów wyposażone w kształtki (szybowniki)

**Odp. 4 Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 Pakiet 5**

- Czy Zamawiający dopuści zestaw bez centymetra?
- Czy Zamawiający dopuści zestaw z 2 szt podkładu chłonnego 60x60cm? Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

**Odp. 5 a) Nie. Zamawiający nie dopuści.**

**b) Tak. Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 6** Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup> (Biflex) i 83g/m<sup>2</sup> (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (szybowniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

**Odp. 6 Tak. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 7** Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 przylepna kieszka dwukomorowa 2 x 15 x 40 cm
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/240 x 280 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, otworem przylepnym 30 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną i otoczonym padem chłonnym 50 x 55 cm oraz otworem przylepnym 12 x 15 cm otoczonym padem chłonnym z płachtą umożliwiającą zakrycie otworu. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.;

**Odp. 7 Tak. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 8** dotyczy sposobu składania oferty

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formacie .pdf opatrzonej certyfikowanym podpisem kwalifikowanym, skompresowanej do pliku .zip.

**Odp. 8 Tak. Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 9** dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta okulistyczna o wym. 150x150cm, wykonana włókniny hydrofobowej trzywarstwowej SMS, wyposażona w otwór o wymiarach 7x9cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z kieszka do przechwytywania płynów o wymiarach 20x30cm

**Odp. 9 Tak. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 10** dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ (serweta główna o wymiarach 230x330cm), dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

**Odp. 10 Tak, Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie 11 dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczeniowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>.

**Odp. 11 Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12 dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie 65x85cm)

1 serweta na stół instrumentacyjny 150x190cm (owinięcie zestawu)

1 taśma przylepna 9x50cm

2 ręczniki chłonne 30x34cm

4 serwety 3-warstwowe przylepne 50x50cm

1 serweta do kraniotomii 228x320cm (2-warstwowa, z dodatkowym padem chłonnym 30x35cm)

zintegrowana z serwetą pola krytycznego (2-warstwową) 75x90cm z otworem 26x35cm wypełnioną folią PE przylepną z otworem owalnym 20x14cm, serweta wyposażona w 2 sztywniki w bokach dłuższych oraz torbę na płyny (o grubości 80 mikronów) z filtrem i portem do odsysania. Serweta wyposażona w 8 zintegrowanych organizatorów przewodów. Serweta główna posiada 4 etykiety kierunkowe, wskazujące kierunki aplikacji/rozłożenia serwety.

**Odp. 12 Nie, ponieważ Pakiet nr 7 dotyczy obłożenia brzuszno-kroczeniowego.**

**Pytanie 13**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładu o czasie absorpcji min. 1ml soli fizjologicznej x 1 sekundę zgodnie z metodą badania WSP 070.7.R4?

**Odp. 13 Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 14**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładu o chłonności soli fizjologicznej na poziomie 2,85l zgodnie z metodą badania WSP 010.1.R3 i/lub ISO9073-6?

**Odp. 14 Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 15 Pakiet nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy podkład higieniczny z oddychającą powłoką od spodu, kolor biały, z pulpą celulozową i superabsorbentem, rozmiar rdzenia chłonnego 180x50 cm, całkowity rozmiar podkładu 100x220 cm; od spodu oddychająca włóknina 30g/m<sup>2</sup>, oddychająca folia PE 18g/m<sup>2</sup>, bibułka 13,5 g/m<sup>2</sup>, superabsorbent 34 g/m<sup>2</sup> + pulpa celulozowa, warstwa wierzchnia hydrofilowa włóknina oddychająca 20 g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura podkładu 272 g/szt.; chłonność 4,5 litra; bielony bez użycia chloru; tłoczenie mały diament; może być stosowany u pacjentów obłożnie chorych, z problemami nietrzymania moczu, aby zapobiec problemom ze skórą przez utrzymanie suchej powierzchni i naturalny poziom pH skóry; może być stosowany do niesterylnych procedur medycznych, takich jak opatrywanie ran lub pobieranie próbek do badania krwi, aby utrzymać wysoki poziom higieny i zapobiegać rozwojowi bakterii; z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg w obrębie stołu operacyjnego; opakowanie 20 szt.

**Odp. 15 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 16 Pakiet nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu, aby wyroby w pakiecie nr 1 spełniały wymagania normy EN 13795?

Norma ta dotyczy asortymentu stosowanego bezpośrednio na bloku operacyjnym i stanowiącym sterylne obłożenie pola operacyjnego w trakcie procedur zabiegowych operacyjnych. Norma nie dotyczy wyrobów sklasyfikowanych w klasie I niesterylnej.

**Odp. 16 Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 17 Pakiet nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający będący wyrobem medycznym o wymiarach 220 cm x 110 cm. Warstwa zewnętrzna - włóknina PP 30g/m<sup>2</sup>, warstwa wewnętrzna – wypełnienie Molton 60 g/m<sup>2</sup>. Wszystkie warstwy zgrzewane ultradźwiękowo. Brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ścięciem w technice ultradźwiękowej. Możliwość podgrzania w cieplarni.

**Odp. 17 Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18 Pakiet nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający o wymiarach 220 cm x 110 cm. Warstwa zewnętrzna - włóknina PP 30g/m<sup>2</sup>, warstwa wewnętrzna – wypełnienie poliester 60 g/m<sup>2</sup>. Wszystkie warstwy zgrzewane ultradźwiękowo. Brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ścięciem w technice ultradźwiękowej.

**Odp. 18 Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Wykonano (B. Zabrocka)