



Elbląg, ..... 27 LIP. 2022 .....

Oznaczenie sprawy: SZP.274.65.Pu.2022

**Do wszystkich uczestników postępowania**


dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż i dostawę inkubatora – czytnika do testów biologicznych szybkiego odczytu do kontroli procesów sterylizacji oraz biologicznych testów szybkiego odczytu do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji WSZ przez okres 36 miesięcy.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o następującej treści:

**Pytanie 1 dot. Załącznik Nr 1, poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie, ile studzienek minimalnie ma posiadać oferowany autoczytnik? Na rynku dostępne są autoczytniki posiadające od 3 miejsc inkubacyjnych.

**Odp. 1 Dla testów o czasie odczytu 5 godzin Zamawiający wymaga co najmniej 3 studzienek.**

DYREKTOR NACZELNIK  
  
mgr Elżbieta Gelert

Wykonano: B. Zabrocka