

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Sekcja Zamówień Publicznych

Elbląg, 22.08.2022

Oznaczenie sprawy: AS.4500.181.2022

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż i dostawę jednorazowych, sterylnych drenów do przygotowywania i podawania leku cytostatycznego w wersji bursztynowej dla potrzeb Oddziału Dziennego Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści dren krótki jednorazowy sterylny do przygotowania i podawania leku cytostatycznego w wersji bursztynowej z portem bocznym o następujących parametrach:

- linia boczna, z portem bezigłowym, do przygotowywania leków antyblastycznych
- bursztynowa, półprzezroczysta linia przedłużająca, dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów
- długość linii 34 cm +/- 5%
- zacisk typu „C” koloru czerwonego dla łatwej identyfikacji toru z toksycznym lekiem, umieszczony pod portem z łącznikiem bezigłowym
- koniec dystalny typu luer lock, wyposażony w zawór jednokierunkowy oraz odłączalny filtr hydrofobowy
- port z nieprzeźroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym:
- posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę
- pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną,
- wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu
- o minimalnym przepływie 350ml/min
- ilość aktywacji 400
- przeznaczony na 7 dni
- o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar
- o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml
- o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm
- bez zawartości lateksu i ftalanów
- kolec z odpowietrznikiem pozwalającym na jego zamknięcie
- sterylny,
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie typu folia - papier z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie produkcji lub dacie przydatności, metodzie sterylizacji

Odp. 1 NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR NACZELNY
mgr Elżbieta Gelert