

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Sekcja Zamówień Publicznych

Elbląg, 22 SIE. 2022

Oznaczenie sprawy: SZP.274.66.Pu.2022

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż i dostawę narzędzi chirurgicznych do operacji endoskopowych zatok przynosowych, tj. FESS dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego WSZ w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców o następującej treści:

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta):

Poz.1,3) Kleszcze o nazwie własnej Weil-Blakesley i dł. roboczej 120mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.2) Kleszcze zakrzywione 70°góra i dł. robocza 130mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.4) Nożyczki o dł. roboczej 135mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.5) Odgryzacz o nazwie własnej Stamberger, zagięty 65°i dł. roboczej 180mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.7) Kleszcze o dł. 115mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.8) Kaniula o dł. całkowitej 145mm, funkcjonalnie identyczna.

Poz.10) Kaniula o dł. całkowitej 150mm, bez nazwy własnej.

Odp. 1 NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 745/2022 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 i problemy związane z brakiem stali chirurgicznej na rynku wywołane trwającą wojną na Ukrainie, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 14 tygodni od momentu przesłania zamówienia.

Odp. 2 NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia a także obecną sytuację wynikającą ze skutków pandemii covid-19 i wojny oraz zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy 12 tygodni od złożenia zamówienia?

Odp. 3 TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści niewielkie różnice długości roboczej narzędzi,

8. Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-LOCK, długo zakrzywiona, śr. zew. 3 mm, dł. 14,5 cm

10. Kaniula zatokowa typu v. EICKEN, z LUER-LOCK, długo zakrzywiona, śr. zew. 4 mm, dł. 14,5 cm

Odp. 4 NIE, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w pkt 2.Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER RHINOFORCE II, bransze miseczkowe 3 mm, pionowe, zakrzywione 55 stopni, dł. 12 cm?

Odp. 5 NIE, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 6

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 9 Kaniula typu ANTRUM, prosta, odkształcalna, plastyczna, średn. zewn. 2,5 mm, dł. rob. 15 cm

Odp. 6 NIE, Zamawiający nie dokona zmian.

Pytanie 7 Warunki Realizacji, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji do 10 tygodni od daty złożenia zamówienia?

Odp. 7 TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści zakup kleszczy zakrzywionych 70 stopni, dł. 13 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. 8 NIE, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 9 Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści zakup nożyczek nosowych o długości 12 cm?

Odp. 9 NIE, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 10 Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy, pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści zakup odgryzacza do zatoki czołowej, śr. końcówki 3 mm, dł. robocza 14 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. 10 NIE, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 11 Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści zakup kleszczy zatokowych grzybkowych dł. 16 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. 11 NIE, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 12 Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści zakup kleszczy nosowych dł. rob. 12 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. 12 NIE, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 13 Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy, pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści zakup kaniuli zatokowej, dł. 13 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. 13 NIE, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 14 Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy, pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści zakup kaniuli lekko zakrzywionej, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. 14 NIE, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 15 Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści zakup kaniuli zatokowej, dł. 13 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. 15 NIE, Zamawiający nie dopuści.

DYREKTOR NACZELNY


mgr Elżbieta Gelert

Wykonano (B. Zabrocka)