

Oznaczenie sprawy 33/2014

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet w 5 pakietach dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-06-03, numer ogłoszenia 119559.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 09.06.2014r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych, jakie określił Zamawiający a mianowicie:
System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe. System całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą „outin”, składający się z :
 - a) dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych heliakalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły niepołączone z taśmą.
 - b) taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nieć zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.
2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z :
 - taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 30 mm, grubości 0,3 mm i gramaturze 36 g/m², na stałe połączonej z dwoma kotwiczącymi urządzeniami oraz z dwiema poliwęglanowymi rurkami służącymi do pozycjonowania implantu.
 - dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie heliakalnym, które łączy się z taśmą za pomocą zatrzasków?
3. Pakiet nr 3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 protezy do korekcji cystocele, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70 mm, z dwoma ramionami o długości ok. 17 cm (+/- 1 cm). Grubość siatki 0,34 mm, gramatura 28 g/m².
4. Do pakietu nr 1. Czy zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?
System do operacyjnego leczenia nie trzymanie moczu u kobiet (TOT system),
Parametry:
 1. system jednorazowy,
 2. monofilamentowa, 100% polipropylenowa, nie wchłaniałna taśma o szerokości > 1 cm,
 3. laserowo zgrzewane brzegi taśmy,

4. system 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,5 mm,
5. implantacja z dostępu przez otwory zapłonione.
5. Do pakietu nr 3. Czy zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?
System do operacyjnego leczenia nie trzymania moczu u kobiet (TOT system),
Parametry:
 1. system jednorazowy,
 2. monofilamentowa, 100% polipropylenowa, nie wchłaniałna taśma o szerokości > 1 cm ,
 3. laserowo zgrzewane brzegi taśmy,
 4. system 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,5 mm.
 5. implantacja z dostępu przez otwory zapłonione.
6. Do pakietu nr 4. Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?
System do operacyjnego leczenia nie trzymania moczu u kobiet (TOT system),
Parametry:
 1. system jednorazowy,
 2. monofilamentowa, 100% polipropylenowa, nie wchłaniana taśma o szerokości > 1 cm,
 3. laserowo zgrzewane brzegi taśmy,
 4. system 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,5 mm,
 5. Implantacja z dostępu przez otwory zapłonione.
7. Do pakietu nr 2. Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?
System do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy; naprawa rectocele i sklepienia pochwy. Jest to system jednorazowy o uniwersalnym kształcie siatki, fabrycznie przygotowany wykrój, brzegi taśm i siatki zgrzewane są laserowo. Siatka posiada 2 punkty mocowania: dwa przedłonowe ramiona stabilizujące oraz 6-o mm makrootwory, w ilości 15-u, w części centralnej siatki. Siatka jest polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniałna. System posiada również 2 jednorazowe igły, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem o średnicy 3,25 mm oraz 4 mm.
8. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2:
 - 20 szt. Jednorazowych zestawów do korekcji wypadania tylnej ściany pochwy, siatki jednorodnej, niewchłaniałnej, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1 000 μm, porowatość max 1 870μm, długość ramiona 45 cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: wysokość 4 cm, szerokość 3,5 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial,
 - 1 szt. Igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów?
9. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 poz. nr 1:
 - 30 szt. Taśm do operacyjnego leczenia nieotrzymania moczu u kobiet, monofilament, polipropylen, z plastikową osłonką na taśmie, niechłaniałnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 μm, porowatość max 1 870 μm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m². brak przedłużonej dolnej części, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Tak. Zapytany wyraża zgodę.

Ad.2. Nie. Zapytany nie wyraża zgody.

Ad.3. Tak. Zapytany wyraża zgodę.

Ad.4. Nie. Zapytany nie wyraża zgody.

Ad.5. Nie. Zapytany nie wyraża zgody.

Ad.6. Nie. Zapytany nie wyraża zgody.

Ad.7. Nie. Zapytany nie wyraża zgody.

Ad. 8. Tak. Zapytany wyraża zgodę.

Ad. 9. Nie. Zapytany nie wyraża zgody.