

Pakiet Nr 2

I.p.	Nazwa i dawka preparatu	j.m.	Ilość	cena za 1 j.m. netto	wartość towaru netto	kwota podatku VAT	wartość towaru brutto	Nr katalogowy	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)	I	J
1	Jednorazowy zestaw składający się z siatki do korekcji wypadania tylnej ściany pochwy, siatka makroporowata powyżej 90%, niewchłaniałna, monofilamentowa, grubość nici 120um, o gramaturze 39g/m2, grubości siatki 0,44mm, rozmiar korpusu 5x13cm, długości dwóch ramion 1,2x16,4cm, ramiona w plastikowych osłonkach, drugi element zestawu to jednorazowe narzędzie do zakładania siatki przez pośladki. Zamawiający dopuści, - 20 szt. Jednorazowych zestawów do korekcji wypadania tylnej ściany pochwy, siatki jednorodnej, niewchłaniałnej, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1 000 µm, porowatość max 1 870µm, długość ramiona 45 cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: wysokość 4 cm, szerokość 3,5 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial, - 1 szt. Igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów.	1 szt.	20						

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet Nr 3

I.p.	Nazwa i dawka preparatu	j.m.	Ilość	cena za 1 j.m. netto	wartość towaru netto	kwota podatku VAT	wartość towaru brutto	Nr katalogowy	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)	I	J
1	Taśma do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10mm, jednorodna, całkowicie niewchłaniałna, o wymiarach : długość 450mm, szerokość 12mm, grubość 0,5mm, o gramaturze 31g/m2, brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastikowej osłonce bez części rozpuszczalnej, z przedłużoną dolną częścią siatki pozwalającą na przyszycie do szyjki macicy. Zamawiający dopuszcza , protezę do korekcji cystocele, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70 mm, z dwoma ramionami o długości ok. 17 cm (+/- 1 cm). Grubość siatki 0,34 mm, gramatura 28 g/m2.	1 szt.	30						
2.	Komplet narzędzi wykonanych ze stali chirurgicznej, wielokrotnego użytku, spiralne, dometody przezasłonowej techniką od zewnątrz do środka "out-in" lub odwrotnie ""in-out" prawe +lewe	1 szt.	1						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet Nr 4

I.p.	Nazwa i dawka preparatu	j.m.	Ilość	cena za 1 j.m. netto	wartość towaru netto	kwota podatku VAT	wartość towaru brutto	Nr katalogowy	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)	I	J
1	System doleczenia nietrzymania moczu: sterylne zestaw jednorazowego użytku. Metoda zakładania "inside-outside". Parametry taśmy: polipropylen/monofilament o wymiarach 1,2 x 12 cm cięta laserowo, nici pozycjonujące, wielkość porów powyżej 1200 µm; taśma i nici umieszczone w plastikowej osłonce. Jednorazowa prowadnica ze stali nierdzewnej z rączką profilowaną do przejścia przez otwory zasłonięte metodą "inside-out" umieszczone w plastikowej ostro zakończony osłonce, połączone na stałe z nićmi pozycjonującymi, Atraumatyczna prowadnica do prowadzenia właściwej prowadnicy. Zamawiający dopuszcza, system taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonięte. System całkowicie jednorazowy, sterylne, do implantacji drogą przez otwory zasłonięte metodą „outin”, składający się z : a) dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytem, o ostrzach wyprofilowanych heliokalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły niepołączone z taśmą. b) taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.	1 szt.	20						

.....
podpis Wykonawcy