

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Sekcja Zamówień Publicznych

Elbląg,12 9 LIS. 2022.....

Oznaczenie sprawy: SZP.274.95.Pu.2022

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż, dostawę i oddanie do bieżącej eksploatacji szafy endoskopowej dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 28.11.2022 r. o następującej treści:

Pytanie 1 Pytanie do OPZ załącznik nr 1 – szafa endoskopowa dla Pracowni Gastroenterologicznej Lp. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, identyfikacji użytkownika i endoskopu za pomocą czytników RFID i drukarki.

Odp. 1 TAK, zmieniono zapisy w OPZ (Załącznik Nr 1 do zaproszenia).

Pytanie 2 Pytanie do OPZ załącznik nr 1 – szafa endoskopowa dla Pracowni Gastroenterologicznej Lp. 4

Czy Zamawiający dopuszcza parametr ;max czas przechowywania 72 godz. lub 168 godz. Zalecany minimalny to czas suszenia 2 godz., bez potrzeby regulacji?

Odp. 2 TAK, zmieniono zapisy w OPZ (Załącznik Nr 1 do zaproszenia).

Pytanie 3 Pytanie do OPZ załącznik nr 1 – szafa endoskopowa dla Pracowni Gastroenterologicznej Lp. 6

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr- panel sterujący LCD kolorowy dotykowy 5,0 cala?

Odp. 3 TAK, zmieniono zapisy w OPZ (Załącznik Nr 1 do zaproszenia).

Pytanie 4 Pytanie do SWZ Pakiet 3 – szafa endoskopowa dla Oddziału Gastroenterologicznego Lp. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu 4 filtrów centralnych, dwóch dodatkowych osuszaczy i lampy UV i algorytmu suszenia sekwencyjnego co zapobiega mieszaniu powietrza w kanałach wewnętrznych.

Odp. 4 TAK, zmieniono zapisy w OPZ (Załącznik Nr 1 do zaproszenia).

Pytanie 5 dotyczy Pytanie do SWZ Pakiet 3 – szafa endoskopowa dla Oddziału Gastroenterologicznego Lp.17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lepszego parametru maksymalne zapotrzebowanie na powietrze 60l/min.

Odp. 5 TAK, zmieniono zapisy w OPZ (Załącznik Nr 1 do zaproszenia).

Pytanie 6 Pytanie do OPZ załącznik nr 1 – szafa endoskopowa dla Pracowni Gastroenterologicznej Lp. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy w nieznacznie różniących się wymiarach - szer. 1400 mm, gł. 535 mm, wys. 2200 mm.

Odp. 6 TAK, zmieniono zapisy w OPZ (Załącznik Nr 1 do zaproszenia).

Pytanie 7 Pytanie do OPZ załącznik nr 1 – szafa endoskopowa dla Pracowni Gastroenterologicznej Lp. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy wyposażonej w dwa niezależne kompresory obsługujące po jednej komorze szafy w której przechowywane są po 4 endoskopy z możliwością pracy z zewnętrznym źródłem powietrza, w takim systemie kompresory są odłączane automatycznie co daje większy komfort pracy urządzenia.

Odp. 7 TAK, zmieniono zapisy w OPZ (Załącznik Nr 1 do zaproszenia).

Pytanie 8 Dotyczy załącznika nr 1 – pkt. B – ppkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych.” ?

Odp. 8 TAK, zmieniono zapisy w OPZ (Załącznik Nr 1 do zaproszenia).

Pytanie 9 Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1% ?

Odp. 9 TAK. Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 10 Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 10% ?

Odp. 10 NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 Dotyczy zaproszenia pkt. I ppkt. 5, umowa § 6, załącznik nr 1 – B – pkt. 1

Prosimy o ujednolicenie zapisu o wymaganym okresie gwarancji – min. 24 miesiące.

Odp. 11 Zmieniono zapis w Zaproszeniu pkt. I ust. 5.

Pytanie 12 - Opis przedmiotu zamówienia - Szafa endoskopowa – załącznik nr 1 (poz. 2)

Czy Zamawiający wymaga szafy, w której uchwyty na endoskopy składają się pod kątem 90° tak, aby umożliwić personelowi załadunek poza strefą przechowywania endoskopów na wysokości nie większej niż 155 cm? Takie rozwiązanie znacznie zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych endoskopów, bezpieczeństwo załadunku endoskopu oraz jest znacznie wygodniejsze dla personelu?

Odp. 12 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 13 - Opis przedmiotu zamówienia - Szafa endoskopowa – załącznik nr 1 (poz. 2)

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z pkt. 5.1.3 normy PN-EN 16442:2015 uchwyty na endoskopy w szafie były zaprojektowane tak, aby zapewnić, że wszystkie endoskopy wyspecyfikowane do przechowywania i/lub suszenia w szafie nie dotykały dna szafy?

Odp. 13 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 14 - Opis przedmiotu zamówienia - Szafa endoskopowa – załącznik nr 1 (poz. 2)

Czy Zamawiający wymaga, aby identyfikacja endoskopów służyła również temu, że szafa wskazuje uchwyt, na który dany endoskop należy odwiesić?

Odp. 14 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 15 - Opis przedmiotu zamówienia - Szafa endoskopowa – załącznik nr 1 (poz. 6)

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z pkt. 5.8 normy PN-EN 16442:2015 Szafa umożliwiała odczytanie na wyświetlaczu status przechowywania każdego endoskopu niezależnie?

Odp. 15 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 16 - Opis przedmiotu zamówienia - Szafa endoskopowa – załącznik nr 1 (poz. 11)

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga szafy posiadającej możliwość czytywania endoskopów bezprzewodowo poprzez czytnik kodów kreskowych w celu identyfikacji zarówno personelu i endoskopów.

Odp. 16 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 17 - Opis przedmiotu zamówienia - Szafa endoskopowa – załącznik nr 1 (poz. 15)

Prosimy o potwierdzenie, że przez system filtracji kanałów endoskopowych, Zamawiający ma na myśli system filtracji powietrza w każdym zestawie przyłączeniowym do kanałów endoskopu? Tylko takie rozwiązanie sprawia, że Użytkownik nie musi okresowo (zazwyczaj raz w tygodniu) myć, dezynfekować

i suszyć zestawów przyłączeniowych, a ich obsługa ogranicza się do wymiany filtrów raz do roku, w trakcie przeglądu okresowego.

Odp. 17 Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania jak w *Opisie przedmiotu zamówienia*.

Pytanie 18 - Opis przedmiotu zamówienia - Szafa endoskopowa – załącznik nr 1 (pytanie ogólne)

Czy w przypadku braku zasilania, Zamawiający wymaga by szafa posiadała możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez co najmniej 1 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie suszenia, lub 3 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie kondycjonowania?

Odp. 18 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 19 - Opis przedmiotu zamówienia - Szafa endoskopowa – załącznik nr 1 (pytanie ogólne)

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie miało możliwość przechowywania z utrzymaną czystością mikrobiologiczną nawet do 30 dni, potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych?

Odp. 19 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 20 - Opis przedmiotu zamówienia - Szafa endoskopowa – załącznik nr 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania urządzenia będącego wyrobem medycznym. Od dnia 26 maja 2021 r., szafy do suszenia i przechowywania endoskopów nie są już objęte definicją wyrobu medycznego określoną w Rozporządzeniu o Wyrobach Medycznych 2017/745 (MDR). Potwierdza to również norma ISO EN-16442:2015, która stwierdza, że szafy **nie są** uważane za urządzenia medyczne.

Odp. 20 Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 21 – do warunków realizacji

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu dostawy urządzenia do 8-10 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odp. 21 Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Wykonano: B. Zabrocka

29.11.2022

24.11.2022

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych
Piotr Wójcikowski

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146
tel. 55 234 41 11 fax 55 234 56 12
NIP: 578-25-17-492 REGON: 170745930

Pieczętka zakładu

Elbląg, dnia 25.11.2022 r.

PEŁNOMOCNICTWO
Nr 012 - 10 /2022

Działając na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018r., poz.2190 ze zm.) niniejszym udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi ds. Ekonomiczno-Finansowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Panu Piotrowi Tomaszewskiemu

- legitymującemu się dowodem osobistym seria CBE nr 533400 wydanym przez Prezydenta Miasta Elbląg, do zastępowania mnie w wykonywaniu funkcji Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie od dnia 28.11.2022r. do dnia 02.12.2022r.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie umocowania do pełnienia funkcji Dyrektora Naczelnego.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Sławomir Gajert

(Podpis i pieczętka Dyrektora Naczelnego)

Kontrolę formalno- prawną przeprowadził

RADCA PRAWNY
Cezary Misiewicz
Gd.E 265

25.11.22
Data, podpis i pieczętka Rady Prawnego

Za zgodność z oryginałem

Poświadczam:

Elbląg, dnia 29.11.2022

Cezary Misiewicz
radca prawny
Gd.E 265