



Elbląg, 6 8 GRU. 2022

Oznaczenie sprawy: SZP.274.99.Pu.2022

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż, dostawę i oddanie do bieżącej eksploatacji kardiomonitorów przenośnych i głowic KTG w 2 pakietach.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 05.12.2022 r. o następującej treści:

Pytanie 1 Pakiet Nr 2 dot. pkt. A1

Czy Zamawiający dopuści nowe oryginalne głowice CARDIO (3 szt.) - kompatybilne z kardiotokografem Philips Avalon FM20?

Odp. 1 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 2 Pakiet Nr 2 dot. pkt. A2

Czy Zamawiający dopuści nowe oryginalne głowice TOCO (1 szt.) – kompatybilne z kardiotokografem Philips Avalon FM20?

Odp. 2 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 3 Pakiet Nr 2 dot. pkt. B2

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonania przeglądu głowic? Głowice mają wykonywane przeglądy podczas okresowych przeglądów aparatów KTG.

Odp. 3 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 4 Pakiet Nr 1 dot. pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez złącza do podłączenia monitora kopiującego VGA? W monitorach przenośnych o przekątnej ok. 12 cala widoczność parametrów jest na tyle dobra, że nie ma potrzeby podłączenia monitora kopiującego.

Odp. 4 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 5 Pakiet Nr 1 dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Kardiomonitor o wadze 3,8 kg z kolorowym ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu 10,4 cali i rozdzielczości 800x600 pikseli?

Odp. 5 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 6 Pakiet Nr 1 dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Kardiomonitor z funkcją prezentacji trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów do 14 000 zdarzeń?

Odp. 6 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 7 Pakiet Nr 1 dot. pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Kardiomonitor bez funkcji rozpoznawania zaburzeń: Stymulator nie przechwytuje, Stymulator nie generuje impulsów?
Pozostałym wymagania w tym punkcie spełnione.

Odp. 7 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 8 Pakiet Nr 1 dot. pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Kardiomonitor z funkcją pomiaru NIBP w zakresie: 20 – 270 mmHg?

Odp. 8 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 9 Pakiet Nr 1 dot. pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Kardiomonitor bez gniazda wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora?

Odp. 9 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 10 Pakiet Nr 1 dot. pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor niewyposażony w złącze do podłączenia monitora kopiującego?


Odp. 10 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 10 Pakiet Nr 1 dot. pkt. 8

Czy Zamawiający będzie wymagał w zaoferowanych kardiomonitorach pomiaru odstępu QT/QTc?

Odp. 10 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Wykonano: B. Zabrocka

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Sekcja Zamówień Publicznych
INSPEKTOR

mgr Beata Zabrocka