

Elbląg, 12 GRU. 2022

Oznaczenie sprawy: SZP.274.99.Pu.2022

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż, dostawę i oddanie do bieżącej eksploatacji kardiomonitorów przenośnych i głowic KTG w 2 pakietach.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 08.12.2022 r. o następującej treści:

Pytanie 1: Pakiet Nr 2 Dot. Pkt. A1

Czy Zamawiający dopuści nowe oryginalne głowice Philips CARDIO 867246 (3 szt.) - kompatybilne z kardiokardiofem Philips Avalon FM20?

Odp. 1 TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Pakiet Nr 2 Dot. Pkt. A2

Czy Zamawiający dopuści nowe oryginalne głowice Philips TOCO 867248 (1 szt.) – kompatybilne z kardiokardiofem Philips Avalon FM20?

Odp. 2 TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Pakiet Nr 2 Dot. Pkt. B2

Czy Zamawiający dopuści wykonanie 1 przeglądu gwarancyjnego w ciągu 24 miesięcy, zgodnie z wymaganiem producenta? Przegląd gwarancyjny będzie wykonany po dostarczeniu głowicy do siedziby Oferenta.

Odp. 3 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert

Wykonano: B. Zabrocka