



Sekcja Zamówień Publicznych

Elbląg, **19 GRU. 2022**

Oznaczenie sprawy: SZP.274.104.Pu.2022

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę materacy szpitalnych i pokrowców na materace w 2 pakietach przez okres 6 miesięcy.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 15.12.2022 i 16.12.2022 r. o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowce spełniające wymagania zawarte w opisie w kolorze seledynowym?

Odp. 1 TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zapis w SIWZ: Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów.

Czy Zamawiający oczekuje pokrowca z rozdzielczym zamkiem i plisą (patką) przykrywającą zamek?

Odp. 2 Zamawiający nie wymaga pokrowca z rozdzielczym zamkiem. Plisa (patka) to wg Zamawiającego pokrywa.

Pytanie 3 Pakiet nr 1 poz. 19

Czy pokrowiec zmywalny (frota podgumowana) o wym. 220x110x110 cm ma być zapinany na suwak?

Odp. 3 TAK, pokrowiec zapinany na suwak.

Pytanie 4 Pakiet nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z dzianiny zmywalnej, nieprzemakalnej, wodoszczelnej nie z froty podgumowanej?

Odp. 4 NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem.