



Elbląg, 05 KWI. 2023

Oznaczenie sprawy: AS.4500.127.2023

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż i dostawę zestawu cewników naczyniowych do permanentnej dializoterapii przez okres 24 miesięcy na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej WSZ w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 30.03.2023 r. o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet zbiorczy dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego.

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniecyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Odp. 1 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 dot. Arkusza asortymentowo-cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie jednego rozmiaru cewnika tj. 16FR, 31 cm - końcówka cewnika zakrzywiona, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. 2 Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 dot. punktu I.5. zaproszenia, §8 ust. 1 Umowy oraz punktu VII Formularza oferty

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu do 3 dni roboczych.

Odp. 3 TAK, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 3 dni roboczych.

Pytanie 4 dot. §5 ust. 2 Umowy

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do Umowy zapisów waloryzacyjnych.

Odp. 4 Nie, Zamawiający pozostawia zapisy Umowy bez zmian.

Pytanie 5

prosimy o umożliwienie składania ofert w pakiecie 1 na cewniki wyłącznie z ramionami prostymi, bez cewników z ramionami zakrzywionymi.

Prosimy o dopuszczenie cewników z ramionami prostymi:

Zestaw dializacyjny permanentny (stały) 15,5F, wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na odkładanie się skrzeplin. Zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip) Pakowane pojedynczo.

Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm , 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm, 43/48cm, do wyboru przez Zamawiającego



- zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,
- końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,
- osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,
- posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,
- wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanych,
- końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu

Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne.

Odp. 5 Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonano: B.Z.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert