

Znak sprawy 32/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 12.06.2014 r. pod numerem 199452 – 2014 na dostawę wiertarki szybkoobrotowej do zabiegów neurochirurgicznych w ilości 1 szt. wraz z frezami do kraniotomu oraz ostrzami do kątnicy i perforatora dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 16.06.2014 r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści elektryczną wiertarkę szybkoobrotową do zabiegów neurochirurgicznych wraz z frezami do kraniotomu i ostrzami do kątnicy o następujących parametrach technicznych:

Lp	Parametry techniczne
1	Jednostka sterująca napędem - konsola elektroniczna z dotykowym wyświetlaczem
2	Zasilanie 100-240V, 50-60Hz
3	Wyświetlacz cyfrowy pokazujący liczbę obrotów oraz kody usterek o rozdzielczości wyświetlacza innej niż 480x640 pikseli.
4	Konsola z wbudowanym dotykowym panelem kontrolnym, wyposażonym w: a) wyświetlacz obrotów oraz kodów usterek b) pompę perystaltyczną c) przełącznik kierunku obrotów d) przełącznik szybkości obrotów e) przełącznik zmiany wielkości irygacji, który pozwala sterować wszystkimi funkcjami
5	Mikrosilnik elektryczny szybkoobrotowy o mocy wyjściowej 74 W i prędkości regulowanej od 10 000-80 000 obr. / min.
6	Programowalny sterownik nożny: a) płynna regulacja obrotów poprzez siłę nacisku na pedał w zakresie ustawionym na konsoli b) przycisk zmiany kierunku obrotów c) przycisk włączania i wyłączania irygacji
7	Aktywacja napędu za pomocą sterownika nożnego z płynną regulacją obrotów i zmianą kierunku obrotów
8	Konsola z wbudowanym dotykowym panelem kontrolnym oraz elektronicznym wyświetlaczem cyfrowym
9	Pompa perystaltyczna — sterowana ilością ml/min. przepływu
10	Silnik obrotowy o prędkości regulowanej od 10 000-80 000 obr./min. skokowo, co 10 000 obrotów
11	Silnik zintegrowany z kablem
12	Nasadka narzędziowa do kraniotomu z osłoną opony twardej o wymiarach 1,85mm x 16,0mm i

	2,47mm x 30,3mm obrotowe (bezpośrednio przełożone)
13	Możliwość rozbudowy o nasadkę narzędziową o długości roboczej 14cm zgięta, do zabiegów przynosowych, np. przysadka (bezpośrednio przełożenie) wraz z dedykowanymi ostrzami.
14	Nasadka napędowa perforatora z szybkozłączką Hudson i reduktorem obrotów (przełożenie 60:1) o prędkości obrotowej 1300 obr./min.
15	Nasadka prostnica do frezów prostych lub nasadka do mikropiły do cięcia stabilizacji kręgosłupa
16	Pojemnik sterylizacyjny
Narzędzia	
17	Frezy do kraniotomu- 350 szt.
18	Ostrza do kątnicy (możliwość wyboru rodzajów)- 600 szt. - róże - ostrza żłobkowane i diamenty kulkowe od 1 mm do 5 mm - diamenty zgrubne kulkowe od 3 mm do 6 mm, w tym również do intensywnego wybierania - ostrza główkowe (róże - ostrza żłobkowane i diament) od 1mm do 3 mm - ostrza walcowe (róże - ostrza żłobkowane i diament) od 4 mm do 6mm
19	Ostrza do perforatora (trepany) (małe, średnie, duże) - 50 szt.
20	Możliwość sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia lub części urządzenia, które tego wymagają.
21	Niezmiennosc ceny na wiertła, frezy i ostrza w okresie obowiązywania umowy
22	Nasadka kątnica o długości 11cm i 15cm bez regulacji, o średnicach końcówki roboczej poniżej 6mm
23	Ostrza jednorazowe, pakowane pojedynczo w opakowaniach z obowiązkowym oznaczeniem: "do jednorazowego użytku"
Gwarancja , serwis	
1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt – 36 m-cy liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji
2.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie)
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych.
4.	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.
5.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji .
6.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.
8.	Podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych
9.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
Szkolenia	

1.	Szkolenie w zakresie obsługi i aplikacji medycznych niezbędnych do użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby)
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Dostarczenie wraz z urządzeniem arkusza - listy kontrolnej oceny technicznej „check-list”.
3.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej
4.	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.

Ad. 1. Tak Zamawiający dopuszcza wiertarkę o wskazanych powyżej parametrach