

Oznaczenie sprawy: SZP.274.63.Pu.2023

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę kontenerów do sterylizacji parowej oraz papierowych filtrów jednorazowych i plastikowych plomb do kontenerów dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji WSZ w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 20.07.2023 r. wpłynęły od Wykonawcy pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania kontenery sterylizacyjne o wymiarach:

Wanna: Wymiar zewnętrzny : 600x272x190mm, wymiar wewnętrzny 543x258x184mm

Pokrywa 585x285mm.

Ad. 1 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania kontenery sterylizacyjne z systemem BioBariera na 5000 cykli sterylizacyjnych, które nie wymagają dodatkowych filtrów jednorazowych i są rozwiązaniem bezpieczniejszym, ekonomiczniejszym i nowocześniejszym?

Odp. 2 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 3

Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie okresu dostawy do 35 dni, ponieważ jest okres wakacyjno – urlopowy, część pracowników jest na wolnym co w znaczny sposób wydłuża okres dostawy?

Ad. 3 NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 4

Czy zamawiający wymaga aby kontener sterylizacyjny który jest wyrobem medycznym klasy I – posiadał najnowsze dokumenty i certyfikaty związane z rejestracją **MDR 2017/745** ?

Ad. 3 NIE, Zamawiający nie wymaga.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert