

Oznaczenie sprawy: SZP.274.65.Pu.2023

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż i dostawę pasków do pomiaru poziomu glikemii wraz z użyczeniem 80 sztuk kompatybilnych glukometrów przez okres 24 miesięcy.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 03.08.2023 r. wpłynęły od Wykonawcy pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga systemu z czasem pomiaru próbki poniżej 4 sekund, co zapewni odpowiedni czas w sytuacji wymagającej szybkiego podjęcia decyzji terapeutycznej?

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby paski do glukometru bez względu na datę otwarcia fiolki zachowywały ważność do daty podanej na opakowaniu i tym samym nie wymagały banderolowania datą otwarcia fiolki ze względu na niespójność daty ważności na opakowaniu z rzeczywistą datą ważności liczoną od momentu otwarcia?

Odp. 2 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby pobieranie krwi przez zasysanie odbywało się na całej szerokości paska, dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego, co znacznie ułatwi pracę personelu w placówce? Funkcja zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy personelu podczas badania?

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

DYREKTOR GŁÓWNY

mgr Elżbieta Gelert