


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Sekcja Zamówień Publicznych tel. (55) 23 95 872

Elbląg, 16 SIE. 2023

Oznaczenie sprawy: SZP.274.65.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto (*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2023 Dyrektora Naczelnego WSZ w Elblągu z dnia 01.06.2023 r.*), na **sprzedaż i dostawę pasków do pomiaru poziomu glikemii wraz z użyczeniem 80 sztuk kompatybilnych glukometrów przez okres 24 miesięcy**, wybrana w dniu 11.08.2023 r. jako najkorzystniejsza oferta firmy Salus International Sp. z o.o., ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 9, 40-273 Katowice z dnia 10.08.2023 r., została odrzucona.

Uzasadnienie:

W zaproszeniu do złożenia ostatecznej oferty cenowej z dnia 31.07.2023 r. w Arkuszu asortymentowo-cenowym (*Załącznik Nr 1 do zaproszenia*) pod rygorem odrzucenia oferty, Zamawiający wymagał:

- pkt. 7 Zakres oznaczenia wyniku glikemii 10-600 mg/dl
pkt. 14 Ważność testów paskowych od daty otwarcia pojemnika min. 12 miesięcy.

Zaoferowany przez firmę Salus International Sp. z o.o. system pomiarowy OKmeter Core nie spełnia ww. wymagań, co wynika z dołączonych do oferty dokumentów i katalogów. Zakres pomiarowy systemu OKmeter Core wynosi 20-600 mg/dl, zaś termin przydatności paków po otwarciu pojemnika wynosi 6 miesięcy.

Powołując się na zapis w Zaproszeniu do złożenia ostatecznej oferty z dnia 31.07.2023 r., pkt IV ust. 10 d): *Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku: gdy oferta Wykonawcy i/lub uzupełnione przez Wykonawcę dokumenty nie potwierdzą spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty ostatecznej. Zamawiający oprócz weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie parametrów zastrzega sobie także możliwość sprawdzenia zgodności parametrów na stronach internetowych lub aktualnych katalogach producenta - Zamawiający postanowił jak powyżej.*

Tym samym Zamawiający dokonuje wyboru kolejnej złożonej w postępowaniu oferty, spełniającej wszystkie wymogi Zamawiającego, tj.:

Centrum Diabetologii sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 29B
02-737 Warszawa

.....
wartość oferty netto: 72 000,00
wartość oferty brutto: 77 760,00

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych

Plac Wileński 1

16/08/2023